

CORRECCIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO 2018-0-13b (2020007625) SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN.

El 26 de septiembre de 2018 se ha publicado en la plataforma de contratación del sector público el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente nº 2018-0-13b (2020007625) SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN.

Se ha detectado un error en el Anexo 1 especificaciones técnicas, respecto a la descripción de los requerimientos técnicos mínimos exigidos para el Lote 1: Sistema de Monitorización para UCI, por tanto donde dice:

- **10 módulos de gasto cardíaco PiCCO o similar.**
- **12 módulos de capnografía (CO2), con determinación de gases inspirados y mecánica respiratoria.**
- **10 módulos de profundidad de sedación, con capacidad para monitorización bilateral**
- **3 módulos de presión intracraneal.**
- **4 módulos de EEG.**

Debe decir:

- **10 módulos/monitores independientes de gasto cardíaco PiCCO o similar.**
- **12 módulos/monitores independientes de capnografía (CO2), con determinación de gases inspirados y mecánica respiratoria.**
- **10 módulos/monitores independientes de profundidad de sedación.**
- **3 módulos/monitores independientes de presión intracraneal.**
- **4 módulos/monitores independientes de EEG**

Unidad de Contratación Administrativa