

Fecha: 24 de septiembre de 2024

De: María Amparo Fontestad Utrillas. Jefa de sección del servicio de cirugía ortopédica y traumatología (COT) del hospital universitario San Jorge de Huesca.

A: Mesa de Contratación

Asunto. Informe técnico del expediente SAS_HU_2024_85 Suministro de una mesa quirúrgica con destino al Servicio de Traumatología del Hospital San Jorge de Huesca.

Se ha recibido oferta del siguiente licitador:

- HILL ROM IBERIA, S.L.U.: Mesa quirúrgica PST 500

1.- Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Revisada la oferta del licitador arriba mencionado se informa que cumple los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) al tratarse de un equipamiento nuevo universal, de base móvil fabricada en acero inoxidable con los sistemas de accionamiento y de frenado requeridos. También posee un mando de control remoto con cable y panel de emergencias con función de retorno a posición "0".

2.- A continuación, se procede a la valoración de las ofertas según los criterios del Anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con un máximo de 49 puntos:

Criterios:

- Ergonomía, comodidad de manejo y elementos que permitan una adecuación correcta al uso que va destinado. Facilidad de instalación, dimensiones, peso.
- Facilidad de limpieza.
- Posibilidad de tercera articulación mecánica en la placa de respaldo para facilitar las maniobras de intubación difícil y evitar lesiones del plexo braquial en las posiciones de laterización.
- Que disponga de acolchado de 90 mm o más de espesor para favorecer el confort en pacientes bariátricos y prevenir las úlceras por presión y lesiones por compresión nerviosa en cirugías de larga duración.
- Posibilidad de sistema de frenado mediante pistones eléctricos retráctiles; comandados desde cualquiera de los mandos de control, que garantice la limpieza de las ruedas sin necesidad de maniobrar la mesa quirúrgica.
- Anclaje de los componentes con sistema tipo gancho para mayor ergonomía, seguridad y facilidad de montaje.


Oferta presentada:

HILL ROM IBERIA, S.L.U mesa quirúrgica PST 500. Se revisa la documentación presentada por la casa comercial. No aparecen datos incluidos en el Anexo XI que puedan ser excluyentes. En la documentación aportada se incluye un programa de formación que se considera un punto muy positivo. La mesa ofertada presenta acabados de calidad y confortables gracias al acolchado de 90mm mínimo de espesor y una morfología que permite una correcta limpieza y una buena colocación del paciente en quirófano y del aparato de escopia así como la posibilidad de colocar una tercera articulación mecánica en la placa de respaldo. A nivel de accesorios, presenta todos los requeridos para realizar las cirugías que realiza el servicio de COT en nuestro hospital que se anclan con un sistema tipo gancho que proporciona mayor seguridad y ergonomía a la hora del montaje. Presenta una variedad de posiciones distintas con un mando de control muy intuitivo y un sistema de frenado mediante pistones eléctricos que facilita la maniobrabilidad de la mesa y limpieza de las ruedas.

Conforme a lo anterior, se otorga la siguiente puntuación a las ofertas:

- HILL ROM IBERIA S.L.U.: 45 puntos

En Huesca, a 24 de septiembre de 2024



Fdo. Amparo Fontestad Utrillas

Jefa de sección del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del hospital San Jorge de Huesca

CIAS 1001940016D
Dña. Amparo Fontestad Utrillas
Col. 44/02421-8

INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS INDICADOS EN TABLA I, DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN SOBRE B, EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO SAS_HU_2024_85, CONVOCADO POR LA GERENCIA DE SECTOR DE HUESCA PARA EL SUMINISTRO DE UNA MESA QUIRÚRGICA CON DESTINO AL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE HUESCA

Recibida la oferta de la firma comercial y comprobando lo solicitado en el PPT relacionado con el plazo de entrega, formación, mantenimiento, garantía de repuestos, certificados del equipo y coordinación de actividades empresariales, se establece la tabla siguiente:

TABLA I

LICITADOR	Listado componentes	Plazo de entrega	Protocolos mantenimientos	Garantía de piezas repuesto 10 años y suministro	Compromiso de formación	Declaración de cumplimiento de equipo electromédico.	Anexo I
Hillrom Iberia, SLU.	Si, presenta	8 semanas	Indica: procedimiento de mantenimiento.	Si, presenta compromiso	Si, compromiso	Si, presenta declaración	Si, presenta

CONCLUSIÓN:

La firma comercial Hillrom Iberia, SLU. presentan documentación y declaraciones que cumplen con las exigencias mínimas del PPT, en relación al plazo de entrega, formación, mantenimiento, garantía de repuestos, certificados del equipo y coordinación de actividades empresariales.

Huesca a 12 de septiembre de 2024

EL JEFE SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO



Fdo. José Luis Aso Aso