



INFORME DE VALORACIÓN:

Nº REFERENCIA:

FECHA: 14/08/2024

REMITENTE: Coordinadora de enfermería del Centro de Salud Tarajal de Ceuta

DESTINATARIO: Mesa de contratación

COPIA:

ASUNTO: **INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS TECNICAS:**

PA/2024/018/GCE Suministro de Equipos médicos con destino a la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta.

Tras la apertura de la documentación administrativa de las empresas presentadas a la licitación y tras la comprobación de las características técnicas de los productos ofertados se concluye lo siguiente:

ADIEMED	Presenta oferta a los LOTES 9 10 y 11 No cumple en el lote 9 (Mapas) porque no tiene la pantalla digital exigida. No cumple en el lote 10 (Monitor de presión arterial) porque no incluye maguito ni de obeso ni pediátrico y el sensor de Spo2 no aparece reflejado en la ficha técnica.
ABMÉDICA	Presenta oferta a los LOTES 1 3 4 6 10 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 26 No cumple en el lote 1 (Ampas) porque en el rango de medición presión no alcanza el rango exigido. No cumple en el lote 3 (dispositivo de respuesta al paro cardiaco) porque no corresponden sus características técnicas con las exigidas No cumple en el lote 23 (Tensiómetros de adultos) Porque el diámetro del manómetro es de 60 mm y se exige 49mm. No cumple en el lote 24 (Tensiómetros de obesos) Porque el diámetro del manómetro es de 60 mm y se exige 49mm.
GALMEDICAL	Presenta oferta a los LOTES 2 4 9 16
HANS E RUTH	Presenta oferta a los LOTES 25 26 27
HELIANTHUS	Presenta oferta a los LOTES 1 2 9 10 13 17 23 24 25 27 No cumple el Lote 9 (Mapas) por no incluir pilas recargables. No cumple el Lote 10 (Monitor de presión arterial) en la oferta no aparece que incluya manguitos adulto, obesos y pediátrico más sensor de saturación y el cargador de sensor de 1 metros y medio No cumple el Lote 13 (Pulsioxímetro de mesa) Porque no incluye sonda
	reutilizable SpO2 tipo D (adulto, pediátrica y neonatos) No cumple el Lote 25 (fonendoscopios) porque no incluye juego de olivas suaves de repuesto. No cumple el Lote 27 (Doppler fetal ultrasónico de bolsillo) No es de bolsillo y no viene con pilas AA

ENDOOK	Presenta oferta a los LOTES 1 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25 26 27 28
CRITCARE	Presenta oferta a los LOTES 10 y 13
CALVO IZDO	Presenta oferta a los LOTES 1 y 16 No cumple el Lote 1 (Ampas) no cumple porque el rango de presión exigidos es de 299 mmhg y el ofertado es de 250 mmhg No cumple el Lote 16 (Tens) no cumple porque ofrece una frecuencia máxima por debajo de la exigida.
CM TECMA	Presenta oferta a los LOTES 1 13 14 16 17 23 24 25 No cumple el Lote 16 (Tens) porque no aparece como característica Onda cuadrada, pantalla retro iluminada y no es conforme a la directiva exigida. No cumple el Lote 17 (termómetro digital) porque no funciona con pilas AAA. No cumple el Lote 23 (tensiómetro manual adulto) porque no tiene bolsa de transporte. No cumple el Lote 24 (tensiómetro manual obeso) porque no tiene bolsa de transporte.
BIO 2000	Presenta oferta a los LOTES 1. 1 2 3 4 7 12 13 14 15 16 17 21 23 24 25 26 No cumple el Lote 2 (bascula con tallímetro) porque fuerza máxima inferior a la requerida. No cumple el Lote 4 (dermatoscopio) No especifica características que debería incluirse en una ficha técnica. No cumple el Lote 16 (Tens Globus) porque no aparece la dotación incluida. No cumple el Lote 17 (termómetro digital) porque no especifica que incluya alarma por fiebre. No cumple el Lote 23 (Tensiómetro manual adulto) porque el diámetro de la escala de es 69 mm y se pide de 49 mm. No cumple el Lote 24 (Tensiómetro manual Obesos) porque el diámetro de la escala de es 69 mm y se pide de 49 mm. No cumple el Lote 25 (Fonendoscopio adulto) porque no aparece reflejado el arco profesional y el muelle interno. No cumple el Lote 26 (Fonendoscopio pediátrico) porque no aparece reflejado el arco profesional y el muelle interno.
ASMEDIC	Presenta oferta a los LOTES 1 2 6 9 13 14 15 20 No cumple el Lote 2 (báscula con tallímetro) porque la fuerza máxima es inferior a la requerida. No cumple en el Lote 6 (Espirómetros) porque no especifica que incluya las boquillas desechables exigidas. No cumple en el Lote 9 (Mapas) porque las pilas no son recargables. No cumple en el Lote 20 (EKG) porque no especifica dotación exigida.
ADVANCE	Presenta oferta a los LOTE 10
INSANEX	Presenta oferta a los LOTES 10 13 20 No cumple en el Lote 10 (Monitor con pie rodante) porque no especifica dotación exigida. No cumple en el Lote 20 (EKG) Porque no especifica dotación exigida.
ISSO	Presenta oferta a los LOTES 4 13 14 15 17 23 24 No cumple en el Lote 13 (pulsioxímetros manual) Porque no incluye dotación exigida. No cumple en el Lote 14 (pulsioxímetros adulto) Porque no incluye dotación Exigida. No cumple en el Lote 15 (pulsioxímetros pediátrico) Porque no incluye dotación exigida. No cumple en el Lote 17 (termómetro digital) porque no incluye alarma por Fiebre.

INSTRUMEDIC	<p>Presenta oferta a los LOTES 1 12 14 15 17 21 22 23 24 25 26</p> <p>No cumple el Lote 1 (Ampas) Porque no cumple con el rango de medición de presión exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 14 (adulto) Porque no incluye dotación exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 15 (pulsioxímetros pediátrico) Porque no incluye dotación exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 17 (termómetro digital) porque no incluye alarma por fiebre.</p> <p>No cumple en el Lote 22 (Laringoscopio) porque no especifica la dotación exigida completa.</p>
MEDIP HEALT.	<p>Presenta oferta a los LOTES 9 11 14 17 20</p> <p>No cumple el Lote 9 (Mapas) por no incluir pilas recargables</p> <p>No cumple el lote 11 (Monitor de constantes) porque no incluye la oferta técnica toda la dotación exigida</p> <p>No cumple en el Lote 14 (pulsioxímetros adulto) Porque no incluye dotación exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 20 (EKG) porque no incluye el tipo de papel exigido.</p>
OSTEOGEN	<p>Presenta oferta a los LOTES 23 24 25</p> <p>No cumple el Lote 23 (Tensiómetro manual adulto) porque el diámetro de la escala no se especifica.</p> <p>No cumple el Lote 24 (Tensiómetro manual Obesos) porque el diámetro de la escala no se especifica.</p> <p>No cumple el Lote 25 (Fonendoscopio adulto) porque no aparece reflejado el arco profesional y el muelle interno.</p>
PALEX MEDIC.	<p>Presenta oferta a los LOTES 9 14 y 15</p> <p>No cumple el Lote 9 (Mapas) porque no especifica en sus características técnicas que funcione con pilas recargables.</p>
FISAUDE	<p>Presenta oferta a los LOTES 16 y 18</p>
PRIM	<p>Presenta oferta a los LOTES 16</p> <p>No cumple en el Lote 16 (Tens) Porque la oferta técnica no incluye dotación exigida.</p>
QUERMED	<p>Presenta oferta a los LOTES 9 10 13 19</p> <p>No cumple el Lote 9 (Mapas) No proporciona los análisis completos de ABD validados ya que sólo aporta dos de los protocolos que componen dicha validación ABD. (falta validación por ISO). Los rangos de medición de la frecuencia cardíaca se encuentran en una horquilla inferior a la exigida en el punto superior.</p> <p>Se exige marcado CE-0482 y aportan documento de disponer de marcado CE-0197 que además expiró el 26 del mayo de 2024.</p> <p>No cumple en el Lote 10 (Monitor con pie rodante) porque no especifica dotación exigida.</p>
SCHILLER	<p>Presenta oferta a los LOTES 9 y 20</p> <p>No cumple el Lote 9 (Mapas) porque no especifica que pueda funcionar con pilas alcalinas no recargables.</p>

TMA MEDICA	<p>Presenta oferta a los LOTES 1 2 7 9 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>No cumple el Lote 2 (bascula con tallímetro) porque no incluye tallímetro</p> <p>No cumple el Lote 7 (Esterilizador de agua) porque la tensión nominal es inferior a la exigida.</p> <p>No cumple el Lote 9 (Mapas) porque la oferta no especifica que incluya las pilas y cargadores.</p> <p>No cumple el Lote 13 (pulsioxímetro manual de mesa) porque la oferta no especifica toda la dotación exigida.</p> <p>No cumple el Lote 14 (pulsioxímetros de dedo adulto) porque la oferta no especifica toda la dotación exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 15 (pulsioxímetros pediátrico) Porque no incluye dotación exigida</p> <p>No cumple en el Lote 16 (Tens) Porque la oferta técnica no incluye dotación exigida ni especifica que se dispositivo Clase IIA ni cumple con la directiva exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 17 (termómetro digital) porque no especifica distancia de medición ni tipo de alimentación.</p> <p>No cumple en el Lote 18 (autoclave) porque no se no especifica marca alguna ni se adjuntan fichas técnicas originales.</p> <p>No cumple en el Lote 19 (bisturí bipolar) No especifica pedal de pie en la dotación</p>
TECNOMEDIC	<p>Presenta oferta al LOTE 9</p>
VIALTA	<p>Presenta oferta a los LOTES 1 3 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28</p> <p>No cumple el Lote 9 (Mapas) porque no especifica que pueda funcionar con pilas recargables. No ofrece los cargadores y las pilas recargables.</p> <p>No cumple el Lote 13 (pulsioxímetros manual de mesa) porque la oferta no especifica toda la dotación exigida.</p> <p>No cumple el Lote 14 (pulsioxímetros de dedo adulto) porque la oferta no especifica toda la dotación exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 15 (pulsioxímetros pediátrico) Porque no incluye dotación exigida.</p> <p>No cumple en el Lote 20 (EKG) Porque no especifica dotación exigida</p>

Coordinadora de enfermería del Centro de Salud Tarajal

Sandra Alfonso Blanco

