



DE: SUPERVISORA DE QUIRÓFANO/REANIMACIÓN/CMA

A: JEFE UNIDAD DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº2020015134 QUE TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ELECTROBISTURÍS PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE PALENCIA

Las ofertas recibidas para la licitación:

- **BIOCAREMAR, S.L.** presenta modelo Comercial SHALYA SIGMA +

Resultado del informe técnico: EXCLUIDO

Los licitadores en sus propuestas técnicas deberán expresar el cumplimiento de cada una de las características establecidas como mínimas en el PPT. Atendiendo a esta obligatoriedad, son motivos de exclusión los siguientes:

1. El licitador presenta en sede electrónica la documentación técnica del equipo ofertado. Del examen de la documentación se aprecia que ha habido alteración de varios apartados esenciales de la ficha técnica por lo que no se puede confirmar la idoneidad técnica del equipo. Se entiende este incumplimiento como muy grave.
2. No cumple con el estándar de peso: el pliego establece un rango de 8,5 kg a 10 kg y el equipo ofertado pesa menos de 5 kg.
3. No aporta ficha técnica del pedal ni del carro de transporte
4. El PPT exige la acreditación del cumplimiento de:
 - a. Reglamento electrotécnico para baja tensión. RD 842/2002.
 - b. Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
 - c. Norma UNE EN 60601, de equipos electromédicos.
 - d. Cualquier otra normativa nacional e internacional que le sea de aplicación.

No consta la acreditación del cumplimiento del RD 842/2002, ni norma UNE EN 60601. Acredita marcado CE y cumplimiento de RD 192/2023 de 21 de marzo por el que se regulan los productos sanitarios.

5. No aporta el cable de conexión a corriente.
6. No especifica que el cable del pedal será de entre 4,5 m y 5,5 metros.

- **PALEX S.L.** presenta Equipo de AF maXium Smart C con carro y pedal doble de activación

No se observa incumplimiento en el Pliego de condiciones técnicas aportadas.

- **PRIM, S.A.** presenta Equipo SISTEMA 5000 COMPLETO

No se observa incumplimiento en el Pliego de condiciones técnicas aportadas.





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia

- **SUMINISTROS MÉDICOS DEL NORTE S.A.U.** presenta Equipo ELECTROBISTURI MARCA: ERBE MODELO: VIO300S, con todos los componentes solicitados.

No se observa incumplimiento en el Pliego de condiciones técnicas aportadas.

SUPERVISORA DE QUIRÓFANO/REANIMACIÓN/CMA

