

Dirección General de Planificación Económica
Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa

RESPUESTA A PREGUNTA REALIZADA EL 20 DE AGOSTO DE 2024

Expediente contratación	CS/99/1124043530/24/PA
Objeto del expediente contratación	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CON DESTINO A LOS HOSPITALES DE CORIA Y CAMPO ARAÑUELO DE NAVALMORAL DE LA MATA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

PREGUNTA REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EL 20/08/2024

Buenos días, nos gustaría solicitar por favor que se aceptaran soluciones que presentaran los siguientes valores en relación a las siguientes especificaciones mínimas:

- Receptor con un rango dinámico superior a 165 dB. solicitamos se acepten soluciones que presenten un mínimo de 157 dB, La diferencia de 8 dB no repercute en el contraste de la imagen ante el ojo humano, es más importante la relación señal ruido para una mejor diferenciación de señal.*
- Estudios de cuerpo completo: Adquisición en un solo barrido. El mismo efecto es el realizar estudios de cuerpo entero en 2 ó 3 bloques, teniendo mejor calidad de imagen y con la unión automática de las partes, sobre todo en estudios de difusión de cuerpo completo*
- Puerto USB 3.0 para exportación de imágenes (3 unidades). 2 UNIDADES (no es preciso tener más puertos para exportar imágenes, ya que lo habitual es utilizar un solo puerto USB)*

Atentamente

RESPUESTA

Teniendo en cuenta que no se realiza ninguna pregunta sino una valoración previa, en coherencia con lo indicado en el Anexo I: “Los rangos de valores que se detallan en las fichas de características serán aproximados.” Es por lo que se someterá a consideración según la documentación que se aporte en su oferta.