

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: PASA 724/2022

OBJETO: Contratación del suministro e instalación del suministro de microscopios para el área de consultas externas del Hospital General de Ontinyent

EMPRESA A EVALUAR: OPTOMIC ESPAÑA, S.A

NIF: **A81519423**

LOTE 2. Microscopios de otorrinolaringología. Microscopios estativos de pared

REVISADA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SE CONCLUYE QUE **NO CUMPLE** CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO TÉCNICO POR LAS CAUSAS SIGUIENTES:

- El Pliego de Prescripciones Técnicas indica, como característica técnica básica, que debe ser estativo de pared. En la ficha técnica del microscopio ofertado por la empresa OPTOMIC se indica que es estativo de pie con 5 ruedas por lo que no cubre las necesidades de la consulta.

Xàtiva a la fecha de la firma

DIRECTORA ENFERMERIA

JOSEFA MONTELL TORMO