

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 1: BATA DE AISLAMIENTO DESECHABLE NO ESTÉRIL

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
SENEGAR, S.L.	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 2: GORRO DESECHABLE

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
SENEGAR, S.L.	EN PPT SE SOLICITA “GORRO MASCULINO”, EN FICHA TÉCNICA APORTADA POR LA EMPRESA PRESENTA GORRO FEMENINO	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 3: CALZAS DESECHABLES

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
SENEGAR, S.L.	SOLICITADA MUESTRA Y ACREDITACIÓN DE LA CUALIDAD ANTIDESLIZANTE, NOS RESPONDE LA EMPRESA QUE NO DISPONEN DE DICHA ACREDITACIÓN	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 4: PAÑO DESECHABLE CON ADHESIVO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 5: PAÑO DESECHABLE

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
CARDIVA 2, S.L.	EN PPT SE SOLICITA “TIPO 2 TEJIDO BILAMINADO (2 CAPAS”): CAPA SUPERIOR DE POLIPROPILENO HIDRÓFILO(ABSORBENTE) CAPA INFERIOR DE POLIETILENO (IMPERMEABLE A LÍQUIDOS Y GÉRMENES) PESO BASE COMO MÍNIMO DE 55GR/M2 EN FICHA TÉCNICA APORTADA POR LA EMPRESA NO PRESENTA DICHA CUALIDAD	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 6: PAÑO DESECHABLE FENESTRADO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
CARDIVA 2, S.L.	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 7: PAÑO DESECHABLE FENESTRADO CON ADHESIVO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 8: FUNDA MESA DE MAYO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 9: SÁBANA PLASTIFICADA

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
JUVAZQUEZ, S.L.	EN PPT SE SOLICITA 1-“DE DOS CAPAS”, EN ACLARACIONES SOLICITADA A LA EMPRESA, EXPRESA QUE CONTIENE UNA SOLA CAPA. 2-EN CRITERIOS AUTOMATICOS SE SOLICITA FOTOGRAFIA DEL ENVASE INDIVIDUAL “PICTOGRAMA LIBRE DE LÁTEX” EN ACLARACIONES SOLICITADAS PRESENTA FOTOGRAFIA DONDE NO SE VE EL SIMBOLO LIBRE DE LÁTEX EXIGIDO PARA LA PUNTUACIÓN.	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 10: SET BÁSICO PARA ECOGRAFÍA

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 11: FUNDAS AMPLIFICADOR TUBO RX DE CABLE DE CÁMARA

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	SIN OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS Y FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 12: FUNDA Y SET DE ARCO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA	12-1 SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA 12-2 SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLEN PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 13: FUNDA DE MICROSCOPIO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.	EN PPT SE SOLICITA “ MEDIDAS DE 132 X 340 CM, ” EN FICHA TÉCNICA APORTADA POR LA EMPRESA PRESENTA 132 X 381 CM	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 14: BOLSA AUXILIAR BORDE ADHESIVO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
PIVELLON, S.L.	EN PPT SE SOLICITA” MEDIDAS DE 28-33 CM X 40-48 CM” (+- 5 CM) EN FICHA TÉCNICA APORTADA POR LA EMPRESA PRESENTA MEDIDAS DE 40X 75 CM	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 15: SÁBANA DE AISLAMIENTO VERTICAL

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	EN PPT SE SOLICITA “INDICARÁN LOS VALORES OBTENIDOS EN LOS TEST DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN13795:2011+A1:2013 PARTE 2 REALIZADOS POR UN LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO”. NO ENVIA DICHA ACREDITACIÓN	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 16: CAMISÓN DE PACIENTE DE UN SOLO USO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
FARMACÉUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

**SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.**

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 17: PROTECTOR DESECHABLE IMPERMEABLE Y ABSORBENTE DE MESA QUIRÚRGICA

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

INFORME DE SOLVENCIA

SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR QUIRÚRGICO DESECHABLE, CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1122013916/22/PA

LOTE 18: PACK PARA INYECCIONES INTRAVÍTREAS

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	EN PPT SE SOLICITA “INDICARÁN LOS VALORES OBTENIDOS EN LOS TEST DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN13795:2011+A1:2013 PARTE 2 REALIZADOS POR UN LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO”. NO ENVIA DICHA ACREDITACIÓN	INCUMPLE PPT

En Cáceres, a 19 de agosto de 2022

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos