

## INFORME

### **Informe sobre las ofertas presentadas en el procedimiento de contratación del suministro de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para la protección del personal de la Universitat de València**

**Nº Expediente: 2022 0000 SU 001**

Vistas las ofertas presentadas por 38 licitadores para el contrato de suministro de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para la protección del personal de la Universitat de València, se informa:

- 1) No han presentado ninguna muestra 5 de las empresas licitadoras:
  - TEXTILES ACALAINOS, S.L.
  - GRUPO EMPRESARIAL LAFAYETTE
  - VIN DORE 24K, S.L.
  - SUR-INNOPACK, S.L.
  - HERRERO BOSCH, S.L.
  
- 2) A continuación se describen las empresas licitadoras que habiendo aportado muestras no cumplen con las prescripciones técnicas por los siguientes motivos:

<b>Cód.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Lote 1 Mascarilla quirúrgica</b>	<b>Lote 2 Mascarilla FFP2</b>
1	PAPEL AUTOMATIC, S.A	Ver punto 3	El ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009 no se presenta en español
2	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A	La documentación no cumple requisitos de traducción*	No presenta oferta
3	KRAPE, S.A	La documentación no se presenta en español	La documentación no se presenta en español
4	AMEVISA, S.A	<ul style="list-style-type: none"><li>• La documentación no cumple requisitos de traducción*</li><li>• Color azul y griss</li></ul>	La documentación no cumple requisitos de traducción*
5	CARDIVALS, S.A	La documentación no se presenta en español	No presenta oferta
6	ACUÑA Y FOMBONA, S.A	No presenta oferta	<ul style="list-style-type: none"><li>• El examen UE de tipo según Reglamento (EU) 2016/425 no se presenta en español</li><li>• El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009 no se presenta en español</li></ul>

<b>Cód.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Lote 1 Mascarilla quirúrgica</b>	<b>Lote 2 Mascarilla FFP2</b>
7	GRUPO R. QUERALTO, S.A	No aporta declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009</li> <li>• Documento examen UE tipo según Reglamento (UE) 2016/425 caducado</li> </ul>
8	T Q TECNOL, SAU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745</li> <li>• El ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no se presenta en español</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001+AC:2009</li> <li>• No aporta memoria técnica que incluya, al menos, composición del EPI y forma de envasado</li> </ul>
9	PRODUCTOS FAVESAN, S.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745</li> <li>• No aporta ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta declaración UE de conformidad ni examen UE de tipo según Reglamento (EU) 2016/425</li> <li>• No aporta ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009</li> </ul>
10	PALEX MEDICAL, S.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745 en español</li> <li>• No aporta documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019</li> </ul>	No aporta ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009
11	SUMEVET, S.L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta declaración UE de conformidad en español según Reglamento (EU) 2017/745</li> <li>• El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no se presenta en español</li> </ul>	No presenta oferta
12	GRUPO JARAELSA, S.L	La documentación no se presenta en español	La documentación no se presenta en español

<b>Cód.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Lote 1 Mascarilla quirúrgica</b>	<b>Lote 2 Mascarilla FFP2</b>
13	BIOINICIA, S.L	No aporta declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745	<ul style="list-style-type: none"> <li>•La declaración UE de conformidad no se presenta en español</li> <li>•No aporta documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + A1:2009</li> </ul>
15	PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L	No presenta la documentación requerida	No presenta la documentación requerida
16	PORTALWEB FISAUDE, S.L.	La documentación no se presenta en español	La documentación no se presenta en español
17	PUBLISERVIC CANARIAS	La declaración UE de conformidad no está actualizada al Reglamento (EU) 2017/745	La documentación no se presenta en español
18	CV MEDICA, S.L	No presenta la documentación requerida	No presenta la documentación requerida
19	PIVELLON, S.L.	La declaración UE de conformidad no se presenta en español	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No aporta ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + A1:2009</li> <li>•El examen UE de tipo no se presenta en español</li> </ul>
20	BRICOLAGE MORENO, S.L.	No presenta la documentación requerida	No presenta la documentación requerida
21	NACIL MEDICE 4 GROUP, S.L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La declaración UE de conformidad no está actualizada al Reglamento (EU) 2017/745</li> <li>•El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no está firmado</li> </ul>	La documentación no cumple requisitos de traducción*
22	IMPRORECORD, S.L.	La documentación no se presenta en español	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No aporta declaración UE de conformidad según el Reglamento EU 2016/7425</li> <li>•El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + A1:2009 no está en español</li> </ul>
23	FARMADOSIS	La documentación no cumple requisitos de traducción*	La documentación no cumple requisitos de traducción*
24	GERSA INFORMATICA, S.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La documentación no se presenta en español</li> <li>• La ficha de características no aporta suficiente información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No aporta declaración UE de conformidad según el Reglamento EU 2016/425</li> <li>• El ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + A1:2009 no está en español</li> </ul>

<b>Cód.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Lote 1 Mascarilla quirúrgica</b>	<b>Lote 2 Mascarilla FFP2</b>
25	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L.	La documentación no se presenta en español	No presenta oferta
27	HERMANOS IZQUIERDO MIÑANI, S.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No presenta la memoria técnica</li> <li>•No aporta documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019</li> <li>•La declaración UE de conformidad no se presenta en español</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No presenta la memoria técnica</li> <li>•La documentación no se presenta en español</li> </ul>
28	ALBARRI, S.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No aporta declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745</li> <li>•El ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no está en español</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No aporta la declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2016/425</li> <li>•No aporta documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009</li> <li>•El examen UE de tipo según el Reglamento (UE) 2016/425 no se presenta en español</li> </ul>
30	TRYNDAMERE, S.L.U.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•La declaración UE de conformidad no se presenta en español</li> <li>•El ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no está en español</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•La declaración UE de conformidad no está en español</li> <li>•El examen UE de tipo no está en español</li> </ul>
31	ROYAL PROGRESS, S.L.	La declaración UE de conformidad no está actualizada al Reglamento (EU) 2017/745	No aporta el ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009
33	SOLFIX ENGINEERING, S.L.	El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no está en español	El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + A1:2009 no está en español

<b>Código</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Lote 1 Mascarilla quirúrgica</b>	<b>Lote 2 Mascarilla FFP2</b>
34	PROMOCIONES VERODAN, S.L	<ul style="list-style-type: none"> <li>•El ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no está en español</li> <li>•No aporta la declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2017/745</li> </ul>	La declaración UE de conformidad según Reglamento (EU) 2016/425 no se presenta en español
36	ATAL INNOVATIONS, S.L	<ul style="list-style-type: none"> <li>•El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 no está en español</li> <li>•La declaración UE de conformidad no está actualizada al Reglamento (EU) 2017/745</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + AC:2009 no se presenta en español</li> <li>•El examen UE de tipo según el Reglamento (UE) 2016/425 no se presenta en español</li> </ul>
37	DISMEVAL	No presenta oferta	El documento de ensayo de cumplimiento de la norma EN 149:2001 + A1:2009 no está en español

\*Se ha tenido en cuenta, de acuerdo al apartado 8 del cuadro de características, la documentación original traducida de forma oficial al español con los requisitos de fehcencia exigidos en la normativa vigente

- 3) A las empresas licitadoras que cumplen para el lote 1 y para el lote 2 con el pliego de prescripciones técnicas, citadas seguidamente, se les han aplicado los criterios de valoración establecidos en el *punto 9. Criterios para la adjudicación del contrato* del Cuadro de Características, obteniendo los siguientes resultados:

**Lote 1 (Mascarilla quirúrgica)**

Siendo el Precio unitario máximo 0,08€ y el Precio ofertado más económico 0,02€

<b>EMPRESA</b>	<b>Precio ofertado</b>	<b>Plazo entrega</b>	<b>Puntuación económica</b>	<b>Puntuación plazo entrega</b>	<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	0,02€	1 día	80	20	100
PAPEL AUTOMATIC, S.A	0,04€	2 días	53,33	20	73,33

**Lote 2 (Mascarilla FFP2)**

<b>EMPRESA</b>	<b>Precio ofertado</b>	<b>Plazo entrega</b>	<b>Puntuación económica</b>	<b>Puntuación plazo entrega</b>	<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	0,13€	1 día	80	20	100

Valencia, en la fecha de la firma.

Jefe de Sección Técnica de Prevención

Técnica Superior de Higiene Industrial