

TABLA RESUMEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO 173/2019

(SUMINISTRO DE DOS TORRES DE LAPAROSCOPIA PARA LOS SERVICIOS DE GINECOLOGÍA, UROLOGÍA Y ORL - quirófanos 1 y 2- DEL HOSPITAL DE VEGA BAJA)

	CALIDAD MATERIAL, FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS E INCREMENTOS DE CALIDAD	
		Utilidades y ventajas funcionales
2	* PROCESADOR DE VIDEO:	
	- Posibilidad de adaptación a sistema 3D o procesador 3D incluido	SI
	- Posibilidad de adaptación a sistema 4K	SI
	- Compatibilidad con videoendoscopios flexibles con chip en la punta	SI
	- Posibilidad de adaptación de videolaparoscopio de alta definición	SI
	- Compatibilidad de tratamiento de imágenes de fluorescencia	NO
	- Integración de imágenes en PACS del Hospital (DICOM)	SI
	- Pantalla táctil en el procesador de vídeo	NO
	- Selección de perfiles de usuario	SI
	* INSUFLADOR:	
	- Sistema de calentamiento de CO2	SI
	- Evacuador de humos	SI
	* CÁMARA DE LAPAROSCOPIO:	
	- Controles programables en el cabezal de la cámara	SI
	- Zoom analógico y digital en cabezal de la cámara	SI
	* MONITORES:	
	- Tamaño, resolución y calidad de los monitores	SI (MAYOR DE 30")
	- Zoom analógico y digital en cabezal de la cámara	SI
	* FUENTE DE LUZ:	
	- Sistema de luz para detección precoz de tumores (filtros de imagen)	NO
	* CÁMARA PENDULAR PARA ENDOSCOPIA:	
	- Cámara pendular HD	SI

3	GARANTÍA:
	61 MESES
4	COMPROMISO DE SUMINISTRO DE PIEZAS
	GARANTÍA DE ENTREGA DE REPUESTOS DURANTE 7 AÑOS

Rubí, a 16 de abril de 2019
B.BRAUN SURGICAL, S.A.

Margarita Falguera Tornero
Apoderada