

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

11 de agosto de 2022, a las 11:00 h.

Lugar de celebración

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo (Sala de reuniones 5ª Planta)

Asistentes

La composición de la mesa es la siguiente:

PRESIDENTA

Dña. Isabel Mena Alonso, Presidenta del IAS.

SECRETARIA

Doña Cristina González Pajuelo, Jefa de Sección de Contratación del IAS.

VOCALES

Dña. Olivia Fernández Hernández, Adjunta Asesoría del IAS.

D. Francisco de Paula Padillo Pérez, Jefe del Servicio de Intervención Delegada del IAS

Orden del día

1.- Estudio del Informe de Valoración de muestras MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. Lote 51: 3884/2020 - Suministro de material sanitario de consumo y otros suministros para los centros dependientes del Instituto AS.

Se Expone:

1.- Estudio de Informe de valoración de muestras MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. Lote 51: 3884/2020 - Suministro de material sanitario de consumo y otros suministros para los centros dependientes del Instituto AS.

Se presenta a la Mesa de Contratación para su aprobación, el informe técnico de valoración de muestras del lote 51 de la oferta de **MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.**, realizado por el Responsable del Servicio de Hostelería del IAS, con fecha **01/08/2022**. Se incorpora al acta dicho informe:

“Informe de valoración de muestras

El pasado día 30/06/2022 se emite informe de valoración de muestras presentadas para el expediente de 3884/2020. para la mesa de contratación. En este informes se indicaba que las muestras presentadas para el lote 51- TIRAS DE GLUCEMIA - presentadas por MENARINI DIAGNÓSTICOS, SA., para este lote ya



que consideraba que no cumplía con las características técnicas exigidas en el pliego.

En reclamación realizada por la empresa licitadora piden que su oferta no sea excluida argumentando que sus tiras de reactivos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego, independientemente de los medidores que con los que se realice la medición.

Ante esta reclamación se procede a reevaluar los muestras presentadas para este lote 51, donde solo se ha presentado oferta la empresa MENARINI DIAGNÓSTICOS, SA., se comprueba que efectivamente presenta como muestra dos tubos de tiras de reactivos y un aparato medidor marca Gluco-men. Efectivamente no son validos para los medidores de ABBOTT, pero sus mediciones son equivalentes.

Se realiza una nueva prueba consistente en contrastar valores de glucosa en sangre con los dos diferentes medidores y tiras concluyendo que los valores ofrecidos por las muestras presentadas son congruentes y adecuados.

El técnico que suscribe el informe, incurre en un error en la apreciación en su primer informe de valoración de la muestra, al confundir los valores técnicos que arroja el producto ofertado, con la compatibilidad con los medidores existentes.

Por lo que la valoración de estas muestras es la siguiente:

LOTE	DENOMINACIÓN	LICITADOR PRESENTADO	resistencia	calidad	ergonomía	seguridad	volumen	teñido	envase	adecuación
51	TIRAS GLUCEMIA	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.	Suficiente	buena	no aplica	suficiente	adecuado	no aplica	adecuado	Se adecua a lo solicitado

En conclusión, las muestras presentadas por **MENARINI DIAGNÓSTICOS, SA.**, para el **lote 51 -Tiras de Glucemia**, fueron excluidas por un error de valoración en las primeras pruebas realizadas, donde se asumieron como necesarios, criterios no solicitados en el pliego.

Tras las nuevas pruebas realizadas, se considera que las muestras valoradas, **cumplen con los criterios solicitado** y se adecuan a lo indicado en el pliego como características técnicas "Equivalentes con Freestyle ABBOTT" y por tanto, **la oferta presentada por el licitador debiera proseguir con el procedimiento de la licitación".**



EN CONCLUSIÓN: Se acuerda por unanimidad de los miembros de la mesa de contratación suscribir íntegramente el contenido de dicho informe y proponer lo siguiente:

ADMITIR a **MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.** por considerar que cumple las muestras presentadas con los criterios solicitados y se adecuan a lo indicado en el pliego como características técnicas en lo referente a la valoración de las muestras, y por tanto, se procede a indicar su oferta económica y demás criterios evaluables automáticamente para el lote 51.

MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. (LOTE 51)

LOTE 51

LOTE 51							A completar por el licitador										
Código IAS	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	C.S. El Sabinat	Residencia de Taliarte	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Ref.Fabricant e	Marca	Modelo	Código EAN	Unidad de Venta	Unidad Costiene	Precio Unitario Venta	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
FAR01535	TRAS REACTIVAS GLUCEMIA 100		Equivalente con Freestyle ABBOTT	10.000	10.000	20.000	47950	A.Menarini Diagnostics Srl	GLUCOMEN AREO SENSOR 100	GLUCOMEN AREO SENSOR 100	8012992479506	CAJA	100,00	15,00	0 %	0,00	3.000,00
				10.000	10.000	20.000										0,00	3.000,00

Importe	3.000,00
Igitc	0,00
Total	3.000,00

CRITERIO N.º 2 PLAZO DE ENTREGA - PEDIDOS NORMALES

- Hago constar que el plazo será de **Lote 51 - plazo de ≥ 24 horas < 48 horas.**

CRITERIO N.º 3 PLAZO DE ENTREGA - PEDIDOS URGENTES

- Hago constar que el plazo será **Lote 51 - plazo < 24 horas.**

Acompaña diversa documentación técnica que se traslada al técnico para su valoración.

Se traslada dicha documentación aportada al técnico encargado de su evaluación y valoración en su informe correspondiente, donde previamente se valorará si la oferta económica presentada está incurso en baja desproporcionada, en cuyo caso, se procederá a solicitar la justificación de la misma antes de la valoración y propuesta de adjudicación.

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que como Secretaria certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

