

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE P.A. 926/2024 LOTE 1
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA MESA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET

| Concepto | Puntos/Ponderación |
|--|--------------------|
| Características técnicas y calidad de los equipos propuestos | 26 |
| Instalación del suministro. | 5 |
| Formación | 5 |

Se han repartido los puntos de los criterios en los apartados y peso específico de cada uno de ellos en la siguiente tabla:

TABLA DE CRITERIOS

| Oferta Técnica | | |
|---|---|-----------|
| Características técnicas y calidad de los equipos propuestos | El licitador aportará los manuales, fichas técnicas y certificados de calidad oficiales del fabricante de los equipos ofertados, desarrollando especialmente las características que aparecen en las prescripciones particulares del pliego de prescripciones técnicas. | 26 |
| Instalación del suministro. | Estudio detallado de la secuencia de operaciones a realizar, trabajos previos, cronograma de actuaciones, medidas de seguridad y salud, que denote un conocimiento amplio de los trabajos a realizar para la correcta instalación del suministro. | 5 |
| Formación. | Programa detallado y perfil de personal de formación. 2,5 Puntos. <ul style="list-style-type: none"> Programa detallado de la formación. Perfil del personal de formación: Titulación, experiencia, etc. Documentación. 2,5 Puntos. <ul style="list-style-type: none"> Documentación Técnica a entregar: Manual Técnico del Fabricante, Manual de Instalación, Manual de Instrucciones del Usuario, etc. Documentación que serviría de soporte para la formación. | 5 |

Empresas presentadas

| Empresas a valorar |
|--------------------|
| GETINGE |
| MATCLINIC |
| PROVAQUIL |

Valoración Técnica

| Empresas | GETINGE |
|---|---|
| Criterios | |
| Características técnicas y calidad de los equipos propuestos | <p>Se aportan fichas técnicas, certificado calidad ISO 9001:2015 y certificados de los equipos ofertados, desarrollando especialmente las características que aparecen en las prescripciones particulares del pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>Presentan la mayor capacidad de carga, incluso en cualquier posición dinámica.</p> <p>Calificación: “Muy Buena”</p> |
| Instalación del suministro. | <p>Presenta un estudio detallado de la secuencia de operaciones a realizar y trabajos previos.</p> <p>Presenta un cronograma de actuaciones.</p> <p>Calificación: “Muy buena”</p> |
| Formación. | <p>Sí ofrece un programa detallado de formación.</p> <p>Detalla de forma elaborada la experiencia del personal formador.</p> <p>Se entrega Documentación Técnica: Manual Técnico del Fabricante, Manual de Instalación, Manual de Instrucciones del Usuario, etc. No hace referencia a la entrega en formato digital.</p> <p>Sí ofrece documentación que servirá de soporte para la formación.</p> <p>Calificación: “Buena”.</p> |

| Empresas | MATCLINIC |
|---|--|
| Criterios | |
| Características técnicas y calidad de los equipos propuestos | <p>El licitador aporta las fichas técnicas y certificados de calidad de los equipos ofertados, desarrollando especialmente las características que aparecen en las prescripciones particulares del pliego de prescripciones técnicas, a excepción de las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> No alcanza la altura máxima de la mesa de al menos 1100mm, se queda en 1095mm. Las placas apoya piernas no están divididas en 4 secciones. <p>Calificación: “Regular”</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| Instalación del suministro. | <p>Realiza un estudio detallado de la secuencia de operaciones a realizar, trabajos previos, cronograma de actuaciones, medidas de seguridad y salud separado por áreas, que denotan un conocimiento amplio de los trabajos a realizar para la correcta instalación del suministro.</p> <p>No hace referencia a la retirada de la unidad antigua y accesorios ni a su retirada a vertedero autorizado.</p> <p>No se ha encontrado la gestión de residuos- retirada de material de embalaje y similares.</p> <p>Calificación: “Regular”</p> |
| Formación. | <p>Programa detallado y perfil de personal de formación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ofrece un programa detallado de la formación a implementar. • Se incluye el perfil del personal de formación: Titulación, experiencia, etc. <p>Documentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entrega documentación técnica: Fichas Técnicas del Fabricante, Manual de servicio, Manual de Instalación y Manual de Uso, tanto en formato digital como en soporte papel. • Si aporta documentación que serviría de soporte para la formación. <p>Calificación: “Muy Buena”.</p> |

| Empresas | PROVAQUIL |
|---|--|
| Criterios | |
| Características técnicas y calidad de los equipos propuestos | <p>Se aportan fichas técnicas, certificado calidad ISO 9001:2015 y certificados de los equipos ofertados, desarrollando especialmente las características que aparecen en las prescripciones particulares del pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>Calificación: “Buena”</p> |
| Instalación del suministro. | <p>El licitador ha realizado un estudio detallado de la secuencia de operaciones a realizar y trabajos previos, cronograma de actuaciones, medidas de seguridad y salud que denota un conocimiento amplio de los trabajos a realizar para la correcta instalación del suministro.</p> <p>Calificación: “Muy Buena”</p> |
| Formación. | <p>Programa detallado y perfil de personal de formación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ofrece un programa detallado de la formación a implementar. • Se incluye el perfil del personal de formación: Titulación, experiencia, etc. <p>Documentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entrega documentación técnica: Fichas Técnicas del Fabricante, Manual de servicio, Manual de Instalación y Manual de Uso, tanto en formato digital como en soporte papel. • Si aporta documentación que serviría de soporte para la formación. <p>Calificación: “Muy Buena”.</p> |



En base a los criterios y su puntuación reflejados en las tablas anteriores, la puntuación final es la siguiente:

VALORACIÓN

Puntuación

| Empresas Criterios de Puntuación | GETINGE | MATCLINIC | PROVAQUIL |
|---|----------------|------------------|------------------|
| | | | |
| Características técnicas y calidad de los equipos propuestos | 26 | 8,67 | 13 |
| Instalación del suministro. | 5 | 1,67 | 5 |
| Formación. | 2,5 | 5 | 5 |
| TOTAL | 33,5 | 15,34 | 23 |

Valencia 9 de septiembre de 2024

LA INGENIERA TÉCNICA

JEFE DE SERVICIO
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Clara Tárraga Salcedo

Rafael Cuevas Martínez