

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL EXPEDIENTE DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CANARIAS (CHUC).

EXP. 50/S/24/SU/GE/AS/069

LOTE 1 - MONITOR DE PACIENTE ECG

EMPRESAS PRESENTADAS:

- AB MEDICA GROUP S.A.
- ACJ, S.A.U.
- CIM S.L.

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Atendiendo las Especificaciones Técnicas referidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la oferta de la empresa AB MEDICA GROUP S.A. (SHENZHEN CREATIVE K12) CUMPLE con todas las características solicitadas.

Atendiendo las Especificaciones Técnicas referidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la oferta de la empresa ACJ, S.A.U. (MINDRAY modelo BeneView ePM15) CUMPLE con todas las características solicitadas.

Atendiendo las Especificaciones Técnicas referidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la oferta de la empresa CIM S.L. (Biolight modelo M12) CUMPLE con todas las características solicitadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

	VALOR	PUNTUACIÓN	VALOR	PUNTUACIÓN	VALOR	PUNTUACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN (50 %)	AB MEDICA		ACJ		CIM	
CRITERIOS CUALITATIVOS (50%)						
Ampliación del periodo de garantía, sobre el mínimo exigido en el PPT de 36 meses (puntuación máxima = 20)	0	0	24	10	36	20

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39

Mayor tamaño de pantalla, respecto al mínimo de 12" indicado en el PPT (puntuación máxima = 20)	12,1"	0,5	15,6"	20	12,1"	0,5
Mayor duración de la batería respecto al mínimo de 2 horas indicado en el PPT (puntuación máxima = 10)	0 horas	0	4 horas	6.66	6h	10
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (2%)						
Menor consumo energético en condiciones de pleno funcionamiento (VA)	60	0,41	12,31	2	100	0,25
TOTAL	0,91		38,66		30,75	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39

LOTE 3: BOMBA DE DIÓXIDO DE CARBONO

EMPRESAS PRESENTADAS:

- OLYMPUS IBERIA S.A.U.
- SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	OLYMPUS IBERIA SAU	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS
<ul style="list-style-type: none">• Debe ser totalmente compatible con los endoscopios y sistemas de Olympus que hay en el área de Endoscopia Digestiva del CHUC.• Peso inferior a 5kg de peso.• Posibilidad de funcionar tanto con gas centralizado como con botella de CO2 medicinal.• Debe incluirse manguera de gas con conector DIN compatible con botella de CO2 de uso médico B5.• Indicador de nivel de gas en la botella.• Botón de inicio y corte de flujo de gas.• Temporizador de desconexión del insufador.	SÍ	SÍ

Las ofertas presentadas por las empresas **OLYMPUS IBERIA S.A.U.** Y **SISTEMAS TÉCNICOS ENDSOCÓPICOS S.A.**, **CUMPLEN** con todas las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Koje9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27iXh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

	VALOR	PUNTUACIÓN	VALOR	PUNTUACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN (50 %)	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	
CRITERIOS CUALITATIVOS (50%)				
Meses de ampliación de garantía sobre el mínimo exigido de 36 meses (Máxima puntuación = 20)	0	0,00 %	0	0,00 %
Menor peso respecto al máximo de 5Kg exigido en el PPT	4,8	10,00 %	4,9	9,79 %
Capacidad de regular flujo de gas	Sí	20,00 %	Sí	20,00 %
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (2%)				
Menor consumo energético en condiciones de pleno funcionamiento.	82	0,97 %	40	2,00 %
TOTAL	30,97 %		31,79 %	

La oferta presentada por la empresa **SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCOPICOS** obtiene una puntuación total de **30,97 Puntos**.

La oferta presentada por la empresa **OLYMPUS IBERIA S.A.U.** obtiene una puntuación de **31,79 Puntos**.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39

LOTE 4: BOMBA DE LAVADO ENDOSCÓPICO

EMPRESAS PRESENTADAS:

- OLYMPUS IBERIA S.A.U.
- SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	OLYMPUS IBERIA SAU	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS
<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con el sistema de irrigación de endoscopios Olympus.• Compatible con ecoendoscopia.• Control por pedal.• Apagado automático de seguridad.• Menor o igual a 4kgs de peso.• Máximo flujo por canal auxiliar mayor a 200ml/min.• Máximo flujo por canal de biopsias mayor a 725ml/min.• Funcionamiento con tubos estériles.	Sí	NO No tiene sistema de apagado automático de seguridad y su máximo flujo por canal de biopsias es de 500ml/min

La oferta presentada por las empresa **OLYMPUS IBERIA S.A.U.** **CUMPLE** con todas las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). En cambio la empresa **SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.** **NO CUMPLE.**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

	VALOR	PUNTUACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN (52 %)	OLYMPUS IBERIA S.A.U.	
CRITERIOS CUALITATIVOS (50%)		
Meses de ampliación de garantía sobre el mínimo exigido de 36 meses (Máxima puntuación = 20)	0	0,00 %
Mayor flujo por canal de biopsia respecto el mínimo de 725ml/min exigido en el PPT (Máxima puntuación = 15)	47	15,00 %
Mayor flujo por canal auxiliar respecto el mínimo de 200ml/min exigido en el PPT (Máxima puntuación = 15)	35	15,00 %
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (2%)		
Menor consumo energético en condiciones de pleno funcionamiento (Máxima puntuación = 2)	100	2,00 %
TOTAL		32,00 %

La oferta presentada por la empresa **OLYMPUS IBERIA S.A.U.** obtiene una puntuación de **32 Puntos**.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS	Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23 Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=puede_ser_comprobada_la_autenticidad_de_esta_copia_mediante_el_numero_de_documento_electrónico_siguiente:0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7	 
El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39	

LOTE 5: MONITORES DE GRADO MÉDICO

EMPRESAS PRESENTADAS:

- OLYMPUS IBERIA S.A.U.
- RICHARD WOLF
- ACJ S.A.U.

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

-

	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	ACJ SAU	OLYMPUS IBERIA SAU	RICHARD WOLF
<ul style="list-style-type: none">• Resolución mínima de 3840 x 2160 pixeles.• 27 pulgadas (la torre no soporta un monitor mayor).• Peso inferior a 9,5Kgs.• 4 entradas de vídeo: Display Port, HDMI, DVI y SDI.• Base estándar de 10x10cms.• Tiempo de respuesta de 5ms.• Contraste 1000:1• Estándar de color BT2020.• Relación de aspecto 16:9.• Gamma 2.2 además de otros ajustables.• Que garantice una luminancia de 800 cd/m².• Número de colores de 1070 millones/10bits.• Funciones PIP/POP.• Rotación de imagen.	SÍ	SÍ	SÍ

Las ofertas presentadas por las empresas **ACJ S.A.U**, **OLYMPUS IBERIA S.A.U.** y **RICHARD WOLF**, **CUMPLEN** con todas las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

	VALOR	PUNTUACIÓN	VALOR	PUNTUACIÓN	VALOR	PUNTUACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN (50 %)	ACJ S.A.U.		OLYMPUS IBERIA S.A.U.		RICHARD WOLF	
CRITERIOS CUALITATIVOS (50%)						
Meses de ampliación de garantía sobre el mínimo exigido de 36 meses (Puntuación máxima = 20)	24	10%	0	0%	36	20%
Menor peso respecto al máximo de 9,5 Kgs exigido en el PPT (Puntuación máxima = 10)	8	10%	9,2	8,69%	8	10%
Mayor número de conexiones de entrada de vídeo respecto el mínimo de 4 exigido en el PPT (Puntuación máxima = 20)	0	0%	1	20%	0	0%
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (2%)						
Menor consumo energético en condiciones de pleno funcionamiento VA (Puntuación máxima = 2)	0*	0%	0*	0%	0*	0%
	TOTAL	20%	TOTAL	28,69%	TOTAL	30%

* No se acredita el dato en los términos especificados

La oferta presentada por la empresa **ACJ S.AU.** obtiene una puntuación total de **20 Puntos.**

La oferta presentada por la empresa **OLYMPUS IBERIA S.A.U.** obtiene una puntuación de **28,69 Puntos.**

La oferta presentada por la empresa **RICHARD WOLF S.A.** obtiene una puntuación de **30 Puntos.**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MANUEL DE LOS REYES MELIAN DEL CASTILLO - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ISAAC MAHY HERNANDEZ FUMERO - TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS

Fecha: 19/07/2024 - 11:22:23
Fecha: 19/07/2024 - 10:23:10

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0Koj9DMF0yUr-vECdMKho0IqJb27ixh7



El presente documento ha sido descargado el 19/07/2024 - 11:27:39