

NOTA INTERIOR

Fecha: Zaragoza, a 27 de agosto de 2018
De: Jefe de la Sección de Arritmias del H.C.U. Lozano Blesa
A: Dirección de Gestión y -SS.GG. (Presidente Mesa de Contratación del Sector Zaragoza III).
Asunto: Informe de criterios de evaluación previa expte. 2019-0-028 (Suministro de desfibriladores implantables)

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 2019-0-028

Habiéndome encargado por parte de la Mesa de Contratación que asesora al Órgano de Contratación del Sector Zaragoza III, el apoyo técnico para la valoración de los criterios de evaluación previa del expediente citado, relativo al suministro de Desfibriladores implantables, en mi condición de Jefe de Sección de Arritmias del hospital, y por consiguiente con suficiente experiencia en el uso de estos suministros, le comunico lo siguiente:

El expediente se compone de materiales o posiciones integrados, en función de la homogeneidad requerida según el tipo de implante, en 6 lotes distintos, cada uno de ellos de adjudicación unitaria, salvo los lotes 5 y 6, que se componen el lote 5 de electrodos diversos que deberían encajar con los dispositivos licitados en los lotes 1 a 4, y de dispositivos holter, el lote 6.

Acabada la fase de licitación, se ha producido la circunstancia de que tanto en cada uno de los lotes 1 al 6, sólo se ha presentado una única oferta de un único licitador. No existe, en consecuencia, ninguna competencia directa en ninguno de los ítems licitados. Esto se explica, a mi entender, en que la exactitud y concreción de la descripción de los materiales licitados conlleva a que el mercado conozca con claridad la gama de productos en los que puede realizar o no una oferta ajustada a las exigencias del pliego de especificaciones técnicas; exigencias que se sustancian primordialmente en la referida descripción exhaustiva de los materiales.

Obviamente, en este tipo de expedientes (implantes) no resulta pertinente solicitar muestras, dado que no se va a comprometer la integridad física de ningún paciente para realizar una prueba del material ofertado; por consiguiente, se valora a partir de la información aportada en la ficha técnica y en los catálogos correspondientes.

El fundamento básico de la motivación de la puntuación otorgada a todas las ofertas (45 puntos) es simple y llanamente que todos los productos ofertados se corresponden exactamente con la descripción técnica que consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO
"LOZANO BLESAS"

Avda. San Juan Bosco, 15
50009-ZARAGOZA

De cualquier modo, se adjunta un breve informe en el que se refleja las características apreciadas del material ofertado en función de los siguientes parámetros, ello en consonancia con lo expresado en el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

- Lotes 1 a 4 (desfibriladores) y lote 6 (dispositivos holter): calidad intrínseca de los materiales y facilidad de manejo del producto.
- Lote 5 (electrodos): grado de compatibilidad entre los materiales ofertados y los marcapasos licitados en el resto de lotes.

EL JEFE DE SECCIÓN DE ARRITMIAS,

Fdo.: Gonzalo Rodrigo Trallero



2019-0-028 // 1118001513 DESFIBRILADORES IMPLANTABLES
 INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN PREVIA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Proveedor	Ref.	Punt. Tec.	Calidad material	Facilidad manejo	Compatibilidad electrodos
	1	1 34250	DESFIBRILADOR AUTOM. IMPLANTAB. SUBCUTANEO	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	A219+6290	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
	1	2 34252	ELECTRODO DE INSERCIÓN	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	4711	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
	1	3 34251	ELECTRODO SUBCUTANEO TRIPOLAR 45CML	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	3501	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
	2	4 90000254	DESFIBRILADOR TRICAMERAL BAT LARGA DURAC	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	G447/G424/G125/G126/G138+6290	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
	2	5 900000257	ELECT. SENO CORO. B/ TETRAPOLAR. REC/PIGT	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	4671/4674/4677/4542	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
	3	6 37128	CABLE TETRAPOLAR, S14-LLL. VENTRÍCULO IZ.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	145XOX/86	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	

3	7 4180	DESFIB. IMPLANT-BICAM. RESI. VENTRICULAR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	CD3371-400C	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
4	8 30435	DESFIBRILADOR AUTOM. IMPLANT. UNICAMERAL	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	404688	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
4	9 30436	ELECTRODO DESFIBRILADOR FIJACION ACTIVA	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	414005/414006	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
5	10 4179	DESFIBRIL BICAMERAL ALTA ENERGIA IS1 DF1	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	CD2359-400C	45		Comprobada	
5	11 4675	DESFIBRIL BICAMERAL COMP RESONAN IS1 DF4	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DDMC3D1	45		Comprobada	
5	12 4177	DESFIBRILAD. UNICAMERAL ALTA ENERGIA DF4	BOSTON_SCIENIFIC IBERICA SA	D432/D120+6290	45		Comprobada	
5	13 30085	DESFIBRILADOR AUT. IMPLANTAB. MONOCAMERAL	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	CD1359-400C	45		Comprobada	
5	14 30086	DESFIBRILADOR AUTOM. IMPLANTAB. BICAMERAL	BOSTON_SCIENIFIC IBERICA SA	D433/D112+6290	45		Comprobada	
5	15 90003599	DESFIBRILADOR TRICAMERAL REDUC. DESCARGA	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DTMCDJ/D4/QQ	45		Comprobada	
5	16 4677	DESFIBRILADOR UNICAMERAL COM RESONAN DF4	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DVFC3D1	45		Comprobada	
5	17 15236	ELECT ESTIM A/V HELICE EXT C/ ESTEROIDES	BOSTON_SCIENIFIC IBERICA SA	4473/4474	45		Comprobada	
5	18 90000653	ELECT. SENO CORONARIO V.I.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	VER ANEXO	45		Comprobada	
5	19 90002246	ELECT. SENO CORO BIPOLAR FACT/PAS.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	71XXX/XX	45		Comprobada	
5	20 90000255	ELECT. SENO CORO. ACTIVA/PASIVA. 1/2 BOBIN	BOSTON_SCIENIFIC IBERICA SA	0692/0672/0695/0682/0685/0181	45		Comprobada	
5	21 90002349	ELECT. SENO CORO. ACTIVA/PASIVA. TRI/TETRAP	MEDTRONIC IBERICA S.A.	VER ANEXO	45		Comprobada	
6	22 38544	DISPOSITIVO IMPLANTABLE SUBCUT. ARRITMIAS	MEDTRONIC IBERICA S.A.	LNQ11	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
6	23 3365	DISPOSITIVO REGISTRO HOLTER SUBCUTANEO	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	DM3500	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	

6	24 10959	DISPOSITIVO REGISTRO MONITARIZA.(HOLTER	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	398493	45	Resistencia y calidad intrínseca buenos, a partir de la información técnica facilitada	Óptima	
---	----------	---	-----------------------	--------	----	--	--------	--