

**INFORME DE SOLVENCIA**

**SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE**

**CS/05/1120011086/20/PA**

**LOTE 5: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE PARA ACCESO RADIAL SOPORTE 0.035**

| <b>EMPRESA</b>               | <b>OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA</b>  | <b>CUMPLE / INCUMPLE PPT</b> |
|------------------------------|---|------------------------------|
| <b>BIOTRONIK SPAIN, S.A.</b> | No presenta catéter portador de 150 cm como exigen las características técnicas mínimas del PPT | <b>NO CUMPLE PPT</b>         |

En Cáceres, a 20 de noviembre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente  
Jefe de Sección de Radiología  
del Área de Salud de Cáceres



JUNTA DE EXTREMADURA  
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales