



**NOTA ACLARATORIA Y CORRECCIÓN DE DATOS DEL PLIEGO TÉCNICO DEL EXPEDIENTE "Nº PEA/30/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO"**

➤ **En relación con algunas preguntas vertidas por los licitadores, se comunican las siguientes aclaraciones:**

Existen varios tipos de vitrinas de pared instaladas actualmente, tres de ellas son de modelo Aivia 100 con alarma o similar, dos de ellas son vitrinas estándar metálicas cuadradas con alarma y una es de tipo Aivia S o similar sin alarma. El desfibrilador que va montado en el vehículo municipal no lleva vitrina.

En cuanto a los kit de llamada al 112, se indica que solo deben llevarlo tres de los Desfibriladores, por lo tanto, los demás no deben llevar el kit 112.

El kit 112 está instalado y en funcionamiento actualmente en tres de los desfibriladores, por lo que la empresa adjudicataria debe llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del kit ya instalado, como la inserción de tarjeta Sim nueva con cuota mensual incluida, monitorización y seguimiento del Imei de la Sim, etc

➤ **Asimismo, se comunica la existencia de algunas erratas en las descripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas:**

**En el punto 1 del PPT "Objeto":**

- Donde dice:

MODELO	N.º DE DESFIBRILADORES
ZOLL AED PLUS con Kit 112	4
ZOLL AED PLUS sin Kit 112	2
RESCUE SAM sin Kit 112	1

- Debe decir:

MODELO	N.º DE DESFIBRILADORES
ZOLL AED PLUS con Kit 112	3
ZOLL AED PLUS sin Kit 112	3
RESCUE SAM sin Kit 112	1

**En el punto 3 del PPT "Kit conexión al 112":**

- **Donde dice** "Cuatro (4) de los equipos, los cuales se indican en el Anexo I de este Pliego, deberán disponer de un Kit de Conexión al 112" **debe decir** "Tres (3) de los equipos, los cuales se indican en el Anexo I de este Pliego, deberán disponer de un Kit de Conexión al 112"

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Isabel Andrade Avalos	Firmado	07/12/2022 14:06:19
	Maria Moreno Navarro	Firmado	07/12/2022 13:05:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==</a>		





➤ Se procede a subsanar el anexo al Pliego Técnico, además de añadir información sobre la caducidad de baterías de los mismos, quedando de la siguiente forma:

**ANEXO: INFORMACIÓN SOBRE LOS DESFIBRILADORES EXISTENTES**

EQUIPO	MARCA Y MODELO	N.º SERIE	UBICACIÓN	KIT CONEXIÓN 112	Caducidad Parches y Baterías
Desfibrilador Permanente	ZOLL AED PLUS	X19K222601	GIMNASIO MUNICIPAL (PABELLÓN CUBIERTO) CTRA. ÉCIJA-OLVERA S/N, CP 41650 EL SAUCEJO (SEVILLA)	SI	ADULTOS: 02/08/2025 INFANTIL: 07/2023 BATERÍAS: 03/2030
Desfibrilador Permanente	ZOLL AED PLUS	X20C262229	CASA DE LA CULTURA C/ FRAY ANTONIO N.º 6, CP 41650 EL SAUCEJO (SEVILLA)	SI	ADULTOS: 02/08/2025 INFANTIL: 07/2023 BATERÍAS: 03/2030
Desfibrilador Permanente	ZOLL AED PLUS	X20C262708	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL C/ DANIEL SÁNCHEZ AYALA N.º 4 CP 41650 EL SAUCEJO (SEVILLA)	SI	ADULTOS: 02/08/2025 INFANTIL: 07/2023 BATERÍAS: 03/2030
Desfibrilador Permanente	ZOLL AED PLUS	X20K312447	CEIP LOS SAUCES AVDA. OSUNA N.º 1, CP 41650 EL SAUCEJO (SEVILLA)	NO	ADULTOS: 23/04/2026 INFANTIL: 06/2023 BATERÍAS: 03/2030
Desfibrilador Móvil	ZOLL AED PLUS	X17D912308	GIMNASIO MUNICIPAL (PABELLÓN CUBIERTO) CTRA. ÉCIJA-OLVERA S/N, CP 41650 EL SAUCEJO (SEVILLA)	NO	NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE PARCHES INFANTIL Y ADULTOS BATERÍAS: 03/2027
Desfibrilador Móvil	ZOLL AED PLUS	X11E499064	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL C/ DANIEL SÁNCHEZ AYALA N.º 4 CP 41650 EL SAUCEJO (SEVILLA)	NO	NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE PARCHES INFANTIL Y ADULTOS BATERÍAS: 03/2026
Desfibrilador Móvil	Progetti Rescue Sam	190621326	VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	NO	NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE PARCHES INFANTIL Y ADULTOS BATERÍAS: 05/2024

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Isabel Andrade Avalos	Firmado	07/12/2022 14:06:19	
	Maria Moreno Navarro	Firmado	07/12/2022 13:05:37	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==</a>			



## AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO

En el caso de que alguna empresa licitadora desee visitar las instalaciones a efectos de comprobar el estado de cada uno de los desfibriladores objeto de este contrato, podrá realizarla previa solicitud dirigida al email [licitacioneselsaucejo@gmail.com](mailto:licitacioneselsaucejo@gmail.com) y realizando la misma con una antelación de al menos 72 horas sobre el plazo final de presentación de ofertas, para una organización óptima de las visitas.

No se entiende necesario efectuar rectificación alguna del pliego ni reiniciar el plazo de presentación de ofertas, por lo que, se da continuidad a la tramitación del expediente de contratación, insertando en el Perfil del Contratante el presente documento para general conocimiento por parte de los licitadores.

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 3 días hábiles desde la publicación del presente anuncio de corrección, considerando que con esta aplicación quedan plenamente garantizados los derechos de los licitadores.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Isabel Andrade Avalos	Firmado	07/12/2022 14:06:19	
	Maria Moreno Navarro	Firmado	07/12/2022 13:05:37	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u+9pGtpBZg1kLNO/E8HdaQ==</a>			