

CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO CELDA MANIPULACIÓN Y DISPENSACIÓN DE RADIOFARMACOS PET Y DISPENSADOR DE RADIOFÁRMACOS PET

MEMORIA DE NECESIDAD

En la actualidad, el Servicio de Laboratorio de RIA-Unidad de Radiofarmacia cuenta con una celda de manipulación, y un dispensador de radiofármacos PET, de la marca Apiron instalado en 2018, cuyo mantenimiento finalizó en el mes de diciembre de 2023.

Es de suma importancia de que este equipo esté en las mejores condiciones posibles de trabajo, dada su relevancia dado que son equipos con gran carga asistencial, de los que depende el suministro de los radiofármacos PET al Servicio de Medicina Nuclear para su administración a los pacientes y posterior realización del PET, por lo que no pueden estar fuera de servicio, y en caso de avería debe subsanarse en el menor plazo posible, debiendo minimizarse lo máximo posible sus tiempos de paradas puesto que ello supone la carencia en la prestación a la ciudadanía.

Por otra parte, se precisa que todos los aparatos mantengan unos parámetros técnicos adecuados, para lo que es imprescindible que cuenten con revisiones periódicas que garanticen las prestaciones de estos equipos.

Por todo ello, para el año 2024 y 2025 se precisa contratar un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el normal funcionamiento tanto de la celda de manipulación, como del dispensador de radiofármacos PET.

Las características de los equipos a mantener y las condiciones del mantenimiento que se solicita son las siguientes:

- * Mantenimiento preventivo y correctivo anual de acuerdo a los protocolos establecidos.
- * Actualizaciones gratuitas de software y hardware.
- * Sustitución de filtro HEPA y filtro de carbón.
- * En caso de avería, el equipo de dispensación modelo Apiron, se sustituirá en 24-48 h.
- * Soporte técnico y atención telefónica ilimitados.
- * Piezas y mano de obra incluidas.
- * Desplazamiento y gastos de viaje incluidos.
- * Gastos de mensajería incluidos.

Debido a la exclusividad de los componentes de alta tecnología de estos equipos y para garantizar su correcto funcionamiento y eficaz reparación de las posibles averías, es necesario contratar un servicio de mantenimiento especializado de estos equipos, recomendando la contratación de este servicio.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

ORDEN	CONCEPTO	PUNTOS	FORMULA MATEMÁTICA, ASIGNACIÓN DIRECTA DE PUNTOS O CRITERIO EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR	SOBRE ELECTRONICO
1	Precio	60	<p>Fórmula: proporcionalidad inversa.</p> $V_p(x) = \frac{V_{max}(P) \times P_{min}}{P(x)}$ <p>En la que $V_{max}(P)$ es el mayor valor asignado al precio (60 puntos), P_{min} es el Precio más bajo ofertado en el lote</p>	3

			y $P(x)$ es el Precio de la oferta que se evalúa.	
2	Aumento de revisiones preventivas anuales realizadas por el fabricante	5	Valor asignado	3
3	Incremento de la garantía sobre las reparaciones y las piezas de repuesto	5	Valor asignado	3
4	Memoria técnica en la que se indique la capacidad y medios organizativos	30	Criterio evaluable mediante juicio de valor	2

PRECIO DEL CONTRATO:

El precio se estima en 2.750,00 €/año IVA no incluido. Dicha estimación se basa en el histórico de contratos existente y en los actuales precios de mercado.

Castellón 5 de julio de 2024

Fdo: Dra. M.ª Dolores Latorre Ibáñez
 Jefa Serv. Laboratorio de RIA-Unidad de Radiofarmacia