

ACTA IV DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Procedimiento Abierto (2023/006285) "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE 18 SALAS RX DESTINO ATENCIÓN PRIMARIA"

Fecha y hora de celebración

24 de octubre de 2023 a las 12:30 horas

Lugar de celebración

Sala de Juntas de SS.GG. SS.CC SESCAM Planta 3ª.

Asistentes

Presidente: D. Esteban Rodríguez Lozano. Jefe del Área de Contratación del SESCAM.

Secretario: D. Miguel Ángel García Toboso. Jefe de Servicio de Adquisiciones Sanitarias del SESCAM.

Vocales:

D. José Ignacio de Paz Campillos. Interventor Adjunto al SESCAM.

Dª. Claudia Alonso Rojas. Técnico Superior de Apoyo del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Responsabilidad Patrimonial del SESCAM.

Dª. Carmen Meneses Román. Jefa de Servicio de R.E. y Adq. Tec. del SESCAM.

D. Alberto Fermín Valdominos. Ingeniero Superior del Área de Infraestructuras del SESCAM.

Orden del día

1.- Solicitud de documentación complementaria.



Castilla-La Mancha

Avda. Río Guadiana, 4 • 45007 TOLEDO

Código Seguro De Verificación	7931-3043-7733P376F-4655	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Esteban Rodríguez Lozano - Servicio de Contratación de Ssc	Firmado	25/10/2023 11:00:22
	Miguel Angel Garcia Toboso - Servicio de Contratación de Ssc	Firmado	25/10/2023 09:42:45
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://sescam.jccm.es/verifirma/code/7931-3043-7733P376F-4655		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Se Expone

1.- El PPT en su punto 2, “Condiciones Generales” establece:

“Todos los componentes esenciales del sistema (generador RX, mesa radiológica de exploración, bucky vertical, soporte del conjunto del tubo, tubo RX y software del sistema y aplicaciones), serán del mismo fabricante que aplique a la licitación, en aras de garantizar la existencia de repuestos originales durante la vida útil del equipo. Deberán ostentar el distintivo del fabricante del sistema y disponer, en un lugar accesible, de señales indicadoras de la marca, modelo, número de serie y características técnicas.

En ningún caso se aceptarán componentes esenciales procedentes de terceros diferentes al del fabricante del sistema ofertado”.

Por ello, **la Mesa acuerda requerir documentación complementaria** a APR Salud, S.L., FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España, GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU, PHILIPS IBÉRICA SAU, SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A., y SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.:

1.- Declaración responsable en la que se haga constar, expresamente, que el licitador es el fabricante de:

- a) Generador RX
- b) Mesa radiológica de exploración.
- c) Bucky vertical.
- d) Soporte del conjunto del tubo.
- e) Tubo RX.
- f) Software del sistema y aplicaciones

2.- Product Data, Ficha Técnica y Marcado CE de:

- a) Generador RX
- b) Mesa radiológica de exploración.
- c) Bucky vertical.
- d) Soporte del conjunto del tubo.
- e) Tubo RX.
- f) Software del sistema y aplicaciones

Y no existiendo más temas por tratar, siendo las 13:00 horas, Yo, como Secretario, certifico con el visto bueno del Presidente.

D. Miguel Ángel García Toboso
SECRETARIO

D. Esteban Rodríguez Lozano
PRESIDENTE



Avda. Río Guadiana, 4 • 45007 TOLEDO

Código Seguro De Verificación	7931-3043-7733P376F-4655	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Esteban Rodríguez Lozano - Servicio de Contratación de Ssc	Firmado	25/10/2023 11:00:22
	Miguel Angel Garcia Toboso - Servicio de Contratación de Ssc	Firmado	25/10/2023 09:42:45
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://sescam.jccm.es/verifirma/code/7931-3043-7733P376F-4655		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

