

PASA 605/2024 Suministro de Ecógrafos para consultas de planificación familiar y ginecología, 3 unidades, respetuoso con el medio ambiente, para los CS de Acacias, Novelda y Monovar. DS Elda.

LICITADOR	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	CENTROS CONTROL SALUD, S.L.	ELECTROMEDICAL S.L.	ESAOTE IBERIA S.A.U.
MARCA	SONOSCAPE	GENERAL ELECTRIC	SAMSUNG	ESAOTE
MODELO	P11 ELITE	VERSANA BALANCE V2	HS40	MYLAB X5
CARACTERÍSTICAS:				
• Consola ergonómica ajustable en altura y giro y monitor orientable con brazo articulado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• La unidad básica será de plataforma completamente digital, y vendrá instalada en un soporte con ruedas que aloje las sondas y todos los accesorios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Monitor color de alta resolución con tamaño mínimo de 21.5" sin parpadeo direccionable.	21'5". CUMPLE	21'5". CUMPLE	21'5". CUMPLE	21'5". CUMPLE
• Dos puertos activos simultáneos para transductores electrónicos.	4 PUERTOS	3 PUERTOS	3 PUERTOS	3 PUERTOS
• Ancho de banda de al menos 1 a 18 Mhz.	1 A 25 MHZ	1 A 18 MHZ	1 A 22 MHZ	1 A 25 MHZ
• Rango dinámico de al menos 280 Db.	320 DB	280 DB	324 DB	350 DB
• Profundidad de exploración superior a 30 cm.	46 CM	40 CM	50 CM	41,4 CM
• Máximo nivel de ruido de 45 dB.	26 DB	30 DB	39 DB	35 DB
SOFTWARE CLÍNICO:				
• Modos de trabajo: 2D, Modo M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Doppler Continuo, Color Power, Duplex y Triplex.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Software para visualización del sector ecográfico a Pantalla Completa en todas las sondas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Software de supresión o reducción de artefactos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Autotrazado automático de medidas Doppler tanto en tiempo real como en imagen congelada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Software de medición obstétrico y ginecológico completo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Sistema operativo Windows 10.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Disco duro de al menos 500 GB.	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB
• Archivo de imágenes del CD/DVD Y USB.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Puertos USB mínimo 2.	6 PUERTOS	3 PUERTOS	6 PUERTOS	6 PUERTOS
• Posibilidad de conectividad inalámbrica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Módulo Dicom 3.0 con al menos las siguientes conformidades:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
○ DICOM Send	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
○ DICOM Print	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
○ DICOM Storage	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
○ DICOM Work List Management	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
○ DICOM MPPS (modality Performed Procedure Step)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
○ DICOM Query and Retrieve	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRANSDUCTORES:				
• Sonda vaginal 2D de alta densidad multifrecuencia de mínimo de 4 a 9 Mhz y al menos 120° de amplitud.	3 A 15 MHZ y 208°	3 A 10 MHZ y 168°	4 A 9 MHZ y 148°	3 A 10 MHZ y 200°
• Sonda convex 2D de alta densidad multifrecuencia de mínimo de 2 a 6 Mhz .	1 A 8 MHZ	1 A 6 MHZ	2 A 8 MHZ	1 A 8 MHZ
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En Elda, a fecha de la firma digital

Jefa Servicio Ginecología