

## ACTA 2/2019

### ASISTENTES:

### PRESIDENTE:

Dña. Sagrario de la Azuela Gómez (Directora de Gestión y Servicios Generales)

### VOCALES:

Dña. Macarena González Villamor (Asesoría Jurídica)  
Dña. Mercedes Mateos-Aparicio Martín-Albo (Jefe de Sección Interventora)  
Dña. María Sagrario Carabaño Romo (Jefa de Servicio del Servicio de Personal)  
D. Javier Gutiérrez Sánchez (Jefe de Servicio del Servicio de Mantenimiento y SS.GG.)

### SECRETARIA:

Dña. María Teresa López Rodríguez (Jefe de Grupo Sección Suministros)

En Toledo a las diez horas y treinta minutos del día 17 de julio de 2019 en la Sala de Juntas A0 del Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo se reúnen las personas arriba relacionadas, miembros de la Mesa de Contratación, con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1.- **SUBSANACIÓN Y ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº DOS (2) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA, MEDIANTE JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO @2019/007989- Suministro de Bolsas colectoras de orina para el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo.**

2.- **APERTURA Y LECTURA, EN SESION PUBLICA, DEL REGISTRO ELECTRÓNICO SOBRE 3 CORRESPONDIENTE A LA OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CIFRAS O POCENTAJES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO @2019/007989- Suministro de Bolsas colectoras de orina para el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo.**

3.- **CLASIFICACION DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.**

4.- **Lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada en el día de la fecha, si procede.**

La Presidenta abre la sesión.

1.- **SUBSANACIÓN Y ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE nº DOS (2) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA, MEDIANTE JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO @2019/007989- Suministro de Bolsas colectoras de orina para el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo.**

En fecha 09/07/2019 se les requiere a las empresas: PALEX MEDICAL, S.A., GARRIC MEDICA, S.L., CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L. y B.BRAUN MEDICAL la subsanación de documentación de los requisitos previos.

En fecha 11/07/2019, examinada la documentación aportada con el fin de comprobar si la misma cumple todos los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se les requiere **las siguientes aclaraciones**, que deberán aportar en un plazo **no superior a dos días hábiles (hasta el 15/07/2019 14:00 horas) a las siguientes empresas:**

**B.BRAUN MEDICAL, S.A.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**Lote: 4 CÓDIGO: 009036 DESCRIPCIÓN: BOLSA LAVADO VESICAL POR SONDA CON ACIDO CITRICO 3,23%**

- Si el producto ofertado al Lote 4, está totalmente libre de látex y de ftalatos DEHP.

**LOTE: 6 CÓDIGO: 004911 DESCRIPCIÓN: SOPORTE DE BOLSA PARA ORINA ADAPTABLE A CAMA.**

- Si el producto ofertado al Lote 6, está totalmente libre de látex y de ftalatos DEHP.

**CARDINAL HEALTH 511, S.L.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**LOTE: 5 CÓDIGO: 025351 DESCRIPCIÓN: URINOMETRO ADULTO IGUAL O SUPERIOR A 500ML ESTERIL**

- Si el producto ofertado al Lote 5, está totalmente libre de ftalatos DEHP.

**COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente

**LOTE: 1 CÓDIGO: 002056 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2000ML, ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Si el producto ofertado, el **tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

**LOTE: 2 CÓDIGO: 002565 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO 2000ML, NO ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Si el producto ofertado, el **tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

**LOTE: 3 CÓDIGO: 010097 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA ADAPTABLE A PIERNA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO SISTEMA EVACUADOR 750ML. NO ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Si el producto ofertado, el **tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

**CONVATEC, S.L.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**LOTE:5 CÓDIGO: 025351 DESCRIPCIÓN: URINOMETRO ADULTO IGUAL O SUPERIOR A 500ML ESTERIL**

- Si el producto ofertado al Lote 5, está totalmente libre de ftalatos DEHP

**GARRIC MEDICA, S.L.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**LOTE: 1 CÓDIGO: 002056 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2000ML, ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado al Lote 1, está totalmente libre de látex y de ftalatos DEHP.

**LOTE: 2 CÓDIGO: 002565 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO 2000ML, NO ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado al Lote 2, está totalmente libre de ftalatos DEHP.

**LOTE: 3 CÓDIGO: 010097 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA ADAPTABLE A PIERNA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO SISTEMA EVACUADOR 750ML. NO ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado al Lote 3, está totalmente libre de ftalatos DEHP

**KRAPE, S.A.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**LOTE: 1 CÓDIGO: 002056 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2000ML, ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Si el producto ofertado, el **tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
- Si el producto ofertado al Lote 1, está totalmente libre de ftalatos DEHP.

**LOTE: 5 CÓDIGO: 025351 DESCRIPCIÓN: URINOMETRO ADULTO IGUAL O SUPERIOR A 500ML ESTERIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Si el producto ofertado, **el tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
- Si el producto ofertado al Lote 5, está totalmente libre de ftalatos DEHP

**PALEX MEDICAL, S.L.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**LOTE:1 CÓDIGO: 002056 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2000ML, ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Si el producto ofertado, **el tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas

**TELEFLEX MEDICAL, S.A.**

Deberán aclarar mediante **declaración responsable** lo siguiente:

**LOTE: 1 CÓDIGO: 002056 DESCRIPCIÓN: BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2000ML, ESTÉRIL**

- Si el producto ofertado tiene el **grosor de paredes como mínimo de 0,09 micras**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Si el producto ofertado, **el tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
- Si el producto ofertado al Lote 5, está totalmente libre de ftalatos DEHP.

**LOTE: 5 CÓDIGO: 025351 DESCRIPCIÓN: URINOMETRO ADULTO IGUAL O SUPERIOR A 500ML ESTERIL**

- Si el producto ofertado, **el tubo tiene el mínimo de 5 mm. de luz**, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
- Si el producto ofertado al Lote 5, está totalmente libre de ftalatos DEHP.

Antes de proceder al descifrado y descarga del Sobre Electrónico nº 3, se hace entrega a los miembros de la Mesa de Contratación, del Informe Técnico correspondiente al Sobre 2, de acuerdo con lo establecido en el apartado T) del Cuadro de Características Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta licitación.

Visto y examinado el Informe Técnico emitido por el Supervisor de Recursos Materiales sobre **la acreditación de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondientes al SOBRE Nº DOS (2)** Los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan, una vez revisadas las aclaraciones y subsanaciones:

1. **Excluir** a las empresas relacionadas a continuación y por los siguientes motivos:

**INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. lote 6**

- Incumple el párrafo primero del PPT donde se especifica que el soporte debe ser **"apto para colgar con un solo gancho superior"** y el presentado es de dos ganchos.
- También incumple con lo contenido en el párrafo quinto donde se indica que el **"sistema de enganche para colgar la bolsa de orina en la parte inferior del soporte que permita un margen de medidas de anchura para acoplar los orificios de la bolsa"**, ya que el soporte ofertado solo dispone de dos puntos y fijos de enganche.

✓ **B.BRAUN MEDICAL, S.A. lote 2 y 6**

**LOTE 2:**

- En la ficha técnica del producto se especifica literalmente en características "**Doble soldado hermético de la bolsa por alta frecuencia**", siendo este un criterio de evaluación posterior que debe indicarse en el sobre nº3.

**LOTE 6:**

- Incumple el párrafo primero del PPT donde se especifica que el soporte debe ser "**apto para colgar con un solo gancho superior**" y el presentado no dispone de este gancho si no que se sujeta por un sistema de una cinta de tejido.
- La cinta mencionada en el párrafo anterior, no parece ser muy fiable pues sus extremos solamente están anudados entre sí, ni tampoco es de un material fácilmente lavable o desinfectable y esterilizable para ser reutilizado como se pide en los párrafos 2º y 4º del PPT.
- También incumple con lo contenido en el párrafo quinto donde se indica que el "**sistema de enganche para colgar la bolsa de orina en la parte inferior del soporte que permita un margen de medidas de anchura para acoplar los orificios de la bolsa**", ya que el soporte ofertado solo dispone de dos puntos y fijos de enganche.

✓ **COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. lote 2**

- En la ficha técnica del producto se especifica literalmente en su apartado de seguridad, "**doble soldadura en todo el contorno de la bolsa**", siendo este un criterio de evaluación posterior que debe indicarse en el sobre nº3

✓ **CONVATEC, S.L. lote 5**

- El producto contiene ftalatos DEHP en contra de lo exigido en el párrafo octavo del PPT.

✓ **KRAPE, S.A. lote 1 y 6**

**LOTE 1:**

- Incumple el párrafo siete "**Con clamp incorporado no suelto**", pues no dispone del mismo. También incumple el párrafo octavo del PPT "**Toma de muestras en el tubo o en el conector a sonda**", pues no dispone de toma de muestras.

**LOTE 6:**

- Incumple los requisitos mínimos establecidos en el párrafo primero del PPT "**Soporte fabricado en material plástico**" pues el presentado es totalmente metálico.

✓ **TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. lote 1 y 5**

**LOTE 1:**

- Incumple el párrafo siete "Con clamp incorporado no suelto", pues no dispone del mismo. También incumple el párrafo octavo del PPT "Toma de muestras en el tubo o en el conector a sonda", pues no dispone de toma de muestras.
- Tiene ftalatos DEHP expresamente excluidos en el PPT.

**LOTE 5:**

- No tiene dispositivo de seguridad entre el urinómetro y la bolsa colectora de orina como se indica en el párrafo segundo del PPT pues están conectados directamente los dos.
- Por este mismo motivo, no cumple tampoco con lo pedido en el párrafo quinto pues el sistema utilizado es fijo (pegado) entre el urinómetro y la bolsa colectora lo que no permite un fácil manejo, ni es seguro pues si se inclina la bolsa puede pasar libremente la orina en los dos sentidos, hacia el urinómetro o hacia la bolsa colectora, y por todo ello, no es seguro ante cualquier manipulación del urinómetro o de posicionamiento, traslado, etc. del paciente
- Tiene ftalatos DEHP expresamente excluidos en el PPT.

✓ **GARRIC MEDICA, S.L., lotes 1, 2 y 3**

**LOTE 1:**

- En la ficha técnica del producto se especifica literalmente en su apartado de tecnología de producción de la bolsa, "**corte e impresión con termosellado doble**", siendo este un criterio de evaluación posterior que debe indicarse en el sobre nº3.
- Incumple el párrafo siete "**Con clamp incorporado no suelto**", pues no dispone del mismo. También incumple el párrafo octavo del PPT "**Toma de muestras en el tubo o en el conector a sonda**", pues no dispone de toma de muestras. uez del PPT.
- No consta en la documentación presentada que el producto esté totalmente libre de látex y ftalatos DEHP, exigido en el PPT.

**LOTE 2:**

- En la ficha técnica del producto se especifica literalmente en su apartado de propiedades de la bolsa, "**Compuesta de PVC doble soldadura**", siendo este un criterio de evaluación posterior de la b e impresión que debe indicarse en el sobre nº3.
- No consta que el producto esté totalmente libre de ftalatos DEHP, exigido en el PPT.

**LOTE 3:**

- En la ficha técnica del producto se especifica literalmente en su apartado de propiedades de la bolsa, "**Compuesta de PVC doble soldadura**", siendo este un criterio de evaluación posterior de la b e impresión que debe indicarse en el sobre nº3.
- No consta que el producto esté totalmente libre de ftalatos DEHP, exigido en el PPT.
- La cara interna de la bolsa, para mejor protección de la piel del paciente, es de plástico y no de tejido como se pide en el PPT.
- No explica que sistema de sujeción, si existe, acompaña a la bolsa para su fijación a la pierna.

✓ **PALEX MEDICAL, S.A. lote 1**

- Tampoco en la ficha técnica se especifica el grosor de las paredes de la bolsa o la luz del tubo (ambos exigidos en el PPT).

Aquellos licitadores que han sido excluidos a la totalidad de los lotes ofertados, se ha hecho constar en la Plataforma de Contratación del Sector Público dicha exclusión. Aquellas empresas que han sido excluidas a algunos de los lotes ofertados, no se ha podido quedar reflejado en dicha Plataforma.

**2. Admitir** a las siguientes empresas y lotes:

LICITADOR	LOTE
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	4
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	5
CARDINAL HEALTH 511, S.L.	5
CONVATEC, S.L.	1
CONVATEC, S.L.	2
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	1
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	3
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	6

**3.- APERTURA Y LECTURA, EN SESION PUBLICA, DEL REGISTRO ELECTRÓNICO SOBRE 3 CORRESPONDIENTE A LA OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CIFRAS O POCENTAJES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO @2019/007989- Suministro de Bolsas colectoras de orina para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.**

Se invita a entrar a los representantes de las empresas licitadoras asistiendo al acto los representantes de empresas, según consta en el ANEXO ADJUNTO.

Seguidamente se procede a la apertura y lectura pública del **SOBRE Nº TRES (3): OFERTA ECONÓMICA** de las firmas comerciales admitidas:

LICITADOR	LOTE	PRECIO UNITARIO S/IVA
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	4	3,100000
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	5	3,850000
CARDINAL HEALTH 511, S.L.	5	3,900000
CONVATEC, S.L.	1	<b>0,580000</b>
CONVATEC, S.L.	2	<b>0,140000</b>
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	1	0,510000
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	3	0,160000
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	6	3,950000

La empresa CONVATEC, S.L. queda excluida de los lotes 1 y 2 por superar el precio unitario máximo de licitación sin Iva.

Realizada la apertura y lectura pública de las ofertas económicas de las firmas comerciales admitidas, y dando por cerrado el acto público, la Mesa de Contratación en sesión privada, continúa con la "valoración de la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas o porcentajes SOBRE ELECTRONICO N° TRES (3)" otorgando las puntuaciones relacionadas en el ANEXO ADJUNTO y en base a los criterios de adjudicación del apartado T.2) del ANEXO I del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

#### 4.- CLASIFICACION DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

Se acuerda proponer al Órgano de Contratación:

- **ADJUDICAR**, vistas las puntuaciones obtenidas por las empresas admitidas al **PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO @2019/007989- Suministro de Bolsas colectoras de orina para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo** a las siguientes empresas y lotes:

LICITADORES	LOTE	PUNTUACIÓN TOTAL hasta 100 puntos)
COLOPLAST	1	100,00
COLOPLAST	6	100,00
B.BRAUN	4	100,00
B.BRAUN	5	93,00
COLOPLAST	3	79,00


- Declarar **DESIERTO** el Lote 2 por quedar excluida la única oferta presentada, al superar el precio máximo de licitación.

#### 5.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada en el día de la fecha, si procede.

Para finalizar el acto, se procede a la lectura del acta de esta sesión.


Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce horas del día de la fecha, de todo lo cual como secretario doy fe.

Vº Bº  
LA PRESIDENTA,




Fdo.: Sagrario de la Azuela Gómez.

LA SECRETARIA,



Fdo.: María Teresa López Rodríguez.

EMPRESAS ASISTENTES DÍA 17 DE JULIO DE 2019 A LA APERTURA DOCUMENTACION SOBRE 3  
P.A.S @2019/007989 - SUMINISTRO DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS

EMPRESAS	NOMBRE Y APELLIDOS Y D.N.I.	FIRMA
B.BRAUN MEDICAL, S.A.	EVA GARÚA ESPADA	
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.		
CONVATEC, S.L.	Nº Antonia Vallecobos	
GARRIC MEDICA, S.L.		
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		
KRAPE, S.A.		
PALEX MEDICAL, S.A.		
TELEFLEX MEDICAL, S.A.		

**SESCAM - HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS DE TOLEDO**  
**LISTADO DE VALORACION OFERTA ECONOMICA DEL EXPEDIENTE:**  
**2019/007898 SUMINISTRO DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PARA EL H.N.P.**  
**Referencia: 2019-5-0001**

LICITADORES	LOTE	IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN	OFERTA ECONOMICA euros (IVA excluido)	CRITERIO 1: CRITERIO ECONÓMICO	TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE 3				PUNTUACIÓN TOTAL hasta 100 puntos)
					CRITERIO 2: GRADUACIÓN DE LAS BOLSAS hasta 7 puntos	CRITERIO 3: GROSOR PAREDES DE LAS BOLSAS hasta 7 puntos	CRITERIO 4: LUZ INTERIOR DEL TUBO hasta 7 puntos	CRITERIO 5: DOBLE SOLDADURA PAREDES BOLSAS SI (7 pts) NO (0 pts)	
COLOPLAST	1	2.642,73	2.601,00	72,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00
DESIERTO	2								
COLOPLAST	3	7.992,00	7.104,00	72,00	0	0	0	7	79,00
B.BRAUN	4	682,50	651,00	100,00					100,00
B.BRAUN	5	2.551,50	2.425,50	93,00	0				93,00
CARDINAL, S.L.	5	2.551,50	2.457,00	69,75	7				76,75
COLOPLAST	6	7.200,00	7.110,00	100,00					100,00