



Anuncio de licitación

Número de Expediente **2024000355**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2024 a las 09:37 horas.



Suministro de una cuna térmica de reanimación neonatal para el Servicio de Pediatría del Hospital de Jarrío, Área Sanitaria I del SESPA

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 26.776,86 EUR.

→ Importe 32.400 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 26.776,86 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Clasificación CPV

→ 33170000 - Anestesia y reanimación.

→ 33172000 - Aparatos para anestesia y reanimación.

→ Tipo de Contrato Suministros

→ Subtipo Adquisición

→ Contrato Mixto No

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6lPGzzEQwv8%2Bk2oCbDoslw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ Gerencia del Área Sanitaria I - Jarrío del Servicio de Salud del Principado de Asturias

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=T%2B056nPj%2Fgarz_3GQd5r6SQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Jarrío, s/n

→ (33719) Jarrío-Coaña España

→ ES120

Contacto

→ Teléfono +34 985639303

→ Correo Electrónico suministros.area1@sespa.es

Proveedor de Pliegos

→ Gerencia del Área Sanitaria I

Proveedor de Información adicional

→ Gerencia del Área Sanitaria I - Jarrío del Servicio de Salud del Principado de Asturias

Dirección Postal

→ JARRIO, JARRIO
→ (33719) COAÑA España

Contacto

→ Teléfono 985639303
→ Fax 985639303
→ Correo Electrónico suministros.area1@sespa.es

Recepción de Ofertas

→ Gerencia del Área Sanitaria I - Jarrío del Servicio de Salud del Principado de Asturias

Dirección Postal

→ Jarrío, s/n
→ (33719) Jarrío-Coaña España
→ ES120

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 24/07/2024 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Sobre único- Documentación relativa a criterios de adjudicación automáticos

→ Apertura sobre oferta económica
→ El día 26/07/2024 a las 10:00 horas

Dirección Postal

→ Jarrío, s/n
→ (33719) Jarrío-Coaña España
→ ES120

Lugar

→ Sala de Juntas del Hospital de Jarrío

Dirección Postal

→ JARRIO, ,SN JARRIO
→ (33719) COAÑA España

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Sobre único - Documentación administrativa

→ Apertura sobre administrativo
→ El día 26/07/2024 a las 10:00 horas

Lugar

→ Sala de Juntas del Hospital de Jarrío

Dirección Postal

→ JARRIO, ,SN JARRIO
→ (33719) COAÑA España

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: Suministro de una cuna térmica de reanimación neonatal para el Servicio de Pediatría del Hospital de Jarrío, Área Sanitaria I del SESPA

→ Descripción del procedimiento

Abierto Simplificado

→ Valor estimado del contrato 26.776,86 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 32.400 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 26.776,86 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 33170000 - Anestesia y reanimación.

→ 33172000 - Aparatos para anestesia y reanimación.

→ Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

→ España

Condiciones de Licitación

→ 0

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

→ Los definidos en el pliego de cláusulas administrativas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Colchón de gel de calentamiento con ajuste manual o automático de la temperatura en pantalla

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 3

→ Equipo que disponga de dos elementos de calefacción (colchón y lámpara radiante) para una distribución óptima y uniforme del calor en el área del colchón con adaptación automática de la potencia del calentador radiante cuando se inclina el colchón

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 6

→ Inclinación de la cama de 15º

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 3

→ Indicación de la inclinación del colchón en pantalla

→ Subtipo Criterio : Otros

→

↳ Ponderación : 3

↳ Modo canguro activable en pantalla con ajuste automático de alarmas para minimizar ruidos innecesarios.

↳ Subtipo Criterio : Otros

↳ Ponderación : 6

↳ Oferta económica

↳ Subtipo Criterio : Precio

↳ Ponderación : 65

↳ Opción de canopia para ayudar a mantener una temperatura estable durante los traslados intrahospitalarios

↳ Subtipo Criterio : Otros

↳ Ponderación : 6

↳ Posibilidad de conexión de dos sondas de temperatura para poder monitorizar la temperatura central y periférica así como la diferencia entre ambas temperaturas para la detección temprana de estrés por frío o shock térmico

↳ Subtipo Criterio : Otros

↳ Ponderación : 3

↳ Sistema de posicionamiento de los botones del módulo reanimador en posición de las 12 en punto para un arranque rápido y seguro con los ajustes típicos para la reanimación neonatal

↳ Subtipo Criterio : Otros

↳ Ponderación : 5

Presentación de recursos

Plazo de Presentación

↳ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE