

2022-0-064 // 1122001854 // SUMINISTROS DE IMPLANTES ESCLERALES Y JUEGOS DE INTUBACIÓN LAGRIMAL  
ANEXO I: INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN PREVIA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Proveedor	Referencia	Punt. Técnica	Pasa / NO pasa.	Coment. Técnica
1	1	21026	IMPLANTE ESCLERAL ESNOPER 2,5X3X1,40MM	AJL OPHTHALMIC, S.A.	V2000	49 SI		Calidad excelente.
2	2	13417	JUEGO INTUBACION LAGRIMAL SILICONA.110MM	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, SA	S1.1270	49 SI		Calidad excelente.
2	2	13417	JUEGO INTUBACION LAGRIMAL SILICONA.110MM	AJL OPHTHALMIC, S.A.	MIPL/E5/11X2	19 NO		Guía excesivamente larga y poco maleable.

Fdo.: Isabel Baselga Soriano  
Supervisora Recursos Materiales

