

De: Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Vinaròs

A: Dirección Económica. Hospital de Vinaròs

Asunto: Valoración técnica Lote 8 PA 309/2024

Según Anexo al PPTP PA 309/2024, relativo al **LOTE 8: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del conjunto de una torre de endoscopia y un videolarinoscopio flexible para el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Vinaròs** y siendo los criterios mínimos de adjudicación solicitados para dicho lote:

ORDEN	CRITERIO	PESO/ PONDERACIÓN	VALORACIÓN
1	Características técnicas y prestaciones	50	Juicio de valor
2	Precio	35	Fórmula matemática o aritmética
4	Ampliación periodo garantía	5	Fórmula matemática o aritmética
4	Criterios medioambientales	10	Fórmula matemática o aritmética

Examinada la documentación aportada por la empresa JJP HOSPITALARIA,S.L., y observando que cumple todos los requisitos mínimos **de criterios basados en juicio de valor solicitados en los pliegos**, la valoración de los mismos queda como sigue:

ORDEN	Características técnicas y prestaciones	PESO/ PONDERACIÓN	VALORACIÓN
1	<p>Se valorarán en su conjunto aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtro óptico con procesamiento digital para identificación de patrones vasculares. - N.º de botones programables en cabezal de cámara superior a 3. - Nivel de Compatibilidad con torre de quirófano ya existente para realizar técnicas diagnósticas intraoperatorias. - Videoendoscopio con ángulo de visión de 90º o superior. 	50	50

Justificación:

- **Filtro óptico con procesamiento digital para identificación de patrones vasculares:** dispone de filtro optico con procesamiento digital Narrow Band Imaging (NBI).
- **N.º de botones programables en cabezal de cámara superior a 3:** dispone de 4 botones remotos programables en el videoprocessador para personalizar funciones.
- **Nivel de Compatibilidad con torre de quirófano ya existente para realizar técnicas diagnósticas intraoperatorias:** es compatible con sistema CV-170, Visera ELITE I/II y con los sistemas de Olympus ya existentes en el Servicio.
- **Videoscopio con ángulo de visión de 90º o superior:** tiene un ángulo de visión de 130º (arriba y abajo).

Y para que así conste, se firma en Vinaròs a fecha de firma digital.

JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
DEL HOSPITAL DE VINARÒS

Dr. Andrés Hernández Martín