

RECTIFICACIÓN PLIEGO Y ANEXOS

EXPEDIENTE Nº: 2024/A/SUM/0541, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE 7 CAMAS CON COLCHÓN PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL MAZ M.C.S.S. Nº 11 EN ZARAGOZA

Mediante la presente se procede a realizar la siguiente rectificación del “**Anexo I, Ficha de Especificaciones Técnicas**” del **Pliego de Prescripciones Técnicas** con respecto a lo establecido en el apartado de estructura del punto 1.1 características técnicas.

- Donde aparece:

“Regulable eléctricamente en altura en un rango aproximado de 55cm (o menor) a 85cm (o mayor) desde el suelo.”

Se modifica quedando la redacción del siguiente modo:

“Regulable eléctricamente en altura. La altura mínima ha de ser de 55cm o inferior (medida desde el suelo hasta la parte superior del somier con el somier en posición horizontal). La altura máxima ha de ser de 80cm o superior (medida desde el suelo hasta la parte superior del somier con el somier en posición horizontal).”

La rectificación referenciada no amplía el plazo de presentación de proposiciones.

Zaragoza, 26 de julio de 2024.