

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA DEL SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO DE CAPTACIÓN DIRECTA PARA CENTROS ASISTENCIALES DE ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, NÚM. 151

Licitación pública convocada: Suministro y servicio de mantenimiento de 7 equipos de radiodiagnóstico de captación directa para Centros Asistenciales de ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Forma: Contrato sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relación calidad-precio sometida a varios criterios de adjudicación.

Fecha publicación Anuncios de licitación:

Plataforma electrónica	Fecha envío	Fecha publicación	Núm. registro
Plataforma de Contratación del Sector Público	28/2/2024	28/2/2024	UUID 2024-000246896
DOUE	28/2/2024	28/2/2024	121291-2024

Sesión: Cuarta

Fecha: 22 de abril de 2024

Hora de inicio: 14:00 horas

• **Asistentes:**

Presidente	Albert López Zomeño, Director de Contratación.
Letrado	Joan Güell Elies, Director del Área de Contratos de Dirección de Contratación, que a su vez actuará como letrado.
Vocal	Clara Bosch Vilaseca, Técnico de Dirección de Contratación.
Secretario	Juan Carlos Morales Montoya, Abogado de la Dirección de Contratación.

• **Orden del día:**

- ✓ Asignación de la puntuación obtenida por las empresas licitadoras en relación con el sobre 2, que contiene la documentación cuya valoración se encuentra sometida a fórmulas automáticas.
- ✓ Propuesta de adjudicación en base a la puntuación obtenida por las empresas licitadoras.

• **Desarrollo de la sesión:**

1. Se reúne la mesa de contratación a las 14:00 horas, con la finalidad de proceder a aplicar las fórmulas indicadas en los pliegos, en relación con la documentación presentada en el sobre 2, cuyo acto de apertura se realizó el pasado 10/4/2024.
2. Se procede a aplicar las fórmulas indicadas en los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos que rigen la presente contratación, siendo la siguiente puntuación la obtenida por las empresas licitadoras:

2.3 Valoración de las ofertas:

A continuación se muestran tablas con el resultado de la valoración de los criterios sometidos a fórmulas (máximo 100 puntos).

Las ofertas presentadas por cada empresa licitadora se encuentran detalladas en el ACTA de apertura del sobre BC de fecha 10 de abril de 2024.

La valoración final en virtud de las ofertas presentadas es la siguiente:

- Criterio 1.1. Oferta económica
 Criterio 1.2. Propuestas de mejoras técnicas
 Criterio 1.3. Tiempo de respuesta telefónica
 Criterio 1.4. Tiempo de respuesta presencial

	Puntos Criterio 1.1.	Puntos Criterio 1.2.	Puntos Criterio 1.3.	Puntos Criterio 1.4.	TOTAL PUNTUACION
Puntuación máxima	75	15	4	6	100
Cuarta Dimension Medica SL	75,00	12,21	0,00*	0,00*	87,21
Radiología S.A.	73,63	14,48	4,00	6,00	98,11
AGFA NV, Sucursal en España	70,95	12,80	4,00	6,00	93,75

Nota: Cuarta Dimension Medica SL no oferta mejora de plazos de Criterio 1.3. Tiempo de respuesta telefónica y Criterio 1.4. Tiempo de respuesta presencial

Criterio 1.1. Oferta económica:

	Importe ofertado (euros)	Valoración criterio 1.1. (puntos)
Cuarta Dimension Medica SL	611.296,00 €	75,00
Radiología S.A.	622.673,18 €	73,63
AGFA NV, Sucursal en España	646.163,00 €	70,95

Criterio 1.2. Propuestas de mejora técnica

El detalle de la valoración del Criterio 1.2. Propuestas de mejora técnica se encuentra desarrollado en el ANEXO A, incluido al final de este documento.

Criterio 1.3. Tiempo de respuesta telefónica y Criterio 1.4. Tiempo de respuesta presencial

	Tiempo de respuesta telefónica.	Puntos Criterio 1.3.	Tiempo de respuesta presencial	Puntos Criterio 1.4.
Cuarta Dimension Medica SL	no oferta	0,00	no oferta	0,00
Radiología S.A.	30 m	4,00	240 m	6,00
AGFA NV, Sucursal en España	30 m	4,00	240 m	6,00

2.4 Importes de adjudicación:

La mejor oferta calidad precio es la propuesta realizada por **Radiología S.A.**, con un importe de 622.673,18 € sin IVA, 753.434,55 € con IVA

ANEXO A:

VALORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Cuarta Dimension Medica SL			RADIOLOGIA SAU		AGFA NV, Sucursal en España	
Concepto		Puntos max.	Oferta	Puntos oferta	Oferta	Puntos oferta	Oferta	Puntos oferta
GENERADOR		2,00	0,85	puntos	2,00	puntos		1,00
MEJORAS A VALORAR								
Potencia nominal	Se valorará >65 kW	1,00	68,00	0,850	80,00	1,000	80,000	1,000
Rango de mA entre 10 y 800 mA.	Se valorará mayor rango	1,00	NO	0,000	SI	1,000	NO	0,000
TUBO DE RX-COLIMADOR		2,50	1,51	puntos	2,30	puntos	2,50	puntos
MEJORAS A VALORAR								
Ánodo giratorio, velocidad de rotación	Se valorará >9.000 rpm	0,50	9700,00	0,49	10.000,00	0,50	10.000,00	0,50
Capacidad térmica del ánodo	Se valorará >300.000 HU	1,00	300000,00	0,50	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00
Capacidad térmica del conjunto ánodo-coraza	Se valorará >1.250.000 HU	1,00	1300000,00	0,52	2.000.000,00	0,80	2.500.000,00	1,00
MESA PARA DETECTOR DIGITAL		1,50	1,48	puntos	1,38	puntos	1,40	puntos
MEJORAS A VALORAR								
Desplazamiento en altura. Se valorará altura mínima inferior.		1,00	51,00	0,98	53,00	0,94	50,00	1,00
La mesa soportará como mínimo 250 Kg sin limitación de ninguno de los movimientos. Se valorará superior	Se valorará > 250 Kg	0,50	400,00	0,50	350,00	0,44	320,00	0,40

SOPORTE VERTICAL PARA DETECTOR DIGITAL		1,00	0,99	puntos	1,00	puntos	0,98	puntos
MEJORAS A VALORAR								
Rango de desplazamiento vertical de al menos 150 cm. Se valorará desplazamiento vertical mayor	Se valorará desplazamiento vertical > 150 cm	1,00	154,00	0,99	155,00	1,00	151,50	0,98
DETECTORES DIGITALES		5,00	4,66	puntos	4,80	puntos	4,43	puntos
MEJORAS A VALORAR								
Tamaño de los detectores: 43x43 cm para Bucky mural y de 35x43 cm para Bucky mesa. Se valorará que ambos sean inalámbricos e intercambiables entre si. y el mayor tamaño	Intercambiables entre si Mayor tamaño	0,5 1	SI 43*43	0,50 1,00	SI 43*43	0,50 1,00	SI 43*43	0,50 1,00
Indicar tiempo de pre-visualización de la imagen y tiempo de visualización de la imagen totalmente procesada. Se valorarán tiempos inferiores	Se valorará tiempo mas bajo	1	1,00	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
Indicar autonomía de la batería y modo y tiempo de carga. Se valorará que las bandejas del detector incluyan la carga de la batería cuando estos estén colocados	Se valorará que las bandejas del detector incluyan la carga de la batería cuando estos estén colocados	0,5	SI	0,50	SI	0,50	SI	0,50

Tamaño de pixel como máximo de 140 µm. Se valorará menor tamaño de pixel	Se valorará tamaño de pixel < 140 µm	1	100,00	1,00	100,00	1,00	140,00	0,71
Resolución espacial mínima de 3,4 lp/mm. Se valorará mayor resolución espacial.	Se valorará resolución > 3,4 lp/mm	1	4,30	0,86	5,00	1,00	3,60	0,72
ESTACION DE ADQUISICION		2,00	1,83	puntos	2,00	puntos	1,60	puntos
MEJORAS A VALORAR								
Dispondrá de un monitor de al menos 21" y 2 Megapixel de resolución mínima	Se valorará segundo monitor	1,00	SI	1,0	SI	1,0	SI	1,0
El disco duro del sistema tendrá capacidad para almacenar al menos 10.000 imágenes a máxima resolución. Se valorará capacidad superior	Se valorará capacidad > 10.000 imágenes	1,00	25000,00	0,8	30.000,0	1,0	18.000,0	0,6
TELEMETRIA		1,00	0,89	puntos	1,00	puntos	0,89	puntos
MEJORAS A VALORAR								
Rango de adquisición para un estudio debe ser al menos de 150 cm. Se valorará rango superior	Rango > 150 cm	1,00	160,0	0,9	180,0	1,0	160,0	0,9
PUNTOS TOTALES		15,00	12,21	puntos	14,48	puntos	12,80	puntos

Una vez obtenida la puntuación, la mesa de contratación acuerda por unanimidad de sus miembros, como órgano de asistencia, proponer y elevar al órgano de contratación la adjudicación del contrato de Suministro y servicio de mantenimiento de 7 equipos de

radiodiagnóstico de captación directa para Centros Asistenciales de ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151, a la empresa RADIOLOGÍA, S.A., por el siguiente importe de adjudicación, en cumplimiento del art. 317 de la LCSP.

La mejor oferta calidad precio es la propuesta realizada por Radiología S.A., con un importe de 622.673,18 € sin IVA, 753.434,55 € con IVA

Finalizado el examen de las ofertas presentadas, con las indicaciones mencionadas, a las 14:50 horas, el Presidente da por concluida la sesión, de la cual, como secretario, levanto acta.

Firma

Visto bueno

Juan Carlos Morales Montoya
Secretario

Albert López Zomeño
Presidente