

## EXPEDIENTE 167/2019 - INFORME VALORACIÓN TÉCNICA

	<b>Conmed Iberia</b>	<b>Smith and nephew</b>
Kit con 2 suturas pre-enhebradas reabsorbibles del 5# y del 2#	No presente doble sutura como solicitado, nos lo propone por separado, lo cual además que no es lo solicitado, tiene doble coste NO CUMPLE	CUMPLE
Kit con cincha de suspensión, Cincha de suspensión continua, de poliéster de alta resistencia (tereftalato de polietileno).		CUMPLE
Kit con placa metálica, Placa metálica, aleación de Titanio, de 7mm de longitud	Placa de 6 mm en titanio NO CUMPLE	CUMPLE
Kit de fijación femoral-cortical de tejido blando, en reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) y/o posterior (LCP) así como bíceps tanto primarias como de revisión.	NO INDICA	CUMPLE
Sistema indicado en la LCA Mono y Bi túnel, realizando la técnica con tejido blando. Sistema indicado en la técnica trans-tibial y anteromedial.	NO INDICA	CUMPLE
Amplitud de tamaños de 15 a 60mm, para permitir al cirujano determinar la longitud del injerto a insertar en la cavidad femoral.	NO INDICA	CUMPLE
ANCLAJE: de 40 mm y 45 mm	CUMPLE	CUMPLE
BROCA: desechable de 4,5	Broca de 5 mm NO CUMPLE	CUMPLE
AGUJA BROCA: de 2,4x15 y de 2,4 x 10	Presenta solo una. NO CUMPLE	CUMPLE

Tras valoración técnica, la empresa CONMED IBERIA no cumple con los requisitos técnicos exigidos en la licitación, el producto presentado, no presenta características solicitadas como explica la tabla. Queda excluida de valoración .

**SMITH AND NEPHEW:**

- Puntos disponibilidad : 10 puntos
- Puntos distancia : 3 puntos
- Puntos Formación : 5 puntos
- Puntos Plazos de entrega : 10 puntos

**TOTAL : 28 puntos**

Eduardo Sánchez Alepuz  
Responsable COT

Jennifer García  
Responsable enfermería