

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
NH/TM/cjgl
50/S/24/SU/GE/AS/071

INFORME

Vista la necesidad de proceder a la contratación del suministro de 14 marcapasos externos para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, expediente 50/S/24/SU/GE/AS/071, mediante procedimiento abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria se informa que:

PRIMERO.- Mediante Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias n.º 1876/2024, de 2 de mayo, se inició el expediente de contratación de suministro de 14 marcapasos externos para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, por un importe de cuarenta y tres mil seiscientos setenta y dos euros (43.672,00 €), incluyendo el IGIC tipo 3%, que asciende a la cantidad de mil doscientos setenta y dos euros (1.272,00 €).

SEGUNDO.- Mediante Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias n.º 1955/2024, de 9 de mayo, se aprobó el expediente de referencia, incluidos los pliegos administrativos y de condiciones técnicas y un gasto de cuarenta y tres mil seiscientos setenta y dos euros (43.672,00 €), incluyendo el IGIC tipo 3%, que asciende a la cantidad de mil doscientos setenta y dos euros (1.272,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 3950/312C/6230100, proyecto de inversión 166G0098 "OBRAS, REFOR. Y EQUIPAM. HUC".

TERCERO.- Con fecha 10 de mayo de 2024, se publicó la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con vencimiento del plazo de presentación de ofertas el día 27 de mayo de 2024.

CUARTO.- Al presente procedimiento se presentan en plazo las empresas que se detallan a continuación:

CIF	EMPRESA	PRESENTACIÓN	LOTE 1	LOTE 2
A28985034	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	24-05-2024 13:26 horas	SI	SI
A28389484	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	23-05-2024 16:05 horas	SI	SI
B35301019	CANARIA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.	27-05-2024 13:29 horas	NO	SI

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ MARTIN - TECNICO TITULADO SUPERIOR	Fecha: 12/06/2024 - 12:48:32
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0SIaqb7rWtWWPtaig0BU4c1zsJh70UhOg	 
El presente documento ha sido descargado el 12/06/2024 - 13:54:22	

QUINTO.- Con fecha 28 de mayo se procedió a la apertura del archivo electrónico único presentado por las empresas licitadoras. Las ofertas presentadas fueron las siguientes:

EMPRESA	CIF	LOTE	Descripción	Imp. total s/igic	Importe total c/igic
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	A28985034	1	Marcapasos externos monocamerales	18.720,00 €	19.281,60 €
		2	Marcapasos externos Bicamerales	19.440,00 €	20.023,20 €
Criterios Cualitativos				OFERTA	
LOTE 1	2. Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido en el PPT de 36 meses			Se amplía el plazo a 4 años de garantía	
	3. Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicado en el PPT.			Se amplía a 4 juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo adaptadores y accesorios por cada marcapaso externo	
	4. Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 360 horas indicados en el PPT			La batería permite efectuar una estimulación externa de un mínimo de 600 horas antes de que se requiera cambiarla.	
LOTE 2	2. Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido en el PPT de 36 meses			Se amplía el plazo a 4 años de garantía	
	3. Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicado en el PPT			Se amplía a 4 juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo adaptadores y accesorios por cada marcapaso externo	
	4. Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas indicados en el PPT			La batería permite efectuar una estimulación externa de un mínimo de 500 horas antes de que se requiera cambiarla.	

EMPRESA	CIF	LOTE	Descripción	Imp. total s/igic	Importe total c/igic
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	A28389484	1	Marcapasos externos monocamerales	20.400,00 €	21.012,00 €
		2	Marcapasos externos Bicamerales	19.800,00 €	20.394,00 €
Criterios Cualitativos				OFERTA	
LOTE 1	2. Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido en el PPT de 36 meses			NO OFERTA	
	3. Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicado en el PPT.			NO OFERTA	
	4. Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 360 horas indicados en el PPT			NO OFERTA	
LOTE 2	2. Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido en el PPT de 36 meses			NO OFERTA	
	3. Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicado en el PPT			NO OFERTA	
	4. Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas indicados en el PPT			NO OFERTA	

EMPRESA	CIF	LOTE	Descripción	Imp. total s/igic	Importe total c/igic
CANARIAS DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.	B35301019	2	Marcapasos externos Bicamerales	21.600,00 €	22.248,00 €
Criterios Cualitativos				OFERTA	
LOTE 2	2. Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido en el PPT de 36 meses			NO OFERTA	
	3. Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicado en el PPT			NO OFERTA	
	4. Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas indicados en el PPT			456 horas.	

SEXTO.- En fecha 29 de mayo de 2024 se traslada la solicitud de informe técnico a la Comisión de valoración de las ofertas admitidas al citado procedimiento, emitiéndose informe por parte del Coordinador de Ingeniería Biomédica, con fecha 4 de junio de 2024, con la siguiente valoración:

"LOTE N.º 1: MARCAPASOS EXTERNOS MONOCAMERALES."

EMPRESAS PRESENTADAS Y ADMITIDAS: • BIOTRONIK SPAIN, S.A. • MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

- Se informa que la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. SI CUMPLE con TODAS las características técnicas mínimas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas que rigen la presente contratación.

- Se informa que a la vista de los archivos electrónicos presentados por la empresa BIOTRONIK SPAIN, S.A. NO CUMPLE con las características técnicas mínimas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas que rigen la presente contratación. Debido a que: - En el punto 5, "Pantalla gráfica para visualización de parámetros y estimulación", la oferta que presentan no dispone de pantalla gráfica, no cumpliendo con dicho requerimiento. Por tanto, las empresa que CUMPLE con las Características Técnicas mínimas requeridas, es: • MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Se propone, la siguiente valoración de los criterios técnicos:
LOTE 1: MARCAPASOS EXTERNOS MONOCAMERALES.

CRITERIOS TÉCNICOS (20%)	PUNTUACIÓN/PESO		BIOTRONIK	MEDTRONIC
Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicados en el PPT. (20%)	1 cable más	10,00%		0,00 %
	2 cables o más.	20,00%		
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (10%)	PUNTUACIÓN/PESO		BIOTRONIK	MEDTRONIC
Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas indicados en el PPT.	mayor duración	10%		0,00 %
	resto	inversamente proporcional		
TOTAL				0%

A la vista de los archivos digitales presentados por las empresas, se da la puntuación de 0 puntos a MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. por no ofertar ningún cable más sobre el mínimo de 3 cables requeridos en el PPT y 0 puntos a BIOTRONIK SPAIN, S.A. por no ofertar mayor duración de las pilas sobre el mínimo de 300 horas requeridos en el PPT.."

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ MARTIN - TECNICO TITULADO SUPERIOR

Fecha: 12/06/2024 - 12:48:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0SIaqb7rWtWWPtaig0BU4c1zsJh70UhOg



"LOTE N.º 2: MARCAPASOS EXTERNOS BICAMERALES."

EMPRESAS PRESENTADAS Y ADMITIDAS: • BIOTRONIK SPAIN, S.A. • CANARIA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L. • MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. CUMPLIMIENTO DE LAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

- Se informa que las empresas BIOTRONIK SPAIN, S.A. y CANARIAS DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L. SI CUMPLEN con TODAS las características técnicas mínimas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas que rigen la presente contratación.

- Se informa que a la vista de los archivos electrónicos presentados por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. NO CUMPLE con las características técnicas mínimas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas que rigen la presente contratación. Debido a que: - En el punto 1, "Alimentación mediante pilas de larga duración con duración mínima de 300 horas de funcionamiento ininterrumpido", a la vista de los archivos digitales presentados, la duración de las baterías del equipo ofertado es de 168 horas a 216 horas en el caso más favorable y no cumple con el mínimo de 300 horas requerido en el PPT.."

Por tanto, las empresas que CUMPLEN con TODAS as Características Técnicas mínimas requeridas, son:

- BIOTRONIK SPAIN, S.A.
- CANARIA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.

Se propone, la siguiente valoración de los criterios técnicos:

CRITERIOS TÉCNICOS (20%)	PUNTAJACIÓN/PESO		BIOTRONIK	CIM	MEDTRONIC
Ampliación del número de juegos de cables de pacientes suministrados, incluyendo los adaptadores necesarios, respecto al mínimo de 3 indicados en el PPT. (20%)	1 cable más	10,00%	10,00 %	0%	
	2 cables o más.	20,00%			
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (10%)	PUNTAJACIÓN/PESO		BIOTRONIK	CIM	MEDTRONIC
Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas indicados en el PPT.	mayor duración	10%	10,00 %	9,12 %	
	resto	inversamente proporcional			
TOTAL			20,00 %	9,12 %	

"A la vista de los archivos digitales presentados por las empresas, se da la puntuación de 10 puntos a BIOTRONIK SPAIN, S.A. por ofertar 1 cable de paciente más sobre el mínimo de 3 cables requeridos en el PPT y 0 puntos a CANARIA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L. por no ofertar ningún cable más sobre el mínimo de 3 cables requeridos en el PPT.."

A la vista de los archivos digitales presentados por las empresas, se da la puntuación de 10 puntos a BIOTRONIK SPAIN, S.A. por ofertar la mayor duración de baterías adicionales con 500 horas, sobre el mínimo de 300 horas requeridos en el PPT y 9,12 puntos a la empresa CANARIA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L. por ofertar 456 horas más sobre el mínimo de 300 horas requeridos en el PPT."

SÉPTIMO.- A la vista del informe técnico emitido y la valoración de las ofertas económicas, la puntuación final es la siguiente:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ MARTIN - TECNICO TITULADO SUPERIOR	Fecha: 12/06/2024 - 12:48:32
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0SIaqb7rWtWWPtaig0BU4c1zsJh70UhOq	 
El presente documento ha sido descargado el 12/06/2024 - 13:54:22	

MARCAPASOS EXTERNOS MONOCAMERALES		LOTE 1		
EMPRESAS		Puntuación máxima	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	
		imp.licitación	oferta	
PRECIO	sin IGIC	20.800,00 €	20.400,00 €	
	con IGIC	21.424,00 €	21.012,00 €	
1.- Oferta económica	$P = pm * (1 + \log(mo/O))$	50,00	50,00	
2.- Meses adicionales de garantía sobre el mínimo requerido de 3 años	36 MESES 20% 24 MESES 10% 12 MESES 5%	20,00	0,00	
3.- Ampliación número de juego de cables de pacientes (respecto al mínimo exigido de 3 juegos)	3 juegos 20% 2 juegos 10% 1 juego 5%	20,00	0,00	
4.- Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 360 horas del PPT	$P = (pm * O) / mo$	10,00	0,00	
PUNTUACIONES	TOTALES	100,00	50,00	
2.- Meses adicionales de garantía sobre el mínimo requerido de 3 años			0 meses	
3.- Ampliación número de juego de cables de pacientes (respecto al mínimo exigido de 3 juegos)			0 cables	
4.- Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 360 horas del PPT			NO	
MARCAPASOS EXTERNOS BICAMERALES		LOTE 2		
EMPRESAS		Puntuación máxima	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CANARIA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.
		Imp. licitación	oferta	oferta
PRECIO	sin IGIC	21.600,00 €	19.440,00 €	21.600,00 €
	con IGIC	22.248,00 €	20.023,20 €	22.248,00 €
1.- Oferta económica	$P = pm * (1 + \log(mo/O))$	50,00	50,00	47,71
2.- Meses adicionales de garantía sobre el mínimo requerido de 3 años	36 MESES 20% 24 MESES 10% 12 MESES 5%	20,00	5,00	0,00
3.- Ampliación número de juego de cables de pacientes (respecto al mínimo exigido de 3 juegos)	3 juegos 20% 2 juegos 10% 1 juego 5%	20,00	5,00	0,00
4.- Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas del PPT	$P = (pm * O) / mo$	10,00	10,00	9,12
PUNTUACIONES	TOTALES	100,00	70,00	56,83
2.- Meses adicionales de garantía sobre el mínimo requerido de 3 años			12 meses	0 MESES
3.- Ampliación número de juego de cables de pacientes (respecto al mínimo exigido de 3 juegos)			1 juego	no oferta
4.- Mayor duración de las pilas respecto al mínimo de 300 horas del PPT			500 horas	456 horas

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ MARTIN - TECNICO TITULADO SUPERIOR	Fecha: 12/06/2024 - 12:48:32
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0SIaqb7rWtWWPtaig0BU4c1zsJh70UhOg	 
El presente documento ha sido descargado el 12/06/2024 - 13:54:22	

Por lo expuesto, se propone al órgano de contratación lo siguiente:

PRIMERO.- Proceder a la exclusión de la oferta presentada por la empresa BIOTRONIK SPAIN, S.A., para el Lote 1, y la oferta presentada por la empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A., para el lote 2, según lo expuesto en el informe de la comisión técnica

SEGUNDO.- Proceder a la adjudicación de los contratos de los dos lotes del expediente de contratación, a las siguientes empresas, con el resto de condiciones ofertadas, tal y como se señala a continuación:

MEDTRONIC IBERICA, S.A		A28389484				
LOTE	DESCRIPCIÓN	UDS.	imp ud s/igic	imp. total s/IGIC	IGIC (3%)	Imp.total c/IGIC
1	MARCAPASOS EXTERNOS MONOCAMERALES	8	2.550,00 €	20.400,00 €	612,00 €	21.012,00 €

BIOTRONIK SPAIN,S.A.		A28985034				
LOTE	DESCRIPCIÓN	UDS.	imp ud s/igic	imp. total s/IGIC	IGIC (3%)	Imp.total c/IGIC
2	MARCAPASOS EXTERNOS BICAMERALES	6	3.240,00 €	19.440,00 €	583,19 €	20.023,18 €

La empresa Biotronik Spain, S.A.: Amplía el plazo de garantía hasta un año más; amplía a 1 juego más de cables de pacientes suministrado, incluyendo adaptadores y accesorios necesario por cada marcapaso externo y la batería permite efectuar una estimulación externa de un mínimo de 500 horas antes de que se requiera cambiarla.

TERCERO.- Proceder a liberar la diferencia de crédito entre el importe de licitación y el importe de adjudicación que asciende a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.636,82 €)

Jefa de Servicio de Contratación administrativa

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ MARTIN - TECNICO TITULADO SUPERIOR	Fecha: 12/06/2024 - 12:48:32
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_documento?codigo_nde=puede_ser_comprobada_la_autenticidad_de_esta_copia_mediante_el_numero_de_documento_electrónico_siguiente : 0SIaqb7rWtWWPtaig0BU4c1zsJh70UhhOq	 
El presente documento ha sido descargado el 12/06/2024 - 13:54:22	