



## ACTA III DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

### EXPEDIENTE SAS\_BAR\_2024\_PA\_83

## CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN ESTERILIZADOR, UNA MESA DE AUTOPSIAS Y UN PROCESADOR DE TEJIDOS PARA EL HOSPITAL DE BARBASTRO

#### Fecha y hora de celebración

03 de septiembre de 2024 a las 11:00:00

#### Lugar de celebración

Hospital de Barbastro

#### Asistentes

Presidente:

- José Antonio Riba Bruballa, Director de Gestión y Servicios Generales Sector Barbastro.

Secretaria:

- Gema León Latre, Grupo Técnico de la Función Administrativa

Vocales:

- Héctor Melero García, Adjunto a la Interventora Delegada
- Andrés Crevillén Mújica, Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón
- Ana Pilar Cardiel González, Jefa del Servicio de Gestión Económico - Administrativa
- Juan José Eito Cuello, Director del Hospital de Barbastro

Los miembros de la Mesa que asisten por videoconferencia son Héctor Melero García y Andrés Crevillén Mújica, el resto de los miembros asisten de forma presencial. La Mesa de Contratación está válidamente constituida, según el artículo 92 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y según artículo 17, punto 2 de la ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.

Previamente al inicio de la sesión, todos los miembros de la Mesa manifiestan que no concurren en ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, y se comprometen a poner en conocimiento, del órgano de contratación, de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.

La sesión del día 3 de septiembre de 2024 es pública.

#### Orden del día

- 1.- Aprobación de Actas I y II del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.
- 2.- Valoración criterios basados en juicios de valor: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.
- 3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.
- 4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.
- 5.- Propuesta adjudicación del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.



### **Se Expone**

#### **1.- Aprobación de Actas I y II del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.**

La Mesa acuerda por unanimidad la aprobación del Acta I del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83, correspondiente a la sesión celebrada el día 9 de Agosto de 2024.

La Mesa acuerda por unanimidad la aprobación del Acta II del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83, correspondiente a la sesión celebrada el día 14 de Agosto de 2024.

#### **2.- Valoración criterios basados en juicios de valor: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.**

La Presidencia inicia la sesión pública, que se celebra por videoconferencia y a la que es posible asistir mediante el enlace publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se conectan a la reunión los siguientes representantes:

- Paloma Ruiz Rosillo con DNI 53019737E, de la empresa Antonio Matachana S.A.
- Carmen Capo Sales con DNI 41742781N, de la empresa Casa Álvarez Material Científico S.A.

En primer lugar, se presenta a la Mesa de Contratación el informe técnico realizado conforme a los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor del Anexo X del PCAP por la Supervisora de Recursos Materiales, Ana Puyal Melé para el Lote 1 y la F.E.A de Anatomía Patológica, Elena Estarán Silván para los Lotes 2 y 3.

La Mesa asume como propias las puntuaciones otorgadas en el informe técnico, así como las motivaciones que sustentan dichas puntuaciones. El citado informe se adjunta a la presente Acta formando parte inseparable de la misma.

Las empresas admitidas son:

- NIF: A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. Lote 1 y Lote 2.
- NIF: A28011526 CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO SA. Lote 2 y Lote 3.
- NIF: B99180994 CESARAUGUSTA MEDICAL S.L. Lote 2.
- NIF: A59892414 HYGECO ESPAÑA SAU. Lote 2.
- NIF: B58521147 LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. Lote 3.
- NIF: B31129604 LABOLÁN, SL. Lote 2 y Lote 3.
- NIF: A58710740 PALEX MEDICAL, S.A. Lote 2 y Lote 3.

Casa Álvarez Material Científico S.A., Cesaraugusta Medical S.L. y Labolán S.L., que presentan oferta para el Lote 2, no aportan documentación relativa a la mesa de disección auxiliar con la documentación técnica, por lo que estas ofertas no cumplen con los requisitos mínimos del PPT, y por tanto, son excluidas en el Lote 2 y no se valoran en el Lote 2.

El Presidente da lectura a las puntuaciones otorgadas a las empresas licitadoras. Son las siguientes:



## LOTE 1

### VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X DEL PCAP

EMPRESAS	PUNTOS CRITERIO 1	PUNTOS CRITERIO 2	PUNTOS CRITERIO 3	PUNTOS CRITERIO 4	PUNTOS CRITERIO 5	PUNTOS CRITERIO 6	PUNTOS CRITERIO 7	PUNTOS CRITERIO 8	PUNTUACION TOTAL
ANTONIO MATACHANA S.A.	15	8	5	5	4	4	4	4	49

## LOTE 2

### VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X DEL PCAP

Las empresas Casa Álvarez, Cesaraugusta Médical y Labolán presentan oferta para Lote 2, pero no cumplen con los requisitos mínimos del PPT, por lo que no pueden valorarse.

EMPRESAS	PUNTOS CRITERIO 1	PUNTOS CRITERIO 2	PUNTOS CRITERIO 3	PUNTOS CRITERIO 4	PUNTOS CRITERIO 5	PUNTOS CRITERIO 6			PUNTUACION TOTAL
ANTONIO MATACHANA S.A.	14	14	10	4	3	2			47
HYGECO ESPAÑA SAU	15	14	10	4	3	0			46
PALEX	14	14	10	4	3	2			47

## LOTE 3

### VALORACION OFERTA TÉCNICA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X DEL PCAP

EMPRESAS	PUNTOS CRITERIO 1	PUNTOS CRITERIO 2	PUNTOS CRITERIO 3	PUNTOS CRITERIO 4	PUNTOS CRITERIO 5	PUNTOS CRITERIO 6	PUNTOS CRITERIO 7		PUNTUACION TOTAL
LEYCA	12	15	5	0	0	3	3		38
LABOLÁN	9	15	0	0	3	3	0		30
PALEX	12	15	5	5	3	3	3		46
CASA ÁLVAREZ	15	15	5	0	3	3	3		44

La Mesa de Contratación concluye que la empresa LABOLÁN, S.L. no puede continuar en la licitación por no superar el umbral de la puntuación mínima requerida en el Anexo X del PCAP, (que debe ser igual o superior a 33 puntos), Criterios de Adjudicación sujetos a juicio de valor, por lo que se le excluye del procedimiento.

### 3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.

La Secretaria de la Mesa procede a la apertura del Sobre C, "Criterios de Adjudicación sujetos a valoración automática" de las empresas que continúan en el procedimiento:

- NIF: A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A. Lote 1 y 2.
- NIF: A28011526 CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO SA. Lote 3
- NIF: A59892414 HYGECO ESPAÑA SAU. Lote 2
- NIF: B58521147 LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. Lote 3
- NIF: A58710740 PALEX MEDICAL, S.A. Lote 2 y Lote 3



A partir de este momento la documentación del Sobre C está disponible para la consulta de todos los miembros de la Mesa y se comprueba que los precios de las ofertas económicas presentadas, no superan el presupuesto base de licitación del PCAP.

**4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.**

La Mesa de Contratación ha valorado las proposiciones de las empresas de acuerdo con los criterios del Anexo XI del PCAP, Criterios de adjudicación sujetos a valoración automática de la siguiente manera:



### LOTE 1

#### VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X DEL PCAP

EMPRESAS	CRITERIO 1		CRITERIO 2		PUNTUACION TOTAL
	Oferta económica (Sin IVA)	PUNTOS Precio	Oferta Garantía Adicional	PUNTOS Garantía Adicional	
ANTONIO MATACHANA S.A.	70.810,00	40,00	No hay	0,00	40,00

### LOTE 2

#### VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X DEL PCAP

Las empresa Labolán no supera el umbral mínimo requerido en el PCAP de 33 puntos en la fase B, por lo que no pasa a la siguiente fase de valoración económica.

EMPRESAS	CRITERIO 1		CRITERIO 2		PUNTUACION TOTAL
	Oferta económica (Sin IVA)	PUNTOS Precio	Oferta Garantía Adicional	PUNTOS Garantía Adicional	
ANTONIO MATACHANA S.A.	20.270,00	40,00	No hay	0,00	40,00
HYGECO ESPAÑA SAU	24.190,00	33,52	No hay	0,00	33,52
PALEX MEDICAL S.A.	24.000	33,78	3 años adicionales	11,00	44,78

### LOTE 3

#### VALORACION OFERTA ECONÓMICA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X DEL PCAP

EMPRESAS	CRITERIO 1		CRITERIO 2		PUNTUACION TOTAL
	Oferta económica (Sin IVA)	PUNTOS Precio	Oferta Garantía Adicional	PUNTOS Garantía Adicional	
CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.	40.198,00	36,32	No hay	0,00	36,32
LEYCA MICROSISTEMAS SLU	41.952,33	34,80	1 año adicional	3,00	37,80
PALEX MEDICAL S.A.	36.500,00	40,00	3 años adicionales	11,00	51,00



**5.- Propuesta adjudicación del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 - Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro.**

La Mesa de Contratación, acuerda efectuar al Órgano de Contratación PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN del expediente SAS\_BAR\_2024\_PA\_83, Contratación del Suministro de un esterilizador, una mesa de autopsias y un procesador de tejidos para el Hospital de Barbastro, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases y para los siguientes lotes:

**EXPEDIENTE SAS\_BAR\_2024\_PA\_83  
SUMINISTRO DE 1 ESTERILIZADOR, 1 MESA DE AUTOPSIAS Y 1 PROCESADOR DE TEJIDOS  
PARA EL HOSPITAL DE BARBASTRO**

**VALORACION EXPEDIENTE SAS\_BAR\_2024\_PA\_83**

EMPRESAS	LOTES	IMPORTE LICITACIÓN € (Sin IVA)	IMPORTE OFERTA ECONÓMICA € (Sin IVA)	TOTAL PUNTOS OFERTA TÉCNICA	TOTAL PUNTOS OFERTA ECONÓMICA	PUNTUACIÓN TOTAL
ANTONIO MATACHANA S.A.	1	78.085,50	70.810,00	49	40,00	89,00
ANTONIO MATACHANA S.A.	2	25.500,00	20.270,00	47	40,00	87,00
CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.	3	42.508,88	40.198,00	44	36,32	80,32
HYGECO ESPAÑA SAU	2	25.500,00	24.190,00	46	33,52	79,52
LEYCA MICROSISTEMAS SLU	3	42.508,88	41.952,33	38	37,80	75,80
PALEX MEDICAL S.A.	2	25.500,00	24.000,00	47	44,78	91,78
PALEX MEDICAL S.A.	3	42.508,88	36.500,00	46	51,00	97,00

- NIF: A08238578 ANTONIO MATACHANA, S.A.: propuesto como adjudicatario para el Lote 1.
- NIF: A58710740 PALEX MEDICAL, S.A.: propuesto como adjudicatario para el Lote 2.
- NIF: A58710740 PALEX MEDICAL, S.A.: propuesto como adjudicatario para el Lote 3.

También se acuerda remitir el Acta con los acuerdos adoptados a todos los miembros de la Mesa, concediéndose un plazo de 24 horas a efectos de su revisión, quedando aprobada la misma transcurrido dicho plazo.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos en el lugar y fecha al principio señalado, de lo que como Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA  
Gema León Latre

Vº Bº DEL PRESIDENTE  
José Antonio Riba Bruballa



GERENCIA DEL SECTOR DE BARBASTRO  
Ctra. Nacional 240 s/n.  
22300 BARBASTRO (Huesca)  
Teléfono: 974 249 000

## INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN ESTERILIZADOR, UNA MESA DE AUTOPSIAS Y UN PROCESADOR DE TEJIDOS PARA EL HOSPITAL DE BARBASTRO

Revisada la documentación aportada por la empresa MATACHANA y comprobado que cumple con los requisitos mínimos que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se procede a valorar los criterios de adjudicación para LOTE 1 , ESTERILIZADOR que se contemplan en el Anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas "Criterios de Adjudicación sujetos a juicios de valor" (SOBRE B).

### Criterios de Adjudicación:

#### CRITERIO 1

Calidad de los materiales, facilidad de manejo y características que mejoren la seguridad y minimicen riesgos

Hasta 15 puntos..... 15

#### CRITERIO 2

El carro de carga y descarga para el esterilizador que se oferte, debe ser compatible con el carro, modelo Remeda AB, marca Linak, que actualmente se utiliza en el Servicio de Esterilización del Hospital de Barbastro.

Hasta 8 puntos.....8

#### CRITERIO 3

Sistema de vacío por eyector y bomba de recirculación que garantice menores costes de mantenimiento, reducidos consumos de agua.

Hasta 5 puntos.....5



CRITERIO 4

Posibilidad de Telemantenimiento, sin programa adicional.

Hasta 5 puntos.....5

CRITERIO 5

Control y registro independientes con doble sensor de temperatura y presión de cámara para garantizar la seguridad del proceso

Hasta 4 puntos.....4

CRITERIO 6

Autoarranque del esterilizador

Posibilidad de seleccionar la hora de autoapagado del esterilizador.

Hasta 4 puntos.....4

CRITERIO 7

Posibilidad de ver en tiempo real las entradas/salidas del PLC y de los distintos componentes del esterilizador.

En caso de avería posibilidad de abrir la puerta para rescatar el instrumental.

Hasta 4 puntos.....4

CRITERIO 8

Capacidad de almacenamiento superior a 1.000 ciclos.

Hasta 4 puntos.....4

**PUNTUACION TOTAL..... 49 puntos**

Barbastro, 12 de Agosto de 2024

  
Ana M Puyal Melé

Sup de RRMM





**INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE SAS\_BAR\_2024\_PA\_83 PARA  
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN ESTERILIZADOR, UNA  
MESA DE AUTOPSIAS Y UN PROCESADOR DE TEJIDOS PARA EL  
HOSPITAL DE BARBASTRO**

**EXPEDIENTE: SAS\_BAR\_2024\_PA\_83**

**EMPRESAS QUE SE VALORAN**

CASA ÁLVAREZ (CA)  
CESARAUGUSTA (CE)  
HYGECO (HY)  
LABOLAN (LA)  
LEICA (LE)  
MATACHANA (MA)  
PALEX (PA)

**CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ANEXO X LOTE 2 (MESA DE AUTOPSIAS)**

CRITERIO 1. Calidad de los materiales, ergonomía y facilidad de manejo ofrecida por la mesa para el trabajo de los profesionales (hasta 15 puntos).

CRITERIO 2. Características que mejoren la seguridad y minimicen riesgos (hasta 15 puntos).

CRITERIO 3. Longitud de mesa mayor de 2750 mm (hasta 10 puntos).

CRITERIO 4. Sistema de aspiración y filtración equipado con carbón activo y filtro para tratamiento de aire (aspiradora integrada en la mesa) (hasta 4 puntos).

CRITERIO 5. Sistema de ventilación (hasta 3 puntos).

CRITERIO 6. Regla de acero inoxidable mínimo de 300 mm (hasta 2 puntos).

**TOTAL: Hasta 49 puntos.**



## INFORME DE VALORACIÓN (MESA DE AUTOPSIAS)

Las ofertas de 3 (Palex, Matachana e Hygeco) de las empresas cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el P.P.T., mientras que las otras 3 (Casa Álvarez, Cesaraugusta y Labolan) no han remitido información referente a la mesa de disección auxiliar con la documentación técnica, que debería estar incluida en la oferta para cumplir con los requisitos mínimos del PPT. Se pasa a continuación a valorar las empresas que cumplen con los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN	CRITERIOS	MA	HY	PA
Criterio 1. Calidad de los materiales, ergonomía y facilidad de manejo ofrecida por la mesa para el trabajo de los profesionales.	Acero inoxidable	5	5	5
	Apoyacuerpos extraíbles	4	4	4
	Autolavado	3	3	3
	Aspiración ajustable y reversible	2	2	2
	Altura regulable	0	1	0
	TOTAL	14	15	14
Criterio 2. Características que mejoren la seguridad y minimicen riesgos.	Protecciones eléctricas	7	7	7
	Protección térmica	7	7	7
	Contadores horas y alarmas filtros	0	0	0
	TOTAL	14	14	14
Criterio 3. Longitud de la mesa mayor a 2750 mm.	SI = 10 / NO = 0	10	10	10
Criterio 4. Sistema de aspiración y filtración equipado con carbón activo y filtro para tratamiento de aire (aspiradora integrada en la mesa).	Sistema de aspiración	1	1	1
	La aspiración incorpora filtro de carbono	1	1	1
	Filtros para tratamiento del aire	2	2	2
	TOTAL	4	4	4
Criterio 5. Sistema de ventilación.	SI = 3 / NO = 0	3	3	3
Criterio 6. Regla de acero inoxidable mínimo de 300 mm.	SI = 2 / NO = 0	2	0	2
<b>PUNTUACIONES TOTALES</b>		<b>47</b>	<b>46</b>	<b>47</b>



### CRITERIOS DE VALORACIÓN (PROCESADOR DE TEJIDOS)

CRITERIO 1. Características del procesador: usabilidad, claridad de indicadores, accesibilidad para ser controlado de forma remota, niveles, seguridad (hasta 15 puntos).

CRITERIO 2. Posibilidad de extracción de vapores con filtro (hasta 15 puntos).

CRITERIO 3. Retorta con cierre electrónico (hasta 5 puntos).

CRITERIO 4. Posibilidad de uso de bandejas de parafina desechables (hasta 5 puntos).

CRITERIO 5. Posibilidad de conexión RS232 o equivalente (hasta 3 puntos).

CRITERIO 6. Posibilidad de puertos USB (hasta 3 puntos).

CRITERIO 7. Cestillos: posibilidad de compatibilidad con otras marcas (hasta 3 puntos).

TOTAL: Hasta 49 puntos.



## INFORME DE VALORACIÓN DEL ANEXO X LOTE 3 (PROCESADOR DE TEJIDOS)

Las ofertas de las cuatro empresas cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el P.P.T., se pasa a continuación a valorarlas de acuerdo a los criterios de valoración especificados.

CRITERIOS DE VALORACIÓN	CRITERIOS	LE	LA	PA	CA
Criterio 1. Características del procesador: usabilidad, claridad de indicadores, accesibilidad para ser sontrolado de forma remota, niveles, seguridad.	Conexión remota	3	3	3	3
	Ciclos rápidos	3	3	3	3
	Nivel de reactivo según número de muestras	3	3	3	3
	Ciclos libres de xileno	3	0	3	3
	Purificación de parafina	0	0	0	3
	TOTAL		12	9	12
Criterio 2. Posibilidad de extracción de vapores con filtro.	SI = 15 / NO = 0	15	15	15	15
Criterio 3. Retorta con cierre electrónico.	SI = 5 / NO = 0	5	0	5	5
Criterio 4. Posibilidad de uso de bandejas de parafina desechables.	SI = 5 / NO = 0	0	0	5	0
Criterio 5. Posibilidad de conexión RS232 o equivalente.	SI = 3 / NO = 0	0	3	3	3
Criterio 6. Posibilidad de puertos USB.	SI = 3 / NO = 0	3	3	3	3
Criterio 7. Cestillos: compatibilidad con otras marcas.	SI = 3 / NO = 0	3	0	3	3
PUNTUACIONES TOTALES		38	30	46	44

Barbastro, 2 de Septiembre de 2024

Firmado: Elena Estarán Silván

FEA Anatomía Patológica