

**INFORME DE VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE HSL 299/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN VIDEOGASTROSCOPIO TERAPÉUTICO PARA EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL SON LLÀTZER**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Las especificaciones técnicas del apartado 3.1 tienen la consideración de mínimas tanto en cuanto su no cumplimiento es objeto de exclusión. Las detalladas en el apartado 3.2 serán objeto de valoración de acuerdo con los criterios que se establecen en el Pliego de Cláusulas Particulares Administrativas.

Cuando las características del equipo que sean objeto de valoración se adapten perfectamente a las necesidades del servicio, se obtendrá la puntuación asignada a cada una de las características que se valoran. Si no se adaptan perfectamente a las necesidades del servicio la puntuación será de 0 puntos.

**3.1 Especificaciones técnicas mínimas**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OLYMPUS
	CUMPLE / NO CUMPLE
Compatibilidad con fuente de luz y videoprocador marca Olympus (todas nuestras torres de endoscopia son de Olympus). En caso contrario el licitante deberá aportar carro de transporte, monitor HD de como mínimo 32 pulgadas, videoprocador, fuente de luz, Bomba de insuflación de CO2, bomba de lavado, adaptadores de lavado para ETD4 de Olympus, sistema de documentación de imágenes con conectividad HIS-PACS y endoscopios de características similares a los que actualmente dispone el servicio: 2 unidades de GIF-HQ-190 y 2 unidades de CF-HQ1100DL.	CUMPLE

Calidad de imagen HDTV	<b>CUMPLE</b>
Canal de trabajo mínimo de 3,7mm de diámetro	<b>CUMPLE</b>
Canal auxiliar de agua	<b>CUMPLE</b>
Conector estanco de un movimiento	<b>CUMPLE</b>
<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>	<b>OLYMPUS</b>
	<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>
Angulación del extremo distal arriba-abajo, derecha-izquierda	<b>CUMPLE</b>
Campo de visión mínimo de 140 grados	<b>CUMPLE</b>
Longitud de trabajo mínima de 1030mm	<b>CUMPLE</b>

Revisada la oferta presentada por la empresa **OLYMPUS** se comprueba que **CUMPLE** con los requisitos mínimos del apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones técnicas.

### **2.2 Especificaciones técnicas adicionales:**

<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>	<b>OLYMPUS</b>
Filtro NBI (Narrow Band Imaging)	<b>0/20</b>	<b>20</b>
Extremo distal blanco para una mejor iluminación del tracto gastrointestinal	<b>0/15</b>	<b>15</b>
Diámetro del extremo distal del tubo de inserción inferior o igual a 10mm de diámetro	<b>0/10</b>	<b>10</b>

La puntuación obtenida por **OLYMPUS** en el apartado 3.2 Especificaciones técnicas adicionales. es **45** puntos.

Hospital Son Llàtzer  
Carretera de Manacor km 4  
07198 Palma



Palma, 16 de septiembre de 2024

FDO. Jefe Servicio Digestivo

Dr. Álvaro Brotons García