

## INFORME TÉCNICO

### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA MUTUA BALEAR

**Informe para:** Contratación

**Realizado por:** Servicios Generales

**Fecha:** Junio 2020

## INTRODUCCIÓN

El pasado 21 de Mayo se publicó en la plataforma de licitaciones del estado, la licitación para el Suministro e instalación de UN MICROSCOPIO QUIRÚRGICO para los quirófanos de Mutua Balear, siguiendo las directrices marcadas por la ley de contratación del Sector público vigente.

A la finalización del plazo previsto para la presentación de propuestas, han presentado oferta las empresas: CARL ZEISS y LEICA

## 1. VALORACIÓN PROPUESTAS TÉCNICAS

### 1.1 Requisitos mínimos

Las propuestas presentadas por las empresas CARL ZEISS y LEICA cumplen con todos los requisitos solicitados en los PPT y PCA publicadas en la plataforma de contratación del Estado.

La Supervisora de quirófano y el Dr. Parra han revisado ambas propuestas y han manifestado que los modelos presentados cumplen con los requisitos solicitados, con mínimas diferencias, para poder llevar a cabo satisfactoriamente las técnicas microquirúrgicas necesarias en el ámbito de reconstrucción de accidentes laborales.

### 1.2 Valoración criterios cualitativos basados en juicio de valor

#### ▪ CARL ZEISS

La oferta presentada se ajusta a lo solicitado en los pliegos con referencia a los requisitos técnicos: tipo Óptica, Luz, Ergonomía y Estativo.

Horario de asistencia en laborables de 8 a 18 horas.

Proponen una formación de 30 minutos usuarios y 4 horas para los técnicos.

Entrega componentes en 48 horas.

Mantenimiento preventivo en garantía: Uno al año.

▪ LEICA

La oferta presentada se ajusta a lo solicitado en los pliegos con referencia a los requisitos técnicos: tipo Óptica, Luz, Ergonomía y Estativo.

Horario de asistencia en laborables y festivos de 8 a 20 horas.

Proponen una formación de 3 hasta 15 horas según necesidades de Mutua Balear.

Entrega componentes entre 48 horas y 15 días.

Mantenimiento preventivo en garantía: Dos al año.

## 2. RESUMEN VALORACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR

VALORACIÓN TÉCNICO COMERCIAL	CARL ZEISS		LEICA	
	PROPUESTA	PUNTOS	PROPUESTA	PUNTOS
Distancia de trabajo superior a 450 mm (Hasta 4 puntos)	200-500	3	Hasta 535	4
Posibilidad de manejo del diámetro del campo iluminado de forma manual o autónoma. (hasta 4 puntos)	SI	4	SI	4
Recubrimiento de partículas nanoplata antimicrobiana para minimizar los patógenos. (hasta 4 puntos)	El recubrimiento no es nanoplata	0	Recubrimiento nanoplata	4
Arquitectura abierta para futuras actualizaciones del microscopio. Describir. (Hasta 4 puntos)	SI, correcta.	4	SI, correcta	4
Sistema de mejora de magnificación y definición con un solo paso. Describir. (hasta 4 puntos)	Hasta 39,2	3,7	Hasta 41,43	4
Base Compacta inferior a 615mm. (Hasta 2,5 puntos)	802 mm	0	608mm	2,5
Alcance máximo del brazo del microscopio superior a 1650mm. (Hasta 2,5 puntos)	1170 mm	0	1692 mm	2,5
<b>PUNTOS TOTALES</b>		<b>14,7</b>		<b>25</b>

Palma, 17 Junio de 2020

Margarita Vidal  
Servicios generales

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 183. SEGÚN REGISTRO OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO. C.I.F. G 07046196