

**INFORME TÉCNICO  
DE OFERTAS PRESENTADAS**

**EXPEDIENTE: 19/2021**

**ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE  
BOLSAS COLECTORAS DE ORINA**

Con objeto de verificar el cumplimiento de las características técnicas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de las ofertas presentadas en el acuerdo marco, expediente 19/2021, para el suministro de BOLSAS COLECTORAS DE ORINA con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, los profesionales abajo firmantes proceden a revisar la documentación técnica emitiendo el siguiente informe:

Los datos se presentan en las siguientes tablas:

1. Relación de empresas licitadoras.
2. Relación de ofertas que no cumplen las características técnicas exigidas y motivación.
3. Relación de ofertas presentadas.



D. JUAN ANTONIO VIVEROS MARTÍNEZ  
Supervisor de RRMM  
Hospital Universitario Río Hortega de  
Valladolid



D. EPIFANIO DEL VALLE RIVERO  
Subdirector Enfermería  
Coordinador de RRMM  
Hospital Clínico Universitario de Valladolid



ÁNGELES BERMEJO RODRÍGUEZ  
Técnico Servicio de Compras Sanitarias  
Consejería de Sanidad

Valladolid, 23 de octubre de 2020

## 1. RELACIÓN DE EMPRESAS LICITADORAS

EMPRESA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Ctra. Terrassa, 121 08191 Rubí (Barcelona)	935 866 363	<a href="mailto:concursos.medical@bbraun.com">concursos.medical@bbraun.com</a>
BIOTEC MÉDICA, S.A.	C/ Miguel de Cervantes,1 47140 Laguna de Duero (Valladolid)	983 544 488	<a href="mailto:comercial@biotecmedica.es">comercial@biotecmedica.es</a>
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	C/ Condesa de Venadito, 5 4ª 28027 Madrid	913 141 802	<a href="mailto:esconcursos@coloplast.com">esconcursos@coloplast.com</a>
CONVATEC, S.L.	C/ Constitución, 1 3ª 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)	936 023 700	<a href="mailto:concursos@convatec.com">concursos@convatec.com</a>
COVACA, S.A.	C/ Aguilón, 4 28045 Madrid	914 734 320 914 735 169 Ext.3002	<a href="mailto:contabilidad@covaca-esterilizacion.com">contabilidad@covaca-esterilizacion.com</a>
GARRIC MEDICA, S.L.	C/ Fundiciones, s/n 28052 Madrid	917 765 363	<a href="mailto:angelisabel@garricmedica.com">angelisabel@garricmedica.com</a>
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid)	916 657 315	<a href="mailto:concursosintersurgical@gmail.com">concursosintersurgical@gmail.com</a>
JUVAZQUEZ, S.L.	Cl. Electricidad, 29 Leganés (Madrid)	916 211 740	<a href="mailto:concursos@juvazquez.com">concursos@juvazquez.com</a>
PALEX MÉDICAL, S.A.	C/ Jesús Serra Santamans, 5 08174 Sant Cugat Del Vallés (Barcelona)	934 006 518	<a href="mailto:concursos@palex.es">concursos@palex.es</a>
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Calle Calasparra, s/n. P.I. La Polvorista 30.500 Molina de Segura (Murcia)	968 643 236	<a href="mailto:gestion@pmh.com.es">gestion@pmh.com.es</a>
RAYS HEALTH & SAFETY IBÉRICA, S.L.	Polígono Industrial. El Plá 32. Apartado correos 171 Alcácer (Valencia)	605 787 534	<a href="mailto:rays.iberica@gmail.com">rays.iberica@gmail.com</a>
TELEFLEX MEDICAL, S.A.	C/ Quito, s/n Naves 1-5 Pol. Ind. Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid)	918 300 451	<a href="mailto:beatriz.santamaria@teleflex.com">beatriz.santamaria@teleflex.com</a>

## **2. RELACIÓN DE OFERTAS QUE NO CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN**

LOTES		OFERTAS			CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN	
Lote	Denominación	Empresa	Nombre de producto	Referencias	SI / NO	Motivación
1	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO SIN SISTEMA DE VACIADO, NO ESTÉRIL	GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20014200	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1510101	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
2	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, NO ESTÉRIL	GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20015200	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1510201	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
3	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	UROTUBE-20	380461S	NO	La muestra presentada incumple la condición de "puerto de toma de muestras sin aguja".
		GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20018	NO	La muestra presentada incumple las condiciones de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa", "puerto de toma de muestras sin aguja" y "clamp integrado en el tubo".
		PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	401.1555	NO	La muestra presentada incumple las condiciones de "puerto de toma de muestras sin aguja" y "clamp integrado en el tubo".
5	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 5000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO	GARRIC MEDICA, S.L.	JOLFAMAR	Ref.Interna 204120454 Ref.Fabricante 5808J	NO	La muestra presentada incumple las condiciones de "sistema de sujeción incorporado para el acoplamiento a la cama o silla" y "escala graduada medidora con divisiones al menos de 100 ml en 100 ml hasta los primeros 500 ml".

LOTES		OFERTAS			CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN	
Lote	Denominación	Empresa	Nombre de producto	Referencias	SI / NO	Motivación
6	BOLSA COLECTORA DE ORINA ADAPTABLE A PIERNA CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, NO ESTÉRIL	GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20016	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa.
9	BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA CERRADA CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, ESTÉRIL	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CURAS / C1	CU20400	NO	La muestra presentada incumple la condición de "válvula anti-retorno en la entrada de la bolsa".
10	BOLSA COLECTORA DE ORINA NEONATAL CERRADA CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, ESTÉRIL	COVACA, S.A.	CHANGZHOU /BOLSA ORINA PEDIATRICA ESTERIL UNISEX +75ML CON VALVULA ANTIRRETORNO	BE4021	NO	No presenta muestra



### 3. RELACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTES		OFERTAS			CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN	
Lote	Denominación	Empresa	Nombre de producto	Referencias	SI / NO	Motivación
1	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO SIN SISTEMA DE VACIADO, NO ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	UROBAG-8 VA	369060	SI	
		COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	Conveen clásica	21811	SI	
		GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20014200	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1510101	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
		PALEX MÉDICAL, S.A.	Nursia 2 L S/Grifo	405858	SI	
		RAYS HEALTH & SAFETY IBÉRICA, S.L.	RAYS	N2000090Z	SI	
2	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, NO ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	UROBAG-9 VAT	379060	SI	
		COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	Conveen Duo	21809	SI	
		GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20015200	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1510201	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa".
		PALEX MÉDICAL, S.A.	Nursia 2 L C/Grifo	405855	SI	
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	BOLSA ORINA 2000ML C/VALVULA NO ESTERIL	850408-000000	SI	

LOTES		OFERTAS			CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN	
Lote	Denominación	Empresa	Nombre de producto	Referencias	SI / NO	Motivación
3	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	UROTUBE-20	380461S	NO	La muestra presentada incumple la condición de "puerto de toma de muestras sin aguja".
		GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20018	NO	La muestra presentada incumple las condiciones de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa", "puerto de toma de muestras sin aguja" y "clamp integrado en el tubo".
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1530201	SI	
		PALEX MÉDICAL, S.A.	Nursia 2L EST. C/T Muestra	405857	SI	
		PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	401.1555	NO	La muestra presentada incumple las condiciones de "puerto de toma de muestras sin aguja" y "clamp integrado en el tubo".
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	BOLSA ORINA 2000 ML C/VALVULA ESTERIL	850412-000000	SI	
4	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 4000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, ESTÉRIL	COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	Cysto-Care	UB0420	SI	
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CURAS / C8	CU20620	SI	
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1510401	SI	
		PALEX MÉDICAL, S.A.	Nursia 4L Esteril	422581	SI	
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	BOLSA ORINA 4000ML C/VALVULA ESTERIL	673053-000000	SI	

LOTES		OFERTAS			CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN	
Lote	Denominación	Empresa	Nombre de producto	Referencias	SI / NO	Motivación
5	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 5000 ML CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO	GARRIC MEDICA, S.L.	JOLFAMAR	Ref.Interna 204120454 Ref.Fabricante 5808J	NO	La muestra presentada incumple las condiciones de "sistema de sujeción incorporado para el acoplamiento a la cama o silla" y "escala graduada medidora con divisiones al menos de 100 ml en 100 ml hasta los primeros 500 ml".
6	BOLSA COLECTORA DE ORINA ADAPTABLE A PIERNA CON VÁLVULA ANTI-RETORNO Y SISTEMA DE VACIADO, NO ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	BIOPIERNA N/W 300U	804215	SI	
		COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	Conveen discreta	5190	SI	
		GARRIC MEDICA, S.L.	UNIDIX	20016	NO	La muestra presentada incumple la condición de "el extremo del tubo tendrá la superficie interior lisa.
7	EQUIPO DIURESIS HORARIA CON BOLSA CON SISTEMA DE VACIADO, ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	UREOFIX®500 CLASSIC BOL 2L TD TUBO 120CM	4417930	SI	
		BIOTEC MÉDICA, S.A.	DOVER™ CON BOLSA DE DRENAJE DE RECAMBIO	900012	SI	
		CONVATEC, S.L.	UNOMETER 500 - 110 cm. sistema abierto val.va.	25001183 - 1704108	SI	
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	EQ. DIURESIS HORARIA C/SIST.VACIADO EST.	673082-000000	SI	
8	COLECTOR DE ORINA MASCULINO, NO ESTÉRIL	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	URIMED VISION STANDARD 25MM, 29MM, 32MM, 36MM, 41MM	IH2525A, IH2529A, IH2532A, IH2536A, IH2541A	SI	
		COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	Conveen optima estandar y conveen optima corto	21125, 21130, 21135, 21140, 22028, 22121, 22125, 22130, 22135	SI	



LOTES		OFERTAS			CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS Y MOTIVACIÓN	
Lote	Denominación	Empresa	Nombre de producto	Referencias	SI / NO	Motivación
9	BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA CERRADA CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, ESTÉRIL	COVACA, S.A.	CHANGZHOU /BOLSA ORINA PEDIATRICA ESTERIL UNISEX +75ML CON VALVULA ANTIRRETORNO	BE4020	SI	
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CURAS / C1	CU20400	NO	La muestra presentada incumple la condición de "válvula anti-retorno en la entrada de la bolsa".
		JUVAZQUEZ, S.L.	APTOR MEDICAL	CT1520301	SI	
10	BOLSA COLECTORA DE ORINA NEONATAL CERRADA CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, ESTÉRIL	COVACA, S.A.	CHANGZHOU /BOLSA ORINA PEDIATRICA ESTERIL UNISEX +75ML CON VALVULA ANTIRRETORNO	BE4021	NO	No presenta muestra
11	BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA ABIERTA ESTÉRIL NIÑA	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	URINOCOL ABIERTA NIÑA C/50 SL	227566D	SI	
12	BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA ABIERTA ESTÉRIL NIÑO	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	URINOCOL ABIERTA NIÑO C/50 SL	227546D	SI	
13	BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 1000 ML PARA CISTOURETROGRAMA	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	E-Z-EM (BRACCO) / CYSTO-AID	E901004	SI	

