

## CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PPT

### EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: SAS\_ALC\_2024\_PA21

#### “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ”.

1- Página 1, línea 24.

Donde se indica: Fuente de luz fría tipo LED, de intensidad regulable.

Debería poner: Fuente de luz fría tipo LED, **XENON o SIMILAR**, de intensidad regulable.

2- Página 2, línea 12.

Donde se indica: Nasofaringoscopio flexible de fibra óptica sin canal de trabajo.

Debería poner: Nasofaringoscopio flexible de fibra óptica **o vídeo** sin canal de trabajo.

3- Página 2, línea 14.

Donde se indica: Uno de los nasofaringoscopios deberá tener...

Debería poner: Uno de los nasofaringoscopios **de fibra óptica y portátil** deberá tener...

4- Página 2, línea 16.

Donde se indica: El segundo nasofaringoscopio deberá tener...

Debería poner: El segundo nasofaringoscopio **vídeo** deberá tener...

5- Página 2, línea 23.

Donde se indica: Nasofaringoscopio flexible de fibra óptica con canal de trabajo.

Debería poner: Nasofaringoscopio flexible de fibra óptica **o vídeo** con canal de trabajo.