

PASA 602/2024 "Suministro de incubadoras UCI Neonatos con pesa bebés, 2 unidades, respetuoso con el medio ambiente, para el Servicio de Pediatría del HGU de Elda".

LICITADOR			MATCLINIC, SL		MEDICAL CAÑADA, SL		NACIL MEDICA GROUP, SL
MARCA			GENERAL ELECTRIC		DAVID		COMEN
MODELO			Giraffe Carestation		YP-2800B		B8
GARANTÍA 10 puntos	2 años (2 años legal) 0 3 años (2 años legal + 1 año adicional) 2 puntos 4 años (2 años legal + 2 años adicionales) 4 puntos 5 años (2 años legal + 3 años adicionales) 6 puntos 6 años (2 años legal + 4 años adicionales) 8 puntos 7 años (2 años legal + 5 años adicionales) 10 puntos	10	2 AÑOS, NO AMPLIA PLAZO	0	SEGÚN OFERTA ECONÓMICA 2 AÑOS + 7 AÑOS: 10 AÑOS TOTAL GARANTÍA	10	
VALORACIÓN OBJETIVA: (30 Puntos) evaluables de forma automática	Canopia de gran grosor que reduzca las pérdidas de calor y la penetración del ruido exterior en 12 dB.	2	CUMPLE	2	No indica los dB	0	NO SE PUEDEN VALORAR LOS CRITERIOS OBJETIVOS AL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
	Que disponga de colchón giratorio 360º para facilitar las intubaciones y procedimientos al bebé.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	
	Superficie de colchón mínima de 64 x 48 cm.	2	CUMPLE. 64,8 cm x 48,8 cm	2	67x50 cm	2	
	Cortina Activa de aire preventiva con activación mediante botón externo para prevenir el enfriamiento del bebé durante la apertura de la pared.	2	CUMPLE. La activación de Air Boost con una tecla protege al bebé contra la pérdida de calor cuando se abre cualquier panel o ventanilla	2	Según oferta dispone de cortina de aire vertical automática cuando se abre la puerta, no se activa mediante botón externo.	0	
	Silenciamiento de "Alarmas manos libres" por infrarrojos para reducir la tasa de infecciones cruzadas y prevenir posibles sepsis.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	
	Humidificador sin tuberías internas para evitar proliferación bacteriana y además reducir el tiempo de limpieza de la incubadora.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	
	Humidificación de la incubadora sin condensación de agua ni gotas en las paredes.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	
	Tendencias de todos los parámetros medidos de al menos 72 h.	2	CUMPLE. 96h	2	No indica las horas	0	
	Balanza con indicador de diferencia de peso respecto a la última pesada.	2	CUMPLE. Último peso medido y pesos previos del historial	2	Según oferta dispone de Sistema de pesaje incorporado, fácil de medir el peso de los niños y monitorear los cambios de tendencia de peso, pero no concreta si indica diferencia de última pesada.	0	
	Bloqueo de pantalla para poder limpiar sin posibilidad de modificar los parámetros.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	
	Personalización de la pantalla con opciones de diferentes fondos de naturaleza para reducir la percepción de unidad altamente medicalizada.	2	CUMPLE. 11 motivos a elegir	2	En la oferta no se especifica si dispone de diferentes fondos de naturaleza	0	
	Software de asesoramiento "Zona Confort" con aplicación automática, determinando la temperatura de admisión para cada bebé en función de su edad gestacional, peso y días de post-nacimiento.	2	CUMPLE	2	En la oferta no se indica software de asesoramiento.	0	
	Desmontaje completo de todas las piezas de la incubadora y sus paredes para una correcta limpieza.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	
Puerto USB para realizar las actualizaciones de la incubadora.	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2		
Posibilidad de transformación de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario, proporcionando alimentación eléctrica y de gases, evitando la transferencia del neonato de cama en cama.	2	CUMPLE. Capacidad de transformarse en incubadora de transporte con autonomía mínima de 45 minutos adaptándose a una fuente de alimentación eléctrica y de gases.	2	No se especifica en la oferta	0		
OBSERVACIONES		40		30	En la oferta de criterios objetivos, se solicitaba que indicaran las características, y el licitador, en su oferta económica, únicamente ha respondido "SI" a cada uno de los criterios. Por otra parte, en la oferta técnica, se ha limitado a copiar los criterios tal y como se especifican en el expediente en los criterios objetivos sin explicar el cumplimiento de esos criterios, ni justificarlos adecuadamente.	26	0

En Elda, a fecha de la firma digital

La jefa del Servicio de Pediatría del Departament de Salut de Elda