

## GAP 2023/07 SUMINISTRO DE GASAS

### INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

#### LOTE UNICO

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		ADA	GASPUNT	TEGOSA	TEXPOL
<b>COMPRESA GASA ESTÉRIL TEJIDO SIN TEJER 40X40CM</b>	Apósitos de tejido sin tejer 70% viscosa y 30% poliéster.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Gran capacidad de absorción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Libres de látex.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Gramaje: 30gr mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Deberá cumplir con la norma UNE-EN 1644 y con los ensayos de incompatibilidad de la normativa UNE-EN ISO10993.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Plegado estándar o plegado de seguridad con los bordes doblemente ocultos para evitar el riesgo de desprendimiento de hilos del corte.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Medidad aproximadas: 40 x 40 cm (plegado a 20 x 10 cm). 8 capas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Envase unitario estéril, pelable y mixto (papel y plástico transparente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



<b>COMPRESA GASA ESTÉRIL TEJIDO SIN TEJER 15X15CM</b>	Apósitos de tejido sin tejer 70% viscosa y 30% poliéster.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Gran capacidad de absorción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Libres de látex.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Gramaje: 30gr mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Deberá cumplir con la norma UNE-EN 1644 y con los ensayos de incompatibilidad de la normativa UNE-EN ISO10993.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Plegado estándar o plegado de seguridad con los bordes doblemente ocultos para evitar el riesgo de desprendimiento de hilos del corte.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Medidad aproximadas: 15 x 15 cm (plegado a 7,5 x 7,5 cm). 4 capas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Envase estéril en sobres de mínimo 4 unidades, pelable y mixto (papel y plástico transparente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Informe realizado a fecha de firma por:

María González Quintana

Responsable Enfermería Recursos Materiales GAP

SCS



Firma 1: **15/04/2024 - María Gonzalez Quintana**  
**ENFERMERA-DIRECCION GERENC. ATENCION PRIMARIA**  
CSV: A0600AXNi7HwpaZriZjgB5fiVe1jJLYdAU3n8j

