

## Informe de idoneidad técnica y valoración de juicios de valor. Expte. nº 2024-SUS-049 Suministro de vendajes.

Reunidos el dpto. gestor del expte. y el Comité de Expertos (en adelante CE), en fecha 25/09/2024, integrado por:

- Verónica García (enfermera), responsable enfermería del servicio urgencias de Mutua Balear
- Gloria Villalvilla (enfermera), responsable unidad de curas complejas de Mutua Balear
- Antonia Sánchez (enfermera), coordinación enfermería y responsable CCEE de Mutua Balear
- Malen Roig (enfermera), responsable enfermería hospitalización de Mutua Balear.

para la valoración de la calidad de los productos incluidos en cada uno de los lotes del expte. de referencia nº 2024-SUS-049 suministro de vendajes, se procede a la evaluación de idoneidad técnica y valoración de criterios sometidos a juicios de valor, de las muestras presentadas por los licitadores considerados aptos.

Siendo así, se valoran los siguientes:

### LOTE 1: VENDAS ELÁSTICAS

LICITADORES
COMERCIAL MÉDICA REMEX, S.L
ESSITY SPAIN, S.L
FARMABAN, S.A
IZASA HOSPITAL, S.L.U
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

### LOTE 2: VEDAS DE YESO DE FRAGUADO RÁPIDO

LICITADORES
CALVO IZQUIERDO S.L
ESSITY SPAIN, S.L
FARMABAN, S.A

### LOTE 3: CINTA ADHESIVA INELÁSTICA

LICITADORES
ESSITY SPAIN, S.L
FARMABAN, S.A

### LOTE 4: VENDAS TUBULARES ELÁSTICAS

LICITADORES
CALVO IZQUIERDO S.L
COMERCIAL MÉDICA REMEX, S.L
IZASA HOSPITAL, S.L.U
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A

### LOTE 5: VENDAS TUBULARES DE PROTECCIÓN

LICITADORES
IZASA HOSPITAL, S.L.U

Se valora, previamente, la documentación técnica exigible, de carácter obligatoria y excluyente, solicitada en los pliegos, para la catalogación de ofertas APTAS/NO APTAS, siendo todos los licitadores APTOS para la valoración de criterios sujetos a juicios de valor.

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)

Declaración CE (conformidad del Reglamento (UE) 2017/745 y R.D 192/2003 del 21 de marzo que regula los productos sanitarios).

### Valoración juicios de valor

#### VALORACIÓN LOTE 1: VENDAS ELÁSTICAS

LICITADORES	PUNTUACIÓN
COMERCIAL MÉDICA REMEX, S.L	24
ESSITY SPAIN, S.L	60
FARMABAN, S.A	0
IZASA HOSPITAL, S.L.U	16
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A	38

Valoradas las muestras aportadas por los licitadores, se consideran **NO APTAS**, aquellas ofertas que no han alcanzado la mínima puntuación exigida, 32 puntos. (Detalle de la valoración en doc. adjunto)

#### LOTE 2: VEDAS DE YESO DE FRAGUADO RÁPIDO

LICITADORES	PUNTUACIÓN
CALVO IZQUIERDO S.L	0
ESSITY SPAIN, S.L	60
FARMABAN, S.A	8

Valoradas las muestras aportadas por los licitadores, se consideran **NO APTAS**, aquellas ofertas que no han alcanzado la mínima puntuación exigida, 32 puntos. (Detalle de la valoración en doc. adjunto)

#### LOTE 3: CINTA ADHESIVA INELÁSTICA

LICITADORES	PUNTUACIÓN
ESSITY SPAIN, S.L	60
FARMABAN, S.A	30

Valoradas las muestras aportadas por los licitadores, se consideran **NO APTAS**, aquellas ofertas que no han alcanzado la mínima puntuación exigida, 32 puntos. (Detalle de la valoración en doc. adjunto)

#### LOTE 4: VENDAS TUBULARES ELÁSTICAS

LICITADORES	PUNTUACIÓN
CALVO IZQUIERDO S.L	31
COMERCIAL MÉDICA REMEX, S.L	60
IZASA HOSPITAL, S.L.U	46
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A	24

Valoradas las muestras aportadas por los licitadores, se consideran **NO APTAS**, aquellas ofertas que no han alcanzado la mínima puntuación exigida, 32 puntos. (Detalle de la valoración en doc. adjunto)

## LOTE 5: VENDAS TUBULARES DE PROTECCIÓN

LICITADORES	PUNTUACIÓN
IZASA HOSPITAL, S.L.U	60

Valoradas las muestras aportadas por los licitadores, se consideran **NO APTAS**, aquellas ofertas que no han alcanzado la mínima puntuación exigida, 32 puntos. (Detalle de la valoración en doc. adjunto)

En Palma de Mallorca, a 25 de septiembre de 2024

### Comité expertos:



Verónica García

Rpble. enfermería urgencias Mutua Balear



Gloria Vittalvilla

Rpble. unidad de curas complejas  
Mutua Balear



Antonia Sánchez

Coordinadora Enfermería y Rpble. CEX Mutua Balear



Malen Roig

Rpble. Enfermería Hospitalización  
Mutua Balear

LOTE 1: VENDAS ELÁSTICAS					LICITADOR 1: COMERCIAL MÉDICA REMEX S.L			LICITADOR 2: ESSITY SPAIN S.L			LICITADOR 3: FARMABAN S.A			
Nº Orden	Descripción Producto	muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE			
1.1	Vendas elásticas adhesivas de algodón con adhesivo de látex y óxido de zinc. Medidas: 5 cm x 4,50 m	SI	SUNMED TECNOL	SUNMED TECNOL	400092	BSN Medical Ltd	TENSOPLAST 5CMX4,5M	71546-05	Farmaban, S.A.	Lenoplast EH 5cmx2,7m	1105			
1.2	Vendas elásticas adhesivas de algodón con adhesivo de látex y óxido de zinc. Medidas: 10 cm x 4,50 m	SI	SUNMED TECNOL	SUNMED TECNOL	400013	BSN Medical Ltd	TENSOPLAST 10CMX4,5M	71546-04	Farmaban, S.A.	Lenoplast EH 10cmx2,7m	1107			
1.3	Vendas elásticas adhesivas de algodón con adhesivo de látex y óxido de zinc. Medidas: 7,5 cm x 4,50 m	SI	SUNMED TECNOL	SUNMED TECNOL	400010	BSN Medical Ltd	TENSOPLAST 7,5CMX4,5M	71546-06	Farmaban, S.A.	Lenoplast EH 7,5cmx2,7m	1106			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)			S/N	OBSERVACIONES			S/N	OBSERVACIONES			S/N	OBSERVACIONES		
1	Declaración CE (conformidad del R.D 192/2023 de 21 de Marzo regula los productos sanitarios)		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA			SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA			SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA		
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR					PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		
Calidad de los productos (60 puntos)	Criterio de Valoración	DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE	0	Material con adhesividad no uniforme, poco manejable por exceso de adhesividad. Si se pega entre sí, dificulta la manejabilidad y colocación del vendaje, quedando inservible. Deshilachado al corte.	15	Material de muy buena calidad, no se deshilacha al corte, material uniforme con la adhesividad justa que permite readaptación del vendaje en la colocación, en caso de adhesividad entre sí.	0	Material que si bien cumple con las características técnicas solicitadas en el pliego, muestra una adhesividad muy poco uniforme y se desprende de la venda, quedándose en la piel del paciente y en los dedos del profesional que lo maneja. Elasticidad poco resistente, pierde la forma y dificulta la manejabilidad y colocación en la región anatómica del paciente.				
	Extensibilidad y adaptabilidad	0	8	15										
	Adhesividad (fijación inicial y duradera)	0	8	15										
	Estabilidad del vendaje (resistencia frente al deshilachado después del corte)	0	8	15										
	Porosidad adecuada para evitar maceración	0	8	15										
Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos <b>32 puntos</b> por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.		Puntuacion licitador		24	60		0							

LICITADOR 4: IZASA HOSPITAL S.L.U			LICITADOR 5: TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A		
FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE
CARIBÚ	Careplast Plus	106EA0005	TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEXPLAST	4050.00
CARIBÚ	Careplast Plus	106EA0006	TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEXPLAST	4052.00
CARIBÚ	Careplast Plus	106EA0007	TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEXPLAST	4051.00
S/N	OBSERVACIONES		S/N	OBSERVACIONES	
SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA	
PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO	
0	Material con muy poca adherencia en la piel pero con mucha fijación sobre si mismo, lo que dificulta la manejabilidad y readaptación del material a la región anatómica a tratar. Al corte se deshilacha pero no en exceso. Muy poca elasticidad lo que supone mayor tracción sobre la piel pero menor funcionalidad sobre la lesión a tratar.		15	Material de buena calidad, no se deshilacha al corte pero con exceso de adhesividad, contacto muy fuerte tanto con la piel, como sobre si mismo. Si se pega queda inservible, no se puede despegar.	
0			0		
8			15		
8			8		
<b>16</b>			<b>38</b>		

LOTE 2: VENDAS DE YESO DE FRAGUADO RÁPIDO					LICITADOR 1: CALVO IZQUIERDO S.L			LICITADOR 2: ESSITY SPAIN S.L.U			LICITADOR 3: FARMABAN S.A			
Nº Orden	Descripción Producto			muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	
2.1	Gasa entrelazada de algodón 100% impregnada en yeso fraguado rápido. Mínimo 21 hilos/cm2. Envase unitario con envoltorio transparente. Medidas: 5 cm x 2,7 m			SI	Calvo Izquierdo S.L	Vendari POP	12410	BSN MEDICAL SAS	GYPSONA 5CMX2,7M	71985-04	Lohman & Rausch	Cenolla Xtra.5cmx2,7m	91180	
2.2	Gasa entrelazada de algodón 100% impregnada en yeso fraguado rápido. Mínimo 21 hilos/cm2. Envase unitario con envoltorio transparente. Medidas: 10 cm x 2,7 m			SI	Calvo Izquierdo S.L	Vendari POP	12412	BSN MEDICAL SAS	GYPSONA 10CMX2,7M	71985-00	Lohman & Rausch	Cenolla Xtra.10cmx2,7m	91182	
2.3	Gasa entrelazada de algodón 100% impregnada en yeso fraguado rápido. Mínimo 21 hilos/cm2. Envase unitario con envoltorio transparente. Medidas: 15 cm x 2,7 m			SI	Calvo Izquierdo S.L	Vendari POP	12413	BSN MEDICAL SAS	GYPSONA 15CMX2,7M	71985-02	Lohman & Rausch	Cenolla Xtra.15cmx2,7m	91184	
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente )					S/N	OBSERVACIONES		S/N	OBSERVACIONES		S/N	OBSERVACIONES		
1	Declaración CE (conformidad del R.D 192/2023 de 21 de Marzo regula los productos sanitarios)			SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA			
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR					PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		
Calidad de los productos (60 puntos)		Criterio de Valoración			DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE	Material de mala calidad, mal prensado, pierde el tubo antes de su manipulación, lo que imposibilita su uso al mojarlo y manipularlo. Menos cantidad de yeso por m2 de venda que otros materiales de idénticas características. Tiempo de fraguado excesivo.	Material de excelente calidad, bien prensado, fácil manejabilidad y adaptabilidad. Tiempo de fraguado correcto. La cremosidad del yeso ofrece un acabado más uniforme y estético. Más yeso en la venda por m2 lo que lo hace más resistente.		Material que aún cumpliendo las características técnicas solicitadas, la venda es inestable y se deshace al manipularlo lo que dificulta la aplicación y el acabado. Pierde el yeso en la manipulación en seco, por lo que precisa más capas para prepararlo, quedando un yeso más grueso, hay que dar más capas para obtener la funcionalidad deseada.			
		Aplicación rápida tiempo de fraguado			0	8	15					0	15	8
		Confortabilidad (facilidad de aplicación y acabado)			0	8	15					0	15	0
		Resistencia			0	8	15					0	15	0
		Ligereza			0	8	15					0	15	0
Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos <b>32 puntos</b> por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.					Puntuación licitador			0	60	8				

LOTE 3: CINTA ADHESIVA INELÁSTICA					LICITADOR 1: ESSITY SPAIN S.L.U			LICITADOR 2: FARMABAN S.A		
Nº Orden	Descripción Producto	muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE		
3.1	Cinta adhesiva inelástica en rollo para vendaje funcional de tejido de algodón blanco 3,75 cm x 10 m	SI	BSN MEDICAL S.A.S	STRAPPAL FORTE	73444-01	Farmaban, S.A.	Lenotape 3,8cmx10m	1351		
3.2	Cinta adhesiva inelástica en rollo para vendaje funcional de tejido de algodón blanco 5cm x 10 m	SI	BSN MEDICAL S.A.S	STRAPPAL FORTE	73444-02	Farmaban, S.A.	Lenotape 5cmx10m	1352		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)			S/N	OBSERVACIONES		S/N	OBSERVACIONES			
1	Declaración CE (conformidad del R.D 192/2023 de 21 de Marzo regula los productos sanitarios)	SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA				
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR			PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO			
Calidad de los productos (60 puntos)	Criterio de Valoración	DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE	Material que se ajusta a las necesidades del servicio. Material con mayor gramaje de masa adhesiva, más resistencia, permanece intacto al uso y el adhesivo facilita la tracción de las diversas técnicas de uso más habitual.	Material que si bien cumple con las características técnicas solicitadas, no es apto para la realización de diversas técnicas de uso habitual que requieren tracción. Material poco adhesivo que se despega con facilidad y no se mantiene en la tracción. Bordes muy pegajosos				
	<i>Poder adhesivo</i>	0	8	15			15	0		
	<i>Hipoalérgico rasgabilidad con las manos en ambas direcciones (transversal y longitudinalmente)</i>	0	8	15			15	15		
	<i>Resistencia a la tracción</i>	0	8	15			15	0		
	<i>Adaptabilidad y facilidad de aplicación y retirada (sin restos de adhesivo)</i>	0	8	15	15	15				
Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos <b>32 puntos</b> por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.		Puntuación licitador		<b>60</b>	Puntuación licitador		<b>30</b>			

LOTE 4: VENDA TUBULAR ELÁSTICAS					LICITADOR 1: CALVO IZQUIERDO S.L			LICITADOR 2: COMERCIAL MÉDICA REMEX S.L			LICITADOR 3: IZASA HOSPITALES S.L.U		
Nº Orden	Descripción Producto	muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE		
4.1	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en dedos pequeños					FAVESAN	FAVESAN	40101	CARIBÚ	Tubifix	106000000-10LF		
4.2	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en dedos					FAVESAN	FAVESAN	40102	CARIBÚ	Tubifix	106000001-10LF		
4.3	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en manos					FAVESAN	FAVESAN	40103	CARIBÚ	Tubifix	106000002-10LF		
4.4	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en brazo y pie	SI	Calvo Izquierdo S.L	Vendari Darinet	10543	FAVESAN	FAVESAN	40104	CARIBÚ	Tubifix	106000003-10LF		
4.5	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en pierna y muslos pequeños	SI	Calvo Izquierdo S.L	Vendari Darinet	10544	FAVESAN	FAVESAN	40105	CARIBÚ	Tubifix	106000004-10LF		
4.6	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en cabeza y muslo grueso					FAVESAN	FAVESAN	40106	CARIBÚ	Tubifix	106000005-10LF		
4.7	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en tórax y abdomen					FAVESAN	FAVESAN	40107	CARIBÚ	Tubifix	106000006-10LF		
4.8	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en troncos gruesos					FAVESAN	FAVESAN	40108	CARIBÚ	Tubifix	106000007-10LF		
4.9	Malla tubular elástica de algodón para fijación de apósitos en troncos muy gruesos					FAVESAN	FAVESAN	40109	CARIBÚ	Tubifix	106000008-10LF		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente )			S/N	OBSERVACIONES			S/N	OBSERVACIONES			S/N	OBSERVACIONES	
1	Declaración CE (conformidad del R.D 192/2023 de 21 de Marzo regula los productos sanitarios)		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA			SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA			SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA	
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR					PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO	
Calidad de los productos (60 puntos)		Criterio de Valoración	DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE	8	Material con una excelente uniformidad pero con escasa elasticidad, lo que hace también escasa su ajustabilidad. El envase dispensador no cumple con necesidades del servicio. El lateral del envase no muestra la numeración de la medida/talla ni dispone de otro sistema de fácil identificación. Todo ello dificulta el almacenaje y el uso por parte del personal sanitario (tienen que invertir más tiempo en abrir los envases para identificar el producto lo que redundará en los tiempos de realización definido para cada servicio)	15	Material que presenta una calidad óptima. Excelente ajustabilidad y elasticidad lo que aporta mayor sensación de confort al paciente. Tejido muy uniforme que no pierde la forma a su manipulación. Envase dispensador bien identificado lo que facilita al personal sanitario la identificación del material a su uso.	8	15	8	Material que cumple con las características técnicas solicitadas, excelente elasticidad y envase. La uniformidad del tejido es correcta aunque podría ser superior. Envase bien identificado.
		Ajustabilidad	0	8	15								
		Elasticidad	0	8	15								
		Uniformidad del tejido	0	8	15								
Envase de dispensación	0	8	15	0	15								
Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos <b>32 puntos</b> por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.			Puntuación licitador		31		60		46				



LICITADOR 4: TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A		
FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0921.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0922.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0923.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0924.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0925.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0926.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0927.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0928.00
TEXTIL PLANAS OLIVERAS	TEFIX	0929.00
S/N	OBSERVACIONES	
SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA	
PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO	
8	Material que se deforma con facilidad, muy rígido y mala uniformidad (no resulta confortable). La caja ofrece buen dispensador pero no presenta la enumeración de las tallas en el lateral, lo que dificulta la elección de la talla para su uso, el almacenaje y la realización de pedidos en los distintos departamentos (no se emplea el mismo material en todas las unidades de servicio)	
8		
8		
0		
<b>24</b>		

LOTE 5: VENDAS TUBULARES DE PROTECCIÓN					LICITADOR 1: IZASA HOSPITAL S.L.U			
Nº Orden	Descripción Producto	muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE			
5.1	Vendaje tubular extensible de protección para yeso. Tejido de algodón (dedos pequeños) 1,2cm x 20m		CARIBÚ	Tubinet	106000101-10			
5.2	Vendaje tubular extensible de protección para yeso Tejido de algodón. (dedos medianos) 1,5 cm x 20m	SI	CARIBÚ	Tubinet	106000102-10			
5.3	Vendaje tubular extensible de protección para yeso Tejido de algodón (dedos con apósito) 2,5 cm x 20m		CARIBÚ	Tubinet	106000103-10			
5.4	Vendaje tubular extensible de protección para yeso Tejido de algodón (manos y brazos) 5 cmx 20m		CARIBÚ	Tubinet	106000104-10			
5.5	Vendaje tubular extensible de protección para yeso Tejido de algodón (pierna y muslo pequeños) 7,5 cm x 20m	SI	CARIBÚ	Tubinet	106000105-10			
5.6	Vendaje tubular extensible de protección para yeso Tejido de algodón (piernas gruesas y muslos) 10 cm x 20m		CARIBÚ	Tubinet	106000106-10			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)			S/N	OBSERVACIONES				
1	Declaración CE (conformidad del R.D 192/2023 de 21 de Marzo regula los productos sanitarios)		SI	Presenta la documentación necesaria para la calificación de la oferta como APTA				
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR			PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO				
Calidad de los productos (60 puntos)	Criterio de Valoración	DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE	Material que se ajusta a las necesidades del servicio. Buena adaptabilidad y grosor adecuado a la protección de la parte del cuerpo a tratar.			
	<i>Ajustabilidad</i>	0	8	15				15
	<i>Elasticidad</i>	0	8	15				15
	<i>Consistencia del tejido</i>	0	8	15				15
	<i>Envase de dispensación</i>	0	8	15				15
Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos <u>32 puntos</u> por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.		Puntuacion licitador		60				