

## NOTA INTERIOR

**FECHA:** Murcia, a 01 agosto de 2024

**N/REF:** Sala de Radiología Digital.

**S/REF:** CS/9999/1101144473/24/PA

**ASUNTO:** Rectificación PPT

**REMITENTE:** Daniel Carbonell Ruiz

**DESTINATARIO:** Servicio de Obras y Contratación

**OBJETO:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SALA DE RADIOLOGÍA DIGITAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE MULA, DEL ÁREA I DE SALUD, Y EL CENTRO DE SALUD DE TORRE PACHECO ESTE, DEL ÁREA VIII DE SALUD, DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO EN EL MARCO DEL PLAN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA, PROYECTO REGIONAL INTEGRAL (PRI).

### ACLARACIONES SOBRE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Planteada por la empresa **Siemens Healthcare S.L.U.**, interesada en licitar al procedimiento iniciado para adjudicar la contratación de referencia una cuestión sobre determinadas características técnicas de los equipos objeto del contrato, se propone la realización de las siguientes rectificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas redactado para la contratación:

Donde dice:

ESPECIFICACIONES:

Del Bucky vertical

“Distancia mínima del dentro del detector al suelo  $\leq 30$  cm”.

Debe decir:

ESPECIFICACIONES:

Del Bucky vertical

“Distancia mínima del dentro del detector al suelo  $\leq 32$  cm”

D. Daniel José Carbonell Ruiz  
Radiología del Hospital C. U. “Virgen de la Arrixaca”

(Documento firmado electrónicamente al margen)

