

**SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN TERAPÉUTICA CON
DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA
DE SALUD DE CÁCERES**

CS/05/1119038240/19/PASS

INFORME TÉCNICO OFERTA 2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.

Analizada la documentación técnica presentada por 2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L., empresa propuesta como adjudicataria (sexta clasificada tras incumplimiento de PPT de NACIL MÉDICA 4 GROUP, S.L., J. NÚÑEZ, S.L., LÍNEA MÉDICA, VIDA GERIÁTRICA y CEBALLOS NÚÑEZ, S.L.) en el expediente de referencia, se observa incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas por los siguientes motivos:

- No presenta **Normativa UNE-EN ISO 14001** o similar, como se exigía en PPT.
- En relación a la exigencia del PPT de “los orificios de los cinturones deberán de ser de acero inoxidable resistentes al desgarro y a la humedad, deberán incorporar niveles de sujeción para que permitan movilidad controlada”, el producto que oferta la empresa 2Miil no dispone de orificios de acero inoxidable

En Cáceres, a 09 de octubre de 2019

U.T.A.O.C.
Supervisora de RRMM

Área de Salud
de Cáceres
SES
JUNTA DE EXTREMADURA

Fdo.: María Ángeles García Bernal.