

INFORME DE VALORACIÓN DEL A.M. SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (SUTURAS MECÁNICAS) PARA LAS GERENCIAS DEPENDIENTES DEL SCS: G.A.P., HUMV, H. SIERRALLANA y TRES MARES y H.LAREDO.

EXP: SCS2018/117

LOTE 1: GRAPADORAS DE PIEL

MEDLINE: No cumple Prescripciones técnicas, presenta grapas de 5,9 *3,9 y se solicita $12,5 \pm 0,5 * 3,5 \pm 0,25$, por lo tanto procede su exclusión.

B.BRAUN: No cumple Prescripciones técnicas, presenta grapas de 13,9 *3,6 y se solicita $12,5 \pm 0,5 * 3,5 \pm 0,25$ por lo tanto procede su exclusión.

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas, presenta grapas de 13 *3,25 y se solicita $12,5 \pm 0,5 * 3,5 \pm 0,25$.

Mejoras:- Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

GARRIC MEDICA: No cumple Prescripciones técnicas, presenta grapas de 7,2*4,9 y se solicita $12,5 \pm 0,5 * 3,5 \pm 0,25$. por lo tanto procede su exclusión.

TELEFLEX: No cumple Prescripciones técnicas, presenta grapas de 7,2*4,9 y se solicita $12,5 \pm 0,5 * 3,5 \pm 0,25$. por lo tanto procede su exclusión.

LOTE 2: QUITAGRAPAS

B.BRAUN: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras:- Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

GARRIC MEDICA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras:- Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**


MEDLINE: Cumple Prescripciones técnicas,

Mejoras: - Características sociales: 10 puntos

Total: **10 puntos**


Santander 30 octubre 2019

Fdo:



Angela Zugasti Caldera

Técnico Enfermera SCS



Carmen Sánchez Juan

Técnico Enfermera SCS

INFORME DE VALORACIÓN DEL A.M. SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (SUTURAS MECÁNICAS) PARA LAS GERENCIAS DEPENDIENTES DEL SCS: G.A.P., HUMV, H. SIERRALLANA y TRES MARES y H.LAREDO.

EXP: SCS2018/117

LOTE 3: GRAPAS PARA FASCIA NO REABSORBIBLE

MEDTRONIC: No cumple Prescripciones técnicas, presenta grapas de acero inox. y se solicitan grapas de titanio.

LOTE 4: APLICADOR DE AGRAFES PARA FIJACIÓN DE MALLAS PARA CIRUGIA ABIERTA

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: 25 puntos

MEDTRONIC: No cumple Prescripciones técnicas, presenta 10 grapas y se solicitan 20. No presenta cánula curva.

LOTE 5: GRAPADORA CORTADORA LINEAL RECARGABLE CON 3 LINEAS DE GRAPAS

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: 25 puntos

LOTE 6: GRAPADORA CORTADORA LINEAL RECARGABLE CON 2 LINEAS DE GRAPAS

SUCLISA: No cumple Prescripciones técnicas. No cumple las medidas solicitadas en los sublotos 6.9 y 6.12.

B.BRAUN: No cumple Prescripciones técnicas. No especifica la longitud de las cargas solicitadas.

LOTE 7: GRAPADORA LINEAL RECARGABLE SIN CORTE DE 30 Y 60mm

PRIM: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 0 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: 25 puntos

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: 25 puntos

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: 35 puntos

LOTE 8: GRAPADORA LINEAL NO RECARGABLE CON CABEZA ARTICULADA Y GIRATORIA

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: 35 puntos

LOTE 9: GRAPADORA CORTADORA RECARGABLE CURVA

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

LOTE 10: GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

MEDTRONIC: No Cumple Prescripciones técnicas. No es regulable en altura. No oferta el sublote 10.3.

B.BRAUN: No cumple Prescripciones técnicas. No cumple medidas solicitadas en el lote 10.2. Se solicita diámetro de sutura de 25mm y presenta 17mm. En el sublote 10.4 se solicita altura de grapa abierta de 5,5 mm y presenta 5mm.

MBA:No Cumple Prescripciones técnicas. Se solicitan 2 filas de grapas y presenta 3 filas.

LOTE 11: APLICADOR Y CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

MEDTRONIC: No Cumple Prescripciones técnicas. No especifica ramas anguladas ni cierre progresivo.

CIRUGIA ENDOSCÓPICA

LOTE 1: APLICADOR Y CLIPS DE TITANIO PARA TROCAR DE 5MM

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

SUCLISA: No Cumple Prescripciones técnicas. Solo se presenta a un sublote

LOTE 2: APLICADOR Y CLIPS DE TITANIO PARA TROCAR DE 10MM

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras:- Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

LOTE 3: ENDOGRAPADORA CORTADORA AUTOMATICA PARA LAPAROSCOPIA-CIRUGIA ABIERTA CON BATERIA DESECHABLE

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

LOTE 4: ENDOGRAPADORA CORTADORA AUTOMATICA PARA LAPAROSCOPIA-CIRUGIA ABIERTA CON BATERIA RECARGABLE

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

LOTE 5: GRAPADORA-CORTADORA CIRCULAR CURVA

MEDTRONIC: No cumple Prescripciones técnicas. No tiene altura regulable en grapas y no presenta el sublote 5.2

B.BRAUN: No cumple Prescripciones técnicas. No cumple medidas en altura, presenta grapas 5mm y se solicitan 5,5mm.

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

LOTE 6: JARETEADOR PARA BOLSA DE TABACO (45 Y 65MM)

B.BRAUN: No cumple Prescripciones técnicas. No cumple medidas, presenta 47 Y 67mm, se solicitan 45 y 65mm.

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

LOTE 7: APLICADOR DE AGRAFES PARA FIJACIÓN DE MALLAS POR VIA LAPAROSCÓPICA

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

BARD: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

SUCLISA: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 0 puntos

Total: **25 puntos**

LOTE 8: SISTEMAS DE FIJACIÓN REABSORBIBLE

BARD: No cumple Prescripciones técnicas. Presenta grapas de 6,7mm, se solicitan de 5mm.

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

LOTE 9: GRAPADORA CIRCULAR CURVA PARA ANASTOMOSIS INTRAORAL

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

LOTE 10: SISTEMAS DE FIJACIÓN REABSORBIBLE ARTICULADO RECARGABLE

MEDTRONIC: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 15 puntos

- Criterios medioambientales: 10 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **35 puntos**

LOTE 11: APLICADOR Y CLIPS DE POLIMERO

TELEFLEX: Cumple Prescripciones técnicas.

Mejoras: - Tiempo de respuesta y asistencia Técnica: 0 puntos

- Criterios medioambientales: 0 puntos

- Características sociales: 10 puntos

Total: **10 puntos**

Fdo:

J. Manuel Gutiérrez Cabeza

F.E.A. H. Sierrallana

J. Luis Conty Serrano

F.E.A. H. Laredo

F.E.A. H.U.M.V.

Santander, 30 octubre 2019