

<b>Expediente</b>	19/24
<b>Tipo de contrato</b>	Suministro
<b>Objeto</b>	Adquisición de equipos para desarrollar la unidad de genética en el Centro Balear de Biodiversidad de la Universidad de las Islas Baleares ubicado en el Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Complejo I+D+I), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU (con lotes).
<b>Procedimiento</b>	Abierto simplificado
<b>Tramitación</b>	Ordinaria

### CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL:

Advertido un error material en el apartado **8. Características y requerimientos mínimos por lotes**, Lote 5: **Cabina de flujo laminar**, se procede a efectuar la oportuna corrección:

**Donde dice:** « Dimensión exterior entre:  
110 cm y 140 cm **de ancho**;  
60 cm y 80 cm **de ancho**;  
70 cm y 100 cm **de ancho**»

**Ha de decir:** «Dimensión exterior entre:  
110 cm y 140 cm **de ancho**;  
60 cm y 80 cm **de fondo**;  
70 cm y 100 cm **de alto**»

La presente corrección se incorpora el día de hoy al PPT publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se publica el PPT consolidado. Así mismo se publica el Anexo al PPT consolidado.

Palma, en la fecha de la firma electrónica

La jefa del Servicio de Contratación

M. Carmen Ribas