



# Anulación Documento de Pliegos

Número de Expediente **2024000355**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2024 a las 12:04 horas.



## Información de anulación

→ Motivo de la anulación Otro

→ error en fecha fin ofertas

→ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2024 a las 11:25 horas.



# Documento de Pliegos

Número de Expediente 2024000355

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2024 a las 11:25 horas.



Plataforma de  
Contratación  
del Sector  
Público

ANULA

**Suministro de una cuna térmica de reanimación neonatal para el Servicio de Pediatría del Hospital de Jarrío, Área Sanitaria I del SESPA**

## Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 26.776,86 EUR.

→ Importe 32.400 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 26.776,86 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Clasificación CPV

→ 33170000 - Anestesia y reanimación.

→ 33172000 - Aparatos para anestesia y reanimación.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [Documento Descriptivo](#)

→ [19 Resolución de aprobación de pliegos gasto y expediente.pdf](#)

→ [19 Resolución de aprobación de pliegos gasto y expediente.pdf](#)

→ [19 Resolución de aprobación de pliegos gasto y expediente.pdf](#)

→ Tipo de Contrato Suministros

→ Subtipo Adquisición

→ Contrato Mixto No

ANULADO

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=6IPGzzEQwv8%2Bk2oCbDoslw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6IPGzzEQwv8%2Bk2oCbDoslw%3D%3D)

ANULADO

## Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia del Área Sanitaria I - Jarrío del Servicio de Salud del Principado de Asturias**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=T%2B056nPj%2Fgarz\\_3GQd5r6SQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=T%2B056nPj%2Fgarz_3GQd5r6SQ%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Jarrío, s/n

→ (33719) Jarrío-Coaña España

→ ES120

### Contacto

→ Teléfono +34 985639303

→ Correo Electrónico suministros.area1@sespa.es

ANULADO

DO

## Proveedor de Pliegos

→ Gerencia del Área Sanitaria I

### Dirección Postal

→ JARRIO, JARRIO  
→ (33719) COAÑA España

### Contacto

→ Teléfono 985639303  
→ Fax 985639303  
→ Correo Electrónico suministros.area1@sespa.es

## Recepción de Ofertas

→ Gerencia del Área Sanitaria I - Jarrío del Servicio de Salud del Principado de Asturias

### Dirección Postal

→ Jarrío, s/n  
→ (33719) Jarrío-Coaña España  
→ ES120

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 18/07/2024 a las 14:00

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### Sobre único- Documentación relativa a criterios de adjudicación automáticos

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 22/07/2024 a las 10:00 horas

## Proveedor de Información adicional

→ Gerencia del Área Sanitaria I - Jarrío del Servicio de Salud del Principado de Asturias

### Dirección Postal

→ Jarrío, s/n  
→ (33719) Jarrío-Coaña España  
→ ES120

### Lugar

→ Sala de Juntas del Hospital de Jarrío

### Dirección Postal

→ JARRIO, ,SN JARRIO  
→ (33719) COAÑA España

Tipo de Acto : Privado

## Otros eventos

### Sobre único - Documentación administrativa

→ Apertura sobre administrativo  
→ El día 22/07/2024 a las 10:00 horas

### Lugar

→ Sala de Juntas del Hospital de Jarrío

### Dirección Postal

→ JARRIO, ,SN JARRIO  
→ (33719) COAÑA España

ANULA

ANULADO

ANULADO

ANULADO

DO



## Objeto del Contrato: Suministro de una cuna térmica de reanimación neonatal para el Servicio de Pediatría del Hospital de Jario, Área Sanitaria I del SESPA

### → Descripción del procedimiento

Abierto Simplificado

→ Valor estimado del contrato 26.776,86 EUR.

### → Presupuesto base de licitación

→ Importe 32.400 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 26.776,86 EUR.

### → Clasificación CPV

→ 33170000 - Anestesia y reanimación.

→ 33172000 - Aparatos para anestesia y reanimación.

### → Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Asturias

→ Código de Subentidad Territorial ES120

### Dirección Postal

→ España

## Condiciones de Licitación

→ 0

### Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

### Requisitos de participación de los licitadores

#### Solvencia Requerida

→ Los definidos en el pliego de cláusulas administrativas

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Colchón de gel de calentamiento con ajuste manual o automático de la temperatura en pantalla

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 3

→ Equipo que disponga de dos elementos de calefacción (colchón y lámpara radiante) para una distribución óptima y uniforme del calor en el área del colchón con adaptación automática de la potencia del calentador radiante cuando se inclina el colchón

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 6

→ Inclinación de la cama de 15°

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 3

→ Indicación de la inclinación del colchón en pantalla

→

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

**ANULADO AN  
ANULADO  
ANULADO**

- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 3
- Modo canguro activable en pantalla con ajuste automático de alarmas para minimizar ruidos innecesarios.
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 6
- Oferta económica
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 65
- Opción de canopia para ayudar a mantener una temperatura estable durante los traslados intrahospitalarios
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 6
- Posibilidad de conexión de dos sondas de temperatura para poder monitorizar la temperatura central y periférica así como la diferencia entre ambas temperaturas para la detección temprana de estrés por frío o shock térmico
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 3
- Sistema de posicionamiento de los botones del módulo reanimador en posición de las 12 en punto para un arranque rápido y seguro con los ajustes típicos para la reanimación neonatal
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 5

## Presentación de recursos

### Plazo de Presentación

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

## Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000013677893 | UUID 2024-000724728 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 02 Jul 2024 12:04:17:049 CEST N.Serie  
66311971128017818799925936837580407606 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE  
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023