

**INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUATRO EQUIPOS DENTALES Y REALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
TÉCNICAS AUXILIARES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALENCIA.”**

**Exp. Contratación:
PA 949/2024**

I.- ANTECEDENTES:

En relación con la tramitación del expediente de contratación P.A. 949/2024, y una vez llevada a cabo la apertura del sobre nº 2 por la mesa de contratación constituida al efecto, por parte de dicho órgano colegiado se realiza el encargo de un informe técnico, cuyo fin es la valoración de las distintas ofertas presentadas a la adjudicación del contrato.

Superada la fase de apertura de documentación administrativa, los licitadores admitidos al procedimiento son los relacionados en el cuadro nº 1 de este informe.

En este punto no se efectúa la exclusión de ningún licitador.

II.- OBJETO DEL INFORME:

El objeto del presente Informe es el de realizar la evaluación, de acuerdo con los criterios de baremación que constan en apartado LL del Anexo I del pliego tipo de características particulares que rigen la licitación, y que han sido incorporados por los licitadores en su Sobre nº 2. Dichos criterios se corresponden con aspectos evaluables mediante juicios de valor y, en consecuencia, se pretende determinar la puntuación en este apartado técnico de cada una de las proposiciones presentadas.

III.- PROPOSICIONES ADMITIDAS

Tal y como se ha indicado, se han recibido las proposiciones recogidas en el siguiente cuadro:

LICITADOR	NIF
KYT IMPLANTES DENTALES S.L	B06650790

IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Las especificaciones técnicas exigidas quedan especificadas en el apartado 8 del pliego de prescripciones técnicas particulares.

Analizada la oferta presentada por KYT IMPLANTES DENTALES S.L. se observa que no cumple una de las especificaciones mínimas imprescindibles exigidas en dicho apartado del pliego. En concreto, dentro de las características de “Elemento Odontológico” se exige que el equipo venga dotado con “Dos mangueras con micromotor eléctrico dotado de control electrónico automático”. De la documentación presentada se desprende que han ofertado un único motor, lo cual es insuficiente para la especialidad maxilofacial, no meramente odontológica, a la que se van a someter los equipos.

Es por ello, que el presente informe considera que la empresa KYT IMPLANTES DENTALES S.L. NO CUMPLE con las especificaciones técnicas exigidas y, por tanto, no se entra a realizar la valoración técnica de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, considerando que debe quedar EXCLUIDA del proceso de adjudicación.

EL INGENIERO TÉCNICO

JEFA DE SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL

Fdo: Juan Climent Verdú

Fdo.: Carmen Baquero Ruiz de la Hermosa

EL SUBDIRECTOR ECONÓMICO DE
INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Alfredo Cuñat Miró