

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

15 de junio de 2021 a las 09:39.

Lugar de celebración

Sala de Juntas FISABIO Oftalmología Médica.

Asistentes

PRESIDENTE

Dña. Cristina Paloma Peris Martínez, Directora Médico FOM.

SECRETARIO

D. Antonio Pascual Simó Torres, Gestor Contratación.

VOCALES

Dña. Isabel Ferrandis Moscardó, Responsable económica FOM.

Dña. Esther Almenar García, Letrada FISABIO.

Orden del día

- 1.- Aprobación de acta: MCG_EXP_2021-11_S2 - Aprobación acta sesión 17-mayo-2021 del EXP 2021-11 Suministros de Viscoelástico para intervenciones de oftalmología.
- 2.- Aprobación de acta: MCG_EXP_2021-14_SU - Aprobación acta sesión 21-mayo-2021. EXP 2021-14 Servicio de una plataforma online de gestión de candidatos.
- 3.- Aprobación de acta: MCG_EXP_2021-12_S3 - Aprobación acta sesión 24-mayo-2021 del EXP 2021-12 Servicio de anestesia ocular.
- 4.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional: EXP 2021-11 - Suministro de Viscoelásticos para intervenciones de oftalmología
- 5.- Valoración criterios basados en juicios de valor: EXP 2021-11 - Suministro de Viscoelásticos para intervenciones de oftalmología.

Se Expone

Se da por reproducido, surtiendo los mismos efectos, lo indicado en el Acta de la primera Sesión de este Expediente, Sesión: MCG-EXP_2021-11_S1 de fecha 11 de mayo de 2021, respecto a la Constitución de la Mesa de Contratación y a la ausencia de Conflictos de Intereses.

- 1.- Aprobación de acta: MCG_EXP_2021-11_S2 - Aprobación acta sesión 17 de mayo de 2021 del EXP 2021-11 Suministros de Viscoelástico para intervenciones de oftalmología

La mesa acuerda la aprobación del acta: Acta_ MCG_EXP_2021-11_S2 de fecha 17 de mayo de 2021 correspondiente a la sesión: MCG_EXP_2021-11_S2.

Se aprueba por unanimidad.

- 2.- Aprobación de acta: MCG_EXP_2021-14_SU - Aprobación acta sesión 21 de mayo de 2021. EXP 2021-14 Servicio de una plataforma online de gestión de candidatos.

La mesa acuerda la aprobación del acta: Acta_ MCG_EXP_2021-14_SU de fecha 21 de mayo de 2021 correspondiente a la sesión: MCG_EXP_2021-14_SU.



Se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobación de acta: MCG_EXP_2021-12_S3 - Aprobación acta sesión 24 de mayo de 2021 del EXP 2021-12 Servicio de anestesia ocular.

La mesa acuerda la aprobación del acta: Acta_ MCG_EXP_2021-12_S3 de fecha 24 de mayo de 2021 correspondiente a la sesión: MCG_EXP_2021-12_S3.

Se aprueba por unanimidad.

4.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional: EXP 2021-11 - Suministro de Viscoelásticos para intervenciones de oftalmología

Se incorpora este acto a la sesión, al no haberse incluido en la convocatoria correspondiente.

Tras la revisión de la documentación técnica por parte de los técnicos encargados de su estudio y valoración, comunican a la Mesa de Contratación que en la documentación de los licitadores a continuación relacionados no se indica el cumplimiento de una de las características técnicas obligatorias que deben tener los productos ofertados, la viscosidad dinámica del producto, la cual debe de ser inferior a 40.000 cps (centipoises):

- NIF: A60567922 **BAUSCH & LOMB, S.A.** Licita al LOTE 01.
- NIF: A28001402 **MEIJI PHARMA SPAIN, S.A** Licita al LOTE 01.

Por ello se le solicita, a ambos, información adicional de la documentación técnica en la que se indique el valor de la viscosidad dinámica del producto ofertado.

Para agilizar la tramitación del procedimiento y poder tener acceso inmediato a la información que sea remitida no se cifra el sobre en la configuración de la comunicación.

Con fecha 26 de mayo de 2021 se remite, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, requerimiento de comunicación solicitando información adicional al respecto, concediéndoles para ello tres días naturales desde el día siguiente a la remisión de la correspondiente notificación. Según la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, finalizando el plazo de presentación a las 23:59 horas del día 31 de mayo de 2021.

La empresa **BAUSCH & LOMB, S.A** presenta la documentación del requerimiento con fecha 28 de mayo de 2021, la cual es remitida directamente a los técnicos para su incorporación al resto de información para su valoración.

En cambio la empresa **MEIJI PHARMA SPAIN, S.A** no presenta ninguna documentación dentro de plazo concedido, procediendo a comunicar a los técnicos su no presentación.

5.- Valoración criterios basados en juicios de valor: EXP 2021-11 - Suministro de Viscoelásticos para intervenciones de oftalmología.

Por el secretario de la mesa se procede a la lectura de las puntuaciones asignadas a cada uno de los licitadores y de los motivos de exclusión de algunos de ellos.

De acuerdo con la propuesta realizada por los técnicos, tras haber revisado la documentación técnica y probado las muestras presentadas por los licitadores, la mesa de contratación ha adoptado los siguientes acuerdos:

Excluir a los siguientes licitadores por los motivos que se indican a continuación:

- NIF: B86753480 **Advanced Vision Iberia, S.L. (AVI, SL)**. Licita al LOTE 01. Presenta en la documentación técnica información sobre las condiciones de conservación de temperatura del producto, ficha técnica, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- NIF: B96552666 **ASP 96, S.L.** Licita al LOTE 01. Presenta en la documentación técnica información sobre las

condiciones de conservación de temperatura del producto, páginas 5 y 6 del archivo con la documentación técnica presentada, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

- NIF: B98685472 **GLOBAL SURGICAL SERVICE, S.L.** Licita al LOTE 01. Presenta en la documentación técnica información sobre las condiciones de conservación de temperatura del producto, página 3 del archivo presentado, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
- NIF: B62447727 **MEDICAL MIX, S.L.U.** Licita al LOTE 01. No cumple con la característica técnica del peso molecular.
- NIF: A28001402 **MEIJI PHARMA SPAIN, S.A.** No cumple con la característica técnica de la viscosidad dinámica.
- NIF: B88093620 **OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U** Presenta en la documentación técnica información sobre las condiciones de conservación de temperatura del producto, ficha técnica, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- NIF: B66481235 **VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL** Licita al LOTE 01. Presenta en la documentación técnica información sobre las condiciones de conservación de temperatura del producto, ficha técnica, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A continuación se relaciona los licitadores que continúan en el proceso de selección al cumplir los productos ofertados con todas las características técnicas establecidas, con indicación de la puntuación propuesta por los técnicos de cada uno de los criterios de valoración.

La puntuación, de cada criterio, se ha obtenido de la media de puntos asignados por los técnicos que han evaluado cada una de las seis muestras analizadas, según lo establecido en los pliegos del expediente.

NIF: A48464788 AJL OPHTHALMIC, S.A.:

LOTE 01 - Viscoelástico cohesivo baja-media densidad.

- Facilidad colocación lente intraocular. Puntuación: 3.00.
- Calidad del llenado del saco capsular. Puntuación: 5.17.
- Facilidad de inyección y aspiración del producto. Puntuación: 5.17.
- Manipulación envase, etiquetado e instrucciones. Puntuación: 1.33.
- Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis. Puntuación: 5.00.
- Transparencia y presencia de partículas. Puntuación: 3.67.
- Ergonomía adecuada de la jeringa. Puntuación: 3.17.
- Mantenimiento in situ del producto. Puntuación: 4.33.
- Cánula Puntuación: 3.00.

NIF: A08015836 ALCON HEALTHCARE, S.A.:

LOTE 02 - Viscoelástico dispersivo media densidad.

- Facilidad colocación lente intraocular: Puntuación: 3.00.
- Calidad del llenado del saco capsular: Puntuación: 6.83.
- Facilidad de inyección y aspiración del producto: Puntuación: 7.00.
- Manipulación envase, etiquetado e instrucciones: Puntuación: 1.83.
- Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis. Puntuación: 7.50.
- Transparencia y presencia de partículas. Puntuación: 3.67.
- Ergonomía adecuada de la jeringa. Puntuación: 3.50.
- Mantenimiento in situ del producto. Puntuación: 6.67.
- Cánula. Puntuación: 3.67.



LOTE 03 - Viscoelástico dispersivo alta densidad

- Facilidad colocación lente intraocular. Puntuación: 3.00.
- Calidad del llenado del saco capsular. Puntuación: 6.67.
- Facilidad de inyección y aspiración del producto. Puntuación: 7.00.
- Manipulación envase, etiquetado e instrucciones. Puntuación: 1.83.
- Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis. Puntuación: 6.50.
- Transparencia y presencia de partículas. Puntuación: 3.83.
- Ergonomía adecuada de la jeringa. Puntuación: 3.00.
- Mantenimiento in situ del producto. Puntuación: 7.50.
- Cánula. Puntuación: 3.17.

NIF: A60567922 BAUSCH & LOMB, S.A.:

LOTE 01 - Viscoelástico cohesivo baja-media densidad

- Facilidad colocación lente intraocular. Puntuación: 3.17.
- Calidad del llenado del saco capsular. Puntuación: 5.00.
- Facilidad de inyección y aspiración del producto. Puntuación: 5.33.
- Manipulación envase, etiquetado e instrucciones. Puntuación: 1.33.
- Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis. Puntuación: 4.67.
- Transparencia y presencia de partículas. Puntuación: 2.83.
- Ergonomía adecuada de la jeringa. Puntuación: 2.67.
- Mantenimiento in situ del producto. Puntuación: 4.67.
- Cánula. Puntuación: 2.67.

NIF: A28612075 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.:

LOTE 01 - Viscoelástico cohesivo baja-media densidad

- Facilidad colocación lente intraocular. Puntuación: 3.17.
- Calidad del llenado del saco capsular. Puntuación: 4.67.
- Facilidad de inyección y aspiración del producto. Puntuación: 4.17.
- Manipulación envase, etiquetado e instrucciones. Puntuación: 1.17.
- Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis. Puntuación: 4.0.
- Transparencia y presencia de partículas. Puntuación: 3.00.
- Ergonomía adecuada de la jeringa. Puntuación: 2.67.
- Mantenimiento in situ del producto. Puntuación: 3.50.
- Cánula. Puntuación: 2.67.

NIF: B83255372 JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.:

LOTE 01 - Viscoelástico cohesivo baja-media densidad

- Facilidad colocación lente intraocular. Puntuación: 2.17.
- Calidad del llenado del saco capsular. Puntuación: 4.00.
- Facilidad de inyección y aspiración del producto. Puntuación: 4.67.
- Manipulación envase, etiquetado e instrucciones. Puntuación: 1.00.
- Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis. Puntuación: 3.17.
- Transparencia y presencia de partículas. Puntuación: 3.67.
- Ergonomía adecuada de la jeringa. Puntuación: 1.83.
- Mantenimiento in situ del producto. Puntuación: 3.50.
- Cánula. Puntuación: 2.50.



La mesa aprueba la puntuación propuesta por los técnicos. En el Anexo I adjunto a la presente acta se relaciona la puntuación obtenida en cada uno de los criterios de los licitadores que continúan en el proceso de selección. Todos los productos analizados han obtenidos una puntuación superior a la establecida en los pliegos como mínima para superar esta fase del procedimiento por lo que los siguientes licitadores siguen en el proceso de selección del expediente:

LOTE 01 - Viscoelástico cohesivo baja-media densidad

- NIF: A48464788 AJL OPHTHALMIC, S.A.
- NIF: A60567922 BAUSCH & LOMB, S.A.
- NIF: A28612075 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- NIF: B83255372 JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.

LOTE 02 - Viscoelástico dispersivo media densidad.

- NIF: A08015836 ALCON HEALTHCARE, S.A.:

LOTE 03 - Viscoelástico dispersivo alta densidad

- NIF: A08015836 ALCON HEALTHCARE, S.A.:

Se da por finalizada la sesión siendo las 11:05 horas.

Yo, como Secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta.

D. Antonio Pascual Simó Torres
SECRETARIO

Dña. Cristina Paloma Peris Martínez
PRESIDENTA



ANEXO I

LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	VALORACIÓN									
			Facilidad de inyección y aspiración del producto	Manten. in situ del producto	Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis	Calidad de llenado del saco capsular	Facilidad colocación lente intraocular	Transparencia	Ergonomía adecuada de la jeringa	Cánula (Sujeción Fluidez)	Manipul., envase, etiqueta e instruc.	Valoración Técnica Total Puntuación
			0-8 puntos	0-8 puntos	0-8 puntos	0-8 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-2 puntos	Máximo 50 puntos
1	VISCOELÁSTICO COHESIVO BAJA-MEDIA DENSIDAD											
	AJL OPHTHALMIC, S.A.	AJL VISC 1,4% 1,0 ML.	5,17	4,33	5,00	5,17	3,00	3,67	3,17	3,00	1,33	33,84
	BAUSCH & LOMB, S.A.	EYEFILL C 1,4% 1,0 ML.	5,33	4,67	4,67	5,00	3,17	2,83	2,67	2,67	1,33	32,34
	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ALSAVISC 1,0% 1,1 ML.	4,17	3,50	4,00	4,67	3,17	3,00	2,67	2,67	1,17	29,02
	JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	HEALON PRO 1,0% 0,85 ML.	4,67	3,50	3,17	4,00	2,17	3,67	1,83	2,50	1,00	26,51



LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	VALORACIÓN									
			Facilidad de inyección y aspiración del producto	Manten. in situ del producto	Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis	Calidad de llenado del saco capsular	Facilidad colocación lente intraocular	Transparencia	Ergonomía adecuada de la jeringa	Cánula (Sujeción Fluidez)	Manipul., envase, etiqueta e instruc.	Valoración Técnica Total Puntuación
2	VISCOELÁSTICO DISPERSIVO MEDIA DENSIDAD		0-8 puntos	0-8 puntos	0-8 puntos	0-8 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-2 puntos	Máximo 50 puntos
			ALCON HEALTHCARE, S.A.	DISCOVISC	7,00	6,67	7,50	6,83	3,00	3,67	3,50	3,67

LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	VALORACIÓN									
			Facilidad de inyección y aspiración del producto	Manten. in situ del producto	Sujeción de la cámara anterior durante la capsulorrexis	Calidad de llenado del saco capsular	Facilidad colocación lente intraocular	Transparencia	Ergonomía adecuada de la jeringa	Cánula (Sujeción Fluidez)	Manipul., envase, etiqueta e instruc.	Valoración Técnica Total Puntuación
3	VISCOELÁSTICO DISPERSIVO ALTA DENSIDAD		0-8 puntos	0-8 puntos	0-8 puntos	0-8 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-4 puntos	0-2 puntos	Máximo 50 puntos
			ALCON HEALTHCARE, S.A.	VISCOAT 0,75	7,00	7,50	6,50	6,67	3,00	3,83	3,00	3,17