

De: Servicio de Oftalmología. Hospital Comarcal de Vinaròs.

A: Dirección Económica. Hospital Comarcal de Vinaròs.

Asunto: Informe de valoración de aspectos técnicos y prestaciones EXP.PA 309/2024 lote 10 (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un ecógrafo ocular (Modo B + biómetro) para el Hospital Comarcal de Vinaròs.

1.1.- Características generales. Hasta 30 puntos

Las empresas licitadoras cumplen con los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En la tabla se especifican las características diferenciales relevantes entre las diferentes propuestas.

1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES	TOPCON EUROPE MEDICAL BV	MEDICAL MIX, S.L.U.	OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U.
Mediciones en modo B			
Análisis mostrado en imágenes con más de 256 niveles de grises para diferenciación de estructuras y lesiones intraoculares	En ajuste Gamma, Log Full Range especifica que alcanza un registro de más de 256 niveles de grises // 4 puntos	Alcanza 256 niveles de grises // 3 puntos	Alcanza 256 niveles de grises // 3 puntos
Se valorará la frecuencia de trabajo de la sonda B-scan de 15 MHz o superior que mejore la resolución	La sonda B-Scan incluida en la oferta es dual (de 12 o 15 Mhz) // 5 puntos	Sonda B-Scan de 15 Mhz // 4 puntos	La sonda B-Scan incluida en la oferta es de 12 Mhz (menor resolución) La de 20 MHz es opcional // 3 puntos
Se valorará la incorporación de sondas opcionales como sonda UBM	Posibilidad de sonda UBM como opción // 5 puntos	No tiene como opción sonda UBM // 0 puntos	Posibilidad de sonda UBM como opción // 5 puntos
Mediciones biométricas			
Sonda para biometría de mínimo 10 Mhz	Cumple con el requisito // 3 puntos	Cumple con el requisito // 3 puntos	Cumple con el requisito // 3 puntos
Se valorará la compatibilidad con la técnicas de contacto e inmersión y la inclusión de sondas necesarias	Cumple con el requisito // 5 puntos	Cumple con el requisito // 5 puntos	Cumple con el requisito // 5 puntos
Se valorará la inclusión de fórmulas de cálculo de las lentes intraoculares, incluidas fórmulas para pacientes postcirugía refractiva	Cumple con el requisito // 5 puntos	Cumple con el requisito // 5 puntos	Cumple con el requisito // 5 puntos

Paquimetría			
Se valorará la `anexión de sonda de paquimetría	La oferta no incluye sonda de paquimetría aunque sí existe como opción // 1 punto	La oferta incluye sonda de paquimetría // 3 puntos	La oferta no incluye sonda de paquimetría aunque sí existe como opción // 1 punto
PUNTUACIÓN	28 puntos	23 puntos	25 puntos

1.2.- Ergonomía. Hasta 4 puntos

Las empresas licitadoras cumplen con los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En la tabla se especifican las características diferenciales relevantes entre las diferentes propuestas.

1.2.- ERGONOMÍA	TOPCON EUROPE MEDICAL BV	MEDICAL MIX, S.L.U.	OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U.
Se valorará el peso reducido que facilite el transporte Se valorará la ausencia de emisión de ruido	Equipo ligero fácil de transportar // 2 puntos	Equipo ligero fácil de transportar // 2 puntos	Equipo ligero fácil de transportar // 2 puntos
Se valorará posibilidad de fijación a pared	Cumple // 2 puntos	Cumple // 2 puntos	Cumple // 2 puntos
PUNTUACIÓN	4 puntos	4 puntos	4 puntos

1.3.- Conectividad. Hasta 6 puntos

Las empresas licitadoras cumplen con los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En la tabla se especifican las características diferenciales relevantes entre las diferentes propuestas.

3. CONECTIVIDAD	TOPCON EUROPE MEDICAL BV	MEDICAL MIX, S.L.U.	OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U.
Se valorará la posibilidad de salida o exportación a soportes digitales (USB, SD-card)	Cumple. Además tiene la posibilidad de conexión a IOL máster (biómetro óptico utilizado en el servicio) // 3 puntos	Cumple // 2 puntos. No se especifica si existe posibilidad de conexión al IOL máster // 2 puntos	Cumple // 2 puntos. No se especifica si existe posibilidad de conexión al IOL máster // 2 puntos
Posibilidad de imprimir informes e imágenes tanto es una impresora con DICOM, como en una impresora local.	Cumple // 3 puntos	Cumple // 3 puntos	Cumple // 3 puntos
PUNTUACIÓN	6 puntos	5 puntos	5 puntos

Resumen de la valoración de las características técnicas del ecógrafo ocular:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	TOPCON EUROPE MEDICAL BV	MEDICAL MIX, S.L.U.	OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U.
Características generales	30	28	23	25
Ergonomía	4	4	4	4
Conectividad	6	6	5	5
TOTAL	40	38	32	34

En Vinaròs, a fecha de firma electrónica

Jefe de Sección de Oftalmología. Hospital Comarcal de Vinaròs