

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE CONTENIDO ECONÓMICO Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 201/2018 RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

En Valencia, siendo las 10:00 horas del día 15 de Junio de 2018 se reúne la Mesa de Contratación en la Sala de Reuniones de la segunda planta de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, c/ Micer Mascó 31, con los asistentes señalados a continuación, cuyo orden del día es la apertura de los sobres que contienen la documentación de carácter general de las proposiciones presentadas en el procedimiento abierto para LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

PRESIDENTA:

Faustino Álvarez Cebrian Subdirector General de Planificación y Organización Asistencial.

VOCALES:

Ana de Oleza Ferrandis en representación de la Abogacía General de la Generalitat.

Prudencia De Las Marinas Álvarez en representación de la Intervención Delegada

Vicente Jose Belda Torrent, Técnico del Servicio de Diseño de modelo y Estrategia Asistencial.

Eloy Saiz Ramiro, Técnico del Servicio de Transformación del Modelo Asistencia.

SECRETARIA.

Carolina San Juan Buch Jefa del Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.

Constituida la Mesa, de orden de la Presidencia, por la Secretaría, antes del comienzo del acto público, se acuerda ADMITIR a las empresas siguientes las cuales han subsanado en tiempo y forma:

Empresa	DOC A SUBSANAR
CLINICA VISTA HERMOSA GRUPO HLA	Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS
GESTION HOSPIDOS S.L.	<p>a) Aclarar la relación con la mercantil Sanatorio San Jorge SL (puesto que no consta que se apoye en su capacidad para concurrir en la licitación ya que por sí sola la candidata ostenta la solvencia económica y financiera y solvencia técnica exigida en el apartado 7 del Anexo I al pliego de condiciones administrativas.</p> <p>b) Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.</p>
NISA, NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, SA	Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.
HOSPITAL 9 DE OCTUBRE	<p>a) Rellenar el apartado c parte III motivos de exclusión página 9 del DEUC</p> <p>b) Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.</p>
HOSPITAL AGUAS VIVAS	Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.
INSCANNER SL	<p>a) La solvencia técnica declarada para los lotes 4 y 5 en concurrencia con la mercantil Ribera Salud SA con la que concurre en UTE no alcanza la exigida en el apartado 7.2 "En el caso de presentar oferta a varios lotes la solvencia técnica y profesional exigida será la que resulte de la suma de los importes exigidos para cada uno de los lotes a los que se licite.</p> <p>b) Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.</p>
RIBERA SALUD S.A.	<p>a) La solvencia técnica declarada para los lotes 4 y 5 unida a la declarada por la mercantil INSCANNER SL con la que concurre en UTE no alcanza la exigida en el apartado 7.2 Anexo I al Pliego de Condiciones Administrativas para ambos lotes: "En el caso de presentar oferta a varios lotes la solvencia técnica y profesional exigida será la que resulte de la suma de los importes exigidos para cada uno de los lotes a los que se licite"</p> <p>b) Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.</p>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO GRANADA S.A.	Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS
ALLIANCE DIAGNÓSTICO S.L.	<p>a) Rellenar el apartado c parte III motivos de exclusión página 9 del DEUC</p> <p>b) Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.</p>
EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES S.L. ERESA	Anexo Grupo de no pertenencia a GRUPO DE EMPRESAS.

Posteriormente se inicia el acto público con la asistencia de representantes de diferentes empresas.

Se invita a los interesados a que comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediendo representantes de la mercantil Exploraciones Radiológicas Especiales S.L. ERESA a su constatación.

A continuación se procede a la apertura de los sobres que contiene la oferta económica y los criterios técnicos valorables de forma automática, siendo las ofertas presentadas por las empresas las siguientes:

Centro Diagnóstico Granada	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contrast
Lote 4						
Oferta económica	77	108	191	280	95	38
	equipo 1	equipo 2	equipo 3	equipo 4		
Criterios técnicos						
antigüedad	2018	2018	2018	2018		
intensidad imán	3T	3T	3T	3T		
intensidad gradiente	45	45	33	33		
aceleración gradiente	200	200	125	125		
FOV máximo	500 y 2050	500 y 2050	500 y 2050	500 y 2050		
FOV mínimo	5	5	5	5		
Sistema de reducción ruidos	Sí quiet suite	Sí	sí quite	sí		
Diámetro del imán	70	70	60	60		
Potencia amplificador RF	37,5	37,5	20	20		
	Local					
Sala espera + 10 pacientes	20					
Sala espera + 1 camilla	2					
Sala preparación + 1 camilla	2					

ERESA	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contraste
LOTE 4	70,8	93,5	140	199,5	75	35
Oferta económica						
Criterios técnicos	equipo 1	equipo 2	equipo 3	equipo 4	equipo 5	equipo 6
antigüedad	2018	2018	2018	2018	2018	2018
intensidad imán	1,5	3	1,5	3	3	3
intensidad gradiente	33	60	44	44	44	45
aceleración gradiente	125	200	200	200	200	200
FOV máximo	500 a 2050	550	500	500	500	550
FOV mínimo	5	5	5	5	5	5
Sistema de reducción ruidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro del imán	70	70	70	70	70	70
Potencia amplificador RF	26,1	37,5	16	30	30	37,5
	Local					
	Centro 1	Centro 2	Centro 3			
Sala espera + 10 pacientes	10	10	10			
Sala espera + 1 camilla	2	2	2			
Sala preparación + 1 camilla	2	2	2			
LOTE 3	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contraste
Oferta económica	93	110	190	199,5	70	38
Criterios técnicos	EQUIPO 1					
antigüedad	2018					
intensidad imán	3					
intensidad gradiente	44					
aceleración gradiente	200					
FOV máximo	500					
FOV mínimo	5					
Sistema de reducción ruidos	Sí					
Diámetro del imán	70					
Potencia amplificador RF	30					
LOTE 1	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contraste
Oferta económica	74,8	90	148,5	199,5	70	35
Criterios técnicos	EQUIPO 1					
antigüedad	2018					
intensidad imán	1,5					

intensidad gradiente	36					
aceleración gradiente	150					
FOV máximo	500					
FOV mínimo	10					
Sistema de reducción ruidos	Sí					
Diámetro del imán	70					
Potencia amplificador RF	16					

FL Quinto

Gestión Hospidos SL	simple	doble	triple	especial	plus anes a	plus contraste
LOTE 5						
Oferta económica	87	100	205	264	90	36
Criterios técnicos	EQUIPO 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4		
antigüedad	2018	2018	2018	2018		
Intensidad imán	3	3	3	3		
intensidad gradiente	45	45	45	45		
aceleración gradiente	200	200	200	200		
FOV máximo	55	55	55	55		
FOV mínimo	5	5	5	5		
Sistema de reducción ruidos	sí	sí	sí	sí		
Diámetro del imán	70	70	70	70		
Potencia amplificador RF	2*18	2*18	2*18	2*18		
	Centro 1	Centro 2	Centro 3			
Sala espera + 10 pacientes	+10	+10	25			
Sala espera + 1 camilla	2	2	2			
Sala preparación + 1 camilla	2	2	2			

Auditoria

UTE Radiología Mediterr	simple	doble	triple	especial	plus anestes	plus contrast
LOTE 4						
Oferta económica	77,25	90	170	200	95	38,79
Criterios técnicos	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4	Equipo 5	
antigüedad	2018	2018	2018	2018	2018	
intensidad imán	3	3	3	3	1,5	
intensidad gradiente	45	45	45	40	33	
aceleración gradiente	200	200	200	120	120	
FOV máximo	550	550	550	500	500	
FOV mínimo	5	5	5	5	5	

Sistema de reducción ruidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Diámetro del imán	70	70	70	60	60	
Potencia amplificador RF	18	18	18	18	18	
	Centro 1					
Sala espera + 10 pacientes	52					
Sala espera + 1 camilla	4					
Sala preparación + 1 camilla	4					
LOTE 5	simple	doble	triple	especia	plus anestesi	plus contrast
Oferta económica	85	102	188,1	256,5	95	38,79
Criterios técnicos	EQUIPO 1	EQUIPO 2				
antigüedad	2018	2009				
intensidad imán	3	3				
intensidad gradiente	45	40				
aceleración gradiente	200	120				
FOV máximo	550	500				
FOV mínimo	5	5				
Sistema de reducción ruidos	Sí	Sí				
Diámetro del imán	70	60				
Potencia amplificador RF	36	18				
	Centro 1	Centro 2				
Sala espera + 10 pacientes	14	12				
Sala espera + 1 camilla	2	2				
Sala preparación + 1 camilla	2	2				

VITHAS ALICANTE (1)	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contrast
LOTE 5						
Oferta económica:						
1.671.581€						
Criterios técnicos	EQUIPO 1	EQUIPO 2				
antigüedad	2012					
intensidad imán	1,5	1,5				
Intensidad gradiente	33	33				
aceleración gradiente	120	125				
FOV máximo						
FOV mínimo						
Sistema de reducción ruidos						

Diámetro del imán		60				
Potencia amplificador RF						
	Centro 1	Centro 2				
Sala espera + 10 pacientes	+10	+10				
Sala espera + 1 camilla	2	2				
Sala preparación + 1 camilla	2	2				

(1) Con relación a la mercantil VITHAS ALICANTE dado como se ha elaborado la oferta correspondiente a criterios técnicos evaluables mediante criterios técnicos resulta imposible su lectura en el momento de la apertura del sobre.

UTE NISA NUEVAS INVERSIONES						
LOTE 4 (2)	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contrast
Oferta económica	80,75	96,9	177,65	242,25	80,75	32,97
Criterios técnicos	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4	Equipo 5	
antigüedad	1999	2011	2005	2013	2018 pendiente	
intensidad imán	1,5	1,5	1,5	1,5	3	
Intensidad gradiente	33	33	33	70	36	
aceleración gradiente	120	136	120	300	150	
FOV máximo	480	530	480		500	
FOV mínimo		5				
Sistema de reducción ruidos		si		Sí	Sí	
Diámetro del imán	60	60	60	60	70	
Potencia amplificador RF	21		21	75		
	Centro 1	Centro 2	Centro 3			
Sala espera + 10 pacientes						
Sala espera + 1 camilla						
Sala preparación + 1 camilla						

(2) Con relación a la mercantil UTE Nisa Nuevas Inversiones dado como se ha elaborado la oferta correspondiente a criterios técnicos evaluables mediante criterios técnicos resulta imposible su lectura en el momento de la apertura del sobre.

Vista Hermosa						
LOTE 5	simple	Precio doble	triple	especial	plus anestesi	plus contra
Oferta económica	66,5	79,8	146,3	199,5	66,5	27,15
Criterios técnicos	EQUIPO 1	EQUIPO 2				
antigüedad	2013 Instalación	2018				

intensidad imán	1,5	3				
intensidad gradiente	30	45				
aceleración gradiente	125000	200000				
FOV máximo	500	500				
FOV mínimo	5	5				
Sistema de reducción ruidos	no	Sí				
Diámetro del imán	60	70				
Potencia amplificador RF	15	37,5				
	Centro 1					
Sala espera + 10 pacientes	+10					
Sala espera + 1 camilla	+1					
Sala preparación + 1 camilla	+1					







Alliance Diagnósticos	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contrast
Lote 1						
Oferta económica	89	110	190			30
Criterios técnicos						
antigüedad	2008					
intensidad imán	1,5					
intensidad gradiente	57					
aceleración gradiente	216					
FOV máximo	480					
FOV mínimo	10					
Sistema de reducción ruidos	Sí					
Diámetro del imán	60					
Potencia amplificador RF	21					
Lote 2	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contrast
	94,5	113,4	208			38,6
Oferta económica						
Criterios técnicos	2005					
intensidad imán	1,5					
intensidad gradiente	57					
aceleración gradiente	207					
FOV máximo	480					
FOV mínimo	10					
Sistema de reducción ruidos	Sí					
Diámetro del imán	60					
Potencia amplificador RF	21					

Lote 3	simple	doble	triple	especial	plus anestesi	plus contrast
Oferta económica	82	102	180			28
Criterios técnicos						
antigüedad	2009					
intensidad imán	1,5					
Intensidad gradiente	45					
aceleración gradiente	200					
FOV máximo	500					
FOV mínimo	50					
Sistema de reducción ruidos	Sí					
Diámetro del imán	60					
Potencia amplificador RF	15					

Tras este acto se invita a los asistentes para que expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas, no habiéndose efectuado ninguna los asistentes abandonan la Sala.

La mesa acuerda posponer la valoración de las ofertas para otra sesión.

Siendo las 12:00 horas, se levanta la reunión, de orden de la Presidencia, redactándose la presente acta, que tras ser leída es firmada en prueba de conformidad por aquella y por los restantes miembros de la Mesa, conmigo, titular de la Secretaría.

PRESIDENCIA	SECRETARIA	VOCAL
		
Faustino Álvarez Cebrian EN REPRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA	Carolina San Juan Buch EN REPRESENTACIÓN DE LA ABOGACIA	Vicente Jose Belda Torrent VOCAL
		
Prudencia De Las Marinas Álvarez	Ana de Oleza Ferrandis	Eloy Saiz Ramiro