



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



De: Subdirección de Enfermería

A: SUMINISTROS

Asunto: Informe técnico Expediente N.º **55/24/SD/DG/C16/P059**

Respecto al expediente de contratación N.º **55/24/SD/DG/C16/P059** para el **"SUMINISTRO DE BATA AISLAMIENTO SIN MANGAS TALLA ESTÁNDAR"** se recibe la documentación técnica y muestras presentadas por los licitadores admitidos para su valoración y una vez analizada esta información se concluye que:

INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	<ul style="list-style-type: none">Se solicita "Cintas ajustables a la cintura y en el cuello" y en las muestras aportadas no tiene cinta ajustable al cuello.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	<ul style="list-style-type: none">Se solicita "Gramaje igual o superior a 38 g/m2" y en su oferta pone Gramaje de 35g/m2.
PALEX MEDICAL, S.A.	<ul style="list-style-type: none">Se solicita "Que permita respetar la intimidad del paciente (que no sea traslucida)", no es opaca y es necesario para la intimidad del paciente.Se solicita "Largo 115cm aprox." y las muestras miden 109 cm.Se solicita "Gramaje igual o superior a 38 g/m2" y en su oferta pone Gramaje de 30 g/m2.
PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.	<ul style="list-style-type: none">Se solicita "Que permita respetar la intimidad del paciente (que no sea traslucida)", no es opaca y es necesario para la intimidad del paciente.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
Ctra. Rosario Nº 145
38010.- Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 60 20 00 FAX: 922 60 23 62

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
DANIEL JESUS MONTESINOS ARZOLA - SUBDIRECTOR ENFERMERIA AT. ESPECIALIZADA	Fecha: 03/09/2024 - 13:55:33
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: RP001-000H06upao4b1GNR6CZ2y0hiA==	 
El presente documento ha sido descargado el 03/09/2024 - 13:58:23	