



INFORME QUE FORMULA EL VOCAL TÉCNICO RELATIVO AL EXPEDIENTE 2024/SP01460020/00000177 SUMINISTRO DE 2 ECÓGRAFOS PORTÁTILES MULTISONDA DE GAMA ALTA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS.

En relación con el expediente anteriormente citado, se emite el correspondiente informe por parte de los vocales técnicos, perteneciente al Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", Teniente Médico Darlin Margarito Guzmán Rosario, Adjunto del Servicio de Urgencias, Dr. Miguel Muro Fernández.

Ha presentado a licitación de las siguientes empresas:

- PHILSON TECHNOLOGIES S.L.
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE

Los criterios de valoración, según detallan en las Cláusulas del PCAP, son los siguientes:

**1º PRECIO** (Máximo 60 puntos):

Los precios unitarios ofertados por los licitadores no podrán superar los precios unitarios máximos con IVA especificados en el PCAP por lo que se rechazarán las ofertas de aquellos licitadores que superen dichos precios unitarios máximos (el precio unitario máximo de licitación establecido es de 84.700,00 euros, IVA incluido).

Se aplicará una puntuación de 60 puntos a la oferta del licitador que, por cada lote, resulte más económica, aplicándose al resto de ofertas la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Oferta más económica} \times 60}{\text{Oferta analizada}} = \text{Nº de puntos}$$

**2º MEJORAS TÉCNICAS DEL EQUIPO** (máximo 40 puntos):

Ampliación de garantía:

- 24 meses 5 puntos
- 36 meses 10 puntos

Totalidad de las sondas ofertadas (Convex, lineal y sectorial) 3 puntos

Botones funcionales configurables en las propias sondas 2 puntos

Conexión directa de las sondas al equipo en lugar de soporte o carro 5 puntos 10 puntos

Software de cálculo automatizado de FEVI y/o Gasto cardiaco en tiempo real 3 puntos

Software de cálculo automatizado de colapso de Vena Cava Inferior 3 puntos

Software de cálculo automatizado de líneas B pulmonares 3 puntos

Batería >3h de duración 3 puntos

Puesta en marcha <30 segundos 3 puntos

Cursos de formación para el personal facultativo 2 puntos

Monitor táctil articulado, estándar VESA, de alta resolución, extraíble y funcional 5

La aplicación de los anteriores criterios conduce al siguiente resultado:

<b>EMPRESA</b>	<b>PRECIO UNITARIO (IVA incluido)</b>	<b>PUNTOS PRECIO</b>	<b>PUNTOS POR CRITERIOS CUALITATIVOS</b>	<b>TOTAL PUNTOS</b>
PHILSON TECHNOLOGIES S.L.	62,895.80	60	39	99
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	63,066.41	59	39	98

Ninguna de las empresas convocadas cumple con los requisitos de las siguientes potencias en los transductores:

Un transductor tipo Convex multifrecuencia con banda ancha extendida de 1 y 8 MHz.

Un transductor tipo Lineal multifrecuencia con ancho de banda de 7 a 16 MHz.

Un transductor tipo Sectorial multifrecuencia con ancho de banda de 8 a 18 MHz.

Se sugiere declarar el concurso desierto debido a que ninguno de los participantes ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Esta decisión se basa en la falta de propuestas que satisfagan plenamente las especificaciones solicitadas, lo cual impide la adjudicación del contrato en los términos previstos. Se propone quede desierto.

Madrid, a 03/09/2024