



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **CONTR 2019 2341**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-04-2019 a las 16:04 horas.



**Suministro de varios equipos para el Laboratorio de la Atmósfera de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. El contrato se licitará en 2 Lotes: Lote 1: Suministro de una (1) vitrina de extracción de gases para el Laboratorio de la Atmósfera. Lote 2: Suministro de una (1) termodesinfectadora para el Laboratorio de la Atmósfera.**

→ Valor estimado del contrato 20.000 EUR.

→ Importe 24.200 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 30 Día(s)

→ Tipo de Contrato Suministros

→ Subtipo Adquisición

→ Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Los equipos se deberán dejar totalmente instalados y operativos en el Laboratorio de la Atmósfera. Gremi Corredors 10. 07009. Palma Palma

→ Clasificación CPV

→ 39141500 - Campanas extractoras de humos.

→ 38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [ANEXO I.docx](#)

→ [ANEXO II.docx](#)

→ [ANEXO III.docx](#)

→ [ANEXO IV.docx](#)

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=jKNNkyiHCuWiEJrVRqloyA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jKNNkyiHCuWiEJrVRqloyA%3D%3D)

Nº de Lotes: 2

→ Se debe ofertar: A uno o varios lotes

→ Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

→ Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

## Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Territorio, Energía y Movilidad**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 16 - Industria y Energía

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HNuwgtBVuPYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ de la Palma, 4

→

Contacto

→ Teléfono 971177300

→

(07003) Palma España  
→ ES53

Fax 971176947  
→ Correo Electrónico [contractaciotem@caib.es](mailto:contractaciotem@caib.es)

## Proveedor de Pliegos

→ Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

### Dirección Postal

→ C/ de la Palma, 4  
→ (07003) Palma España

## Recepción de Ofertas

→ Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

### Dirección Postal

→ C/ de la Palma, 4  
→ (07003) Palma España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 30/04/2019 a las 14:00

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### Apertura sobre único

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 02/05/2019 a las 09:30 horas

### Lugar

→ Sala de reuniones de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad (4ª planta)

### Dirección Postal

→ C/ de la Palma, 4  
→ (07003) Palma de Mallorca España

## Tipo de Acto : Público

→ Condiciones para la asistencia : Haber presentado oferta en plazo y forma

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

**Objeto del Contrato: Suministro de varios equipos para el Laboratorio de la Atmósfera de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. El contrato se licitará en 2 Lotes: Lote 1: Suministro de una (1) vitrina de extracción de gases para el Laboratorio de la Atmósfera. Lote 2: Suministro de una (1) termodesinfectadora para el Laboratorio de la Atmósfera.**

→ Valor estimado del contrato 20.000 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 24.200 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 39141500 - Campanas extractoras de humos.

→ 38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

→ Plazo de Ejecución

→ 30 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Los equipos se deberán dejar totalmente instalados y operativos en el Laboratorio de la Atmósfera. Gremi Corredors 10. 07009. Palma

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

#### Dirección Postal

→ Gremi de Corredors, 10. Polígon de Son Rossinyol

→ (07009) Palma España

### Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : No

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones tipo social - Condiciones especiales de ejecución del contrato: 1) Cumplimiento de criterios éticos. 2) Transparencia y justicia fiscal. Ver Letra M PCAP

### Lote 1: Lote 1: Suministro de una (1) vitrina de extracción de gases para el Laboratorio de la Atmósfera.

→ Lugar de ejecución

→ País España

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 12.100 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 39141500 - Campanas extractoras de humos.

### Condiciones de Licitación

#### Requisitos de participación de los licitadores

##### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - Para acreditar la solvencia técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1. f) del artículo 89, deberán aportar:  
- certificado acreditativo que el equipo a suministrar cumple con la norma UNE-EN 14175-7:2012, al menos en su apartado 5: vitrinas de gases para alta temperatura y digestiones ácidas - % de material reciclado utilizado en la fabricación del equipo que se ofrece: se presentará certificado emitido por empresa independiente - % de material reciclable utilizado en la fabricación del equipo que se ofrece: se presentará certificado emitido por empresa independiente - consumo eléctrico máximo del equipo que se ofrece en kW

##### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - Se considerará que los licitadores cuentan con solvencia suficiente para ejecutar el contrato cuando el volumen anual de negocio sea, de al menos: 15.000,00 €, cantidad equivalente a una vez y media del valor estimado del

Lote 1. Este volumen debe ir referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas y se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable del valor anual de negocios.

## Lote 2: Lote 2: Suministro de una (1) termodesinfectadora para el Laboratorio de la Atmósfera.

→ Lugar de ejecución

→ País España

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 12.100 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

### Condiciones de Licitación

#### Requisitos de participación de los licitadores

##### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - Para acreditar la solvencia técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1. f) del artículo 89, deberán aportar:  
- % de material reciclado utilizado en la fabricación del equipo que se ofrece: se presentará certificado emitido por empresa independiente - % de material reciclable utilizado en la fabricación del equipo que se ofrece: se presentará certificado emitido por empresa independiente - consumo eléctrico máximo del equipo que se ofrece en kW - consumo de agua mínimo por lavado del equipo que se ofrece

##### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - Se considerará que los licitadores cuentan con solvencia suficiente para ejecutar el contrato cuando el volumen anual de negocio sea, de al menos: 15.000,00 €, cantidad equivalente a una vez y media del valor estimado del Lote 2. Este volumen debe ir referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas y se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable del valor anual de negocios.

### Condiciones de Licitación

#### Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

##### Plazo de constitución

→ 1 Año(s)

#### Requisitos de participación de los licitadores

##### Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar

→ No prohibición para contratar

→ No estar incurso en incompatibilidades

→ Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

→ Cumplimiento con las obligaciones tributarias

→ Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

##### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - La solvencia técnica se acreditará, para todos los Lotes objeto del contrato, en virtud de lo establecido en el apartado 1 e) del artículo 89, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, mediante la aportación de la documentación siguiente: descripción y fotografías del equipo o equipos a suministrar y planificación para su completa instalación.

## Preparación de oferta

→ Sobre Único

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

→ N° Lote: 1

→ N° Lote: 2

→ Evento de Apertura Apertura sobre único

→ Descripción Ver Letra C del cuadro de criterios de adjudicación del contrato del PCAP. El sobre único incluirá la documentación general (anexo I y anexo IV) , oferta económica (anexo II) y criterios evaluables mediante fórmulas (anexo III) Los licitadores podrán presentar ofertas referidas a uno o a la totalidad de lotes. En el supuesto que se quiera presentar oferta para ambos lotes, se presentarán tantos sobres como lotes para los que se presente oferta, de conformidad con lo indicado en la cláusula 12.9 de este Pliego. Los interesados especificarán, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote. Además en cada uno de los sobres los licitadores presentarán una descripción del equipo ofertado que no será objeto de valoración. La descripción del equipo debe cumplir la totalidad del pliego de prescripciones técnicas. La no presentación o incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas determinará la exclusión del licitador del procedimiento.

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Criterio ampliación del plazo de garantía

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 15

→ Criterio Oferta económica

→ Subtipo Criterio : Precio

→ Ponderación : 65

→ Criterio valor técnico y características ambientales de la oferta presentada

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 20

### Plazo de Validez de la Oferta

→ 2 Mes(es)

→ Se aceptará factura electrónica

## Proceso de Licitación

### Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No