



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**EXPEDIENTE 2024000390**

**SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EXPLORACIÓN VESTIBULAR CON  
DESTINO AL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL  
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS**

Se procede a examinar la documentación técnica aportada por los licitadores, resultando lo siguiente:

**1.- WIDEX AUDIFONOS, S.A.**

**No cumple** con todas las características técnicas establecidas en el Apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.


Para el VHIT (test de impulso cefálico vídeoasistido) se solicita que la resolución de la cámara debe ser de al menos 220 fps.

De acuerdo con la documentación aportada y la información consignada en el anexo 6 la resolución ofertada es 100 fps.

**2.- AUDIOLOGÍA, S.L.**

Cumple con todas las características técnicas establecidas en el Apartado 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas

En Oviedo a 12 de agosto de 2024

  
Dr. José Luis Llorente Pendás  
Jefe de Servicio de Otorrinolaringología  
Área Sanitaria IV