

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚM: HUSE 115/24 PA (DCASU 2024/43419)

TIPO DE CONTRATO: Suministros

OBJETO: Suministro, instalación y puesta en marcha de un Equipo de Espectrometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), para el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Son Espases

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Directora Gerente Hospital Universitario Son Espases



Resolución de inicio, memoria justificativa del contrato, del precio e insuficiencia de medios y de elección del procedimiento abierto cuyo objeto es el Suministro, instalación y puesta en marcha un Equipo de Espectrometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), para el Servicio de ACL

Antecedentes

1. El artículo 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que en el Perfil deberá publicarse La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.

A su vez, el art.116 indica que la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

2. Los objetivos del Servei de Salut de les Illes Balears se encuentran establecidos en el Decreto 39/2006, de 21 de abril mediante el que se aprobaron sus estatutos.

Son objetivos fundamentales del Servicio de Salud:

- a) Participar en la definición de las prioridades de la atención sanitaria a partir de las necesidades de salud de la población y dar efectividad al catálogo de prestaciones y servicios que se pondrá al servicio de la población con la finalidad de proteger la salud.
- b) Distribuir, de manera óptima, los medios económicos asignados a la financiación de los servicios y prestaciones sanitarias.
- c) Garantizar que las prestaciones se gestionen de manera eficiente.
- d) Garantizar, evaluar y mejorar la calidad del servicio al ciudadano, tanto en la asistencia como en el trato.
- e) Promover la participación de los profesionales en la gestión del sistema sanitario de las Illes Balears y fomentar la motivación profesional.
- f) Fomentar la formación, la docencia y la investigación en el ámbito de la salud.

Document signat electrònicament per: Vicente Torres Pedros a data 21-10-2024 12:37:03 CEST.

Codi segur de verificació: Nj1c1NTY2fOHNWxvaVFkLjJtFn8hFf-c1BjyxGohjfxp8UA=
Verificació: https://valida.ssiib.es/?authcode=Nj1c1NTY2fOHNWxvaVFkLjJtFn8hFf-c1BjyxGohjfxp8UA=

De acuerdo con el Decreto 79/2023, de 22 de septiembre, por el que se establece estructura orgánica básica del Servicio de Salud de las Illes Balears, las gerencias territoriales asumen la dirección y la gestión de los servicios y de las actividades en el ámbito territorial, siguiendo las directrices y los acuerdos emanados de los órganos de dirección del Servicio de Salud, en este caso la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Son Espases (HUSE) gestiona los recursos de atención especializada y recursos sanitario de los centros del Sector Ponent.



El jefe de Servicio de Análisis Clínicos del HUSE, en base a lo anterior, redactó informe, con la finalidad de justificar la necesidad e idoneidad del contrato y la eficiencia en la contratación, detallando los siguientes aspectos:

Necesidad

Es muy urgente la sustitución del equipo de Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente del Servicio de Análisis Clínicos. Actualmente en el área de Elementos Traza y Metales del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Son Espases, se dispone de 1 equipo ICP-MS destinado específicamente a realizar la determinación de elementos traza y metales tóxicos de toda la comunidad autónoma.

El mencionado equipo desde hace más de un año entró en fase de obsolescencia, por tanto, desde la casa comercial no garantizan su mantenimiento ni reparaciones, ya que las piezas se han dejado de fabricar y puede haber falta de stock. Por ello, ante una avería de este equipo su reparación se demora mucho en el tiempo, viéndose el servicio obligado, como ocurrió el tercer trimestre del año 2023, a enviar cerca de 400 muestras a un laboratorio externo (REFERENCE), tras estar más de dos meses sin poder dar Servicio, y haciendo una exigente gestión de la demanda. Este hecho supuso un gasto adicional para el Hospital de 21.600 euros.

Hace unas semanas el equipo volvió a fallar y en el servicio han estado 3 semanas sin poder dar resultados a los servicios peticionarios. Aquellas determinaciones urgentes han tenido que ser derivadas a un laboratorio externo de nuevo, con el gasto que eso conlleva.

Según documento de obsolescencia de la empresa PerkinElmer Scientific Spain S.L., se indica que el Equipo Nexion 300 N° de serie 81XN1122102 ha llegado al final de su ciclo de vida productiva desde hace ya algún tiempo.

Se indica que PerkinElmer, por el motivo mencionado anteriormente, no puede garantizar soporte de servicio completo para el mencionado equipo.

La adquisición es esencial para poder desarrollar la determinación de elementos traza y metales tóxicos de toda la Comunidad Autónoma.

Document signat electrònicament per: Vicente Torres Pedros a data 21-10-2024 12:37:03 CEST.

Codi segur de verificació: Njc1NTY2fOHNWxvaVfKLGJfFn8FF-c1BjyxGohjfxp8UA=
Verificació: https://valida.ssiib.es/?authcode=Njc1NTY2fOHNWxvaVfKLGJfFn8FF-c1BjyxGohjfxp8UA=

Divisi3n en lotes

Al tratarse de un solo equipo, este contrato no se va a dividir en lotes.



Carencia de medios propios

Puesto que, tanto por parte del Hospital como por parte del Servicio de Salud de las Illes Balears se carece de medios propios para desarrollar el objeto de este expediente y cubrir las necesidades del servicio, impone la necesidad de contratar su ejecuci3n con terceros seg3n lo dispuesto en la Ley de Contratos de Sector P3blico y en el resto de normativa de aplicaci3n.

Valor estimado del contrato y presupuesto m3ximo de gasto

El valor estimado para el contrato de referencia asciende a 165.956,74 €. Este se ha fijado teniendo en cuenta los costes reales del objeto del contrato que se debe llevar a cabo. Este valor estimado incluye el precio m3ximo de gasto de 165.956,74 € para los pr3ximos 30 d3as a partir de la formalizaci3n, sin una posible pr3rroga. Teniendo en cuenta el IVA actual del 21%, el presupuesto base de licitaci3n ser3 de 200.807,66 € IVA incluido.

Para asegurar la adecuaci3n del precio a los precios de mercado se ha llevado a cabo una comparativa de precios de diferentes ofertas presentadas por proveedores y procedimientos de tecnolog3a similar a la solicitada licitados recientemente a nivel nacional. Esta comparativa nos ha permitido calcular el precio de licitaci3n de este contrato que es la media de estas ofertas.

Este an3lisis ha permitido asegurar que el precio ofrecido por el proveedor se ajusta a los precios de mercado.

De esta forma, el precio de licitaci3n total de este contrato queda distribuido de la siguiente forma:

Centro-Partida presupuestaria	Ejercicio	Presupuesto m3ximo IVA incluido
G/412B01/63304/11	2024	200.807,66 €
C3digo SAP	Descripci3n	
1303356	Equipo Espectrometr3a de Masas con Plasma acoplado inductivamente	

Plazo de ejecuci3n

La duraci3n id3nea de este contrato es de 30 d3as a contar desde la firma del contrato. Se propone esta duraci3n debido a que se trata del suministro e instalaci3n de equipamiento asistencial y se considera tiempo suficiente para dicho suministro.

En todo caso, el suministro, instalaci3n y puesta en marcha de este equipo deber3 realizarse antes del 31 de diciembre de 2024.

Document signat electr3nicament per: Vicente Torres Pedros a data 21-10-2024 12:37:03 CEST.

Codi segur de verificaci3n: Njc1NTY2fOHnWxvaVfKLGJfFn8hFf-c1BjyxGohjfxp8UA=
Verificaci3n: https://valida.ssiib.es/?authcode=Njc1NTY2fOHnWxvaVfKLGJfFn8hFf-c1BjyxGohjfxp8UA=

Al tratarse del suministro de un equipo, no procede prórroga.

Procedimiento

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: Procedimiento abierto.



Fundamentos de derecho

1. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre.
3. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
4. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
5. El Decreto 14/2016, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Texto Consolidado del Decreto sobre Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
6. La Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y sus normas de desarrollo, así como el resto de disposiciones de aplicación general.

De conformidad con lo anterior, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho, dicto la siguiente

Resolución

1. Iniciar el procedimiento de contratación para el suministro, instalación y puesta marcha un Equipo de Espectrometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), para el Servicio de ACL de conformidad con las particularidades indicadas.
2. Publicar esta resolución en el perfil del contratante.

Palma,

La Directora Gerente del Hospital Universitario Son Espases

Cristina Granados Ulecia

Por delegación del director general (BOIB núm. 72/2024)

Document signat electrònicament per: Vicente Torres Pedros a data 21-10-2024 12:37:03 CEST.

Codi segur de verificació: NjC1NTY2fOHnWxvaVfKLGJtFn8hFf-c1BjyxGohjfxp8UA=
Verificació: https://valida.ssiib.es/?authcode=NjC1NTY2fOHnWxvaVfKLGJtFn8hFf-c1BjyxGohjfxp8UA=