



ACTA MESA 3 LECTURA Y APROBACIÓN INFORME TÉCNICO



EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚM.: **SSCC AM 337/23. CTR5268**  
TIPO DE CONTRATO: **SUMINISTRO**  
OBJETO: **ACUERDO MARCO CERRADO MÚLTIPLE PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBOS ENDOTRAQUEALES , EQUIPOS DE TUBOS BRONQUIALES DE DOBLE VÍA DE USO CLÍNICO, SONDAS DE ASPIRACIÓN MECONIO Y FUNGIBLE ASOCIADO, CON CESIÓN DE EQUIPOS PARA LOS CENTROS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS**  
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **DIRECTOR GENERAL DEL IBSALUT**

**Miembros:**

<p><b>Presidente:</b> Laura Monserrat Calbó <b>Representante Intervención:</b> María Florit Lladó (TEAMS) <b>Asesoría Jurídica del Ib-Salut:</b> Isabel Iglesias Martin. <b>Órgano promotor:</b> Rosa Canet Martorell Marc Tomás Sánchez <b>Secretario:</b> Patricia Adrover Rebassa</p>	<p>En Palma, a 26 de Febrero 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en C/ Reina Esclarmunda, nº 9, 3º piso, los miembros de la Mesa de Contratación de la licitación de referencia, al margen relacionados.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Orden del día**

1. Lectura y aprobación del informe cumplimiento de requisitos técnicos.
2. Propuesta de adjudicación, si procede.

Se constituye la Mesa con la presencia de todos los asistentes convocados.

Una vez revisadas las fichas técnicas por la subdirección de compras, ésta informó de la necesidad de solicitar aclaraciones a las empresas relacionadas a continuación, por los motivos que se especifican:

- CANHOS: Falta certificado conformidad y marcado CE.
- LASKMI INTERMEDICAL: Falta certificado conformidad y marcado CE. La ficha técnica presentada no cumple PPT.



- MEDLINE Internacional Iberia SLU: Lotes 6 y 7: En la FT no indica si el balón (manguito) es de baja presión.



Se exponen a la Mesa el resultado de las aclaraciones recibidas. Se acuerda no aprobar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos. La representante de la asesoría Jurídica solicita que se le pidan más aclaraciones a Laskmi Intermedical.

La representante de la Intervención solicita le sea remitida la siguiente documentación: todas las peticiones de aclaraciones a los licitadores con sus correspondientes respuestas aclaratorias.

En esta sesión, la Mesa adopta los siguientes:

### Acuerdos

1. Se acuerda no aprobar el informe técnico.
2. Solicitar a Laskmi Intermedical aclaraciones sobre las fichas técnicas.
3. Remitir a todos los miembros de la Mesa las solicitudes de aclaraciones realizadas para la elaboración del informe técnico por parte de los técnicos de la subdirección de compras, con las respectivas respuestas de las empresas Canhos, Laski Intermedical y Medline Internacional Iberia SLU.

Tras ello, cuando son las 12:15 horas, se da por finalizada la reunión.

La Presidenta levanta la sesión, de la que, como Secretaria, extiende la presente acta.

PRESIDENTA	SECRETARIA
Laura Monserrat Calbó	Patricia Adrover Rebassa

Document signat electrònicament per: Laura Monserrat Calbo a data 19-03-2024 11:40:24 CET.

Codi segur de verificació: NDA3MDY1fHxpWMyAy8TxFc-EvFx79OHSSPermWfTbX7VYQo=

Verificació: <https://valida.ssiib.es/?authcode=NDA3MDY1fHxpWMyAy8TxFc-EvFx79OHSSPermWfTbX7VYQo=>