

INFORME

Nota: 01-221114

Fecha: 14 de noviembre de 2022

De: Benedicto Javier Úbeda / Jefe Sección Mantenimiento

A/A: Francisco Javier Morín Álvarez / Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

C/C: Pedro Manuel García Fresneda / Jefe de Sección de Contratación Administrativa

C/C: Sonia Burgos Martín / Subdirectora de Gestión y SS.GG.

Asunto: VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA NUEVO AUTOCLAVE NÚMERO 1

EMPRESA: BMT

1: Control y registro independiente (0-3,5)

La empresa oferta un sistema de control redundante mediante tecnología de doble microprocesador con control y registro independiente. Arranque automático, con funcionamiento automático, pantalla táctil y comunicación usuarios-máquina con todos los mensajes de texto en castellano.

Puntos: 3,0

2: Capacidad de almacenamiento de ciclos realizados (0-3,5)

La empresa detalla en su memoria técnica una capacidad de almacenamiento de memoria interna de 32 GB para almacenar los protocolos de esterilización realizados durante la vida útil del equipo, aunque no se detalla en número la capacidad de almacenamiento.

Puntos: 3,0

3: Sistema deslizamiento de puertas (0-3,5)

La empresa detalla el sistema de puertas automáticas inoxidable con funcionamiento mediante electromotor de control paso a paso de deslizamiento vertical tipo guillotina, con sistema de seguridad y cierre hermético.

Puntos: 3,0

4: Sistema de control del generador (0-4)

La empresa oferta un sistema de generación de vapor integrado automatizado, en acero inoxidable y con todas las características y elementos necesarios para su funcionamiento.

Puntos: 3,0

5: Sistema de presurización de la junta de la puerta (0-3,5)

La empresa detalla el sistema de presurización de la puerta mediante vapor limpio y aire comprimido estéril

Puntos: 3,0

6: Sistema de vacío (0-3,5)

La empresa oferta un sistema de vacío mediante bomba de vacío rotativa de anillo líquido de dos etapas construida en bloque. Apuntan a un menor consumo de agua que el sistema de eyector de agua.

Puntos: 3,0

7: Cobertura técnica (0-3,5)

La empresa detalla datos la cobertura técnica con un tiempo de respuesta inmediato para atención telefónica y de 24-48 h. para la presencia de un técnico en las instalaciones. Dispone además de almacén central con stock de repuesto habitual y plazo de suministro de 24-48 horas.

Puntos: 2,0

TOTAL DE PUNTOS BMT (sobre un total de 25): 20,00

En Alcázar de San Juan a 14 de noviembre de 2022

Benedicto-Javier Úbeda Hernández / Jefe de Sección de Mantenimiento G.A.I. Alcázar de San Juan